

Anexa 7 la Formularul Specificații tehnice

Lot nr. 7.1 Analizator VSH automat cu 40 canale (150580)

<p>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</p>	<p>Specificatia tehnica ofertata, model SABIO140 (BIOTA Grup Saglik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti., Turcia)</p>
<p>Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale) Cod 150580 Descriere Un echipament de laborator destinat măsurării automate a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), utilizat în diagnosticul și monitorizarea proceselor inflamatorii, infecțioase sau autoimune. Parametrul Specificația Productivitatea ≥ 40 teste pe ora Termostat încorporat sau corecție automată de temperature da Timpul de execuție a testului ≤ 30 min. Efectuarea testului din eprubeta primara pentru analiza generala de sânge Posibilitatea conectării la sistemul informațional da Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da Program de control al calității da Afișaj LCD Tip citire Citire automată cu interpretare Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Hârtie termică 10 buc. Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire).</p>	<p>Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale) Descriere Un echipament de laborator destinat măsurării automate a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), utilizat în diagnosticul și monitorizarea proceselor inflamatorii, infecțioase sau autoimune. Parametrul Specificația Productivitatea 120 teste pe ora – pag. 1 din prospect SABIO140. Termostat încorporat da Timpul de execuție a testului 20 min - pag. 1 din prospect SABIO140. Efectuarea testului din eprubeta primara pentru analiza generala de sânge Posibilitatea conectării la sistemul informațional da, pag. 2 din prospect SABIO140. Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da, inclus in configuratie. Program de control al calității da - Advanced QC Management by U Graphics, pag. 2 din prospect SABIO140. Afișaj 7 inch LCD touch screen - pag. 2 din prospect SABIO140. Tip citire Citire automată cu interpretare Imprimantă termică da - Built-in thermal Printer - pag. 2 din prospect SABIO140. Alimentarea A.C. 110-230V <300 VA 50/60Hz - pag. 1 din prospect SABIO140. Hârtie termică 10 buc.</p>
<p>Note Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.</p>	<p>Note Oferta de preț include reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.</p>
<p>Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.</p>	<p>“GBG-MLD” SRL va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.</p>

<p>Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p> <p>Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</p> <p>Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.</p> <p>Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>	<p>Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p> <p>Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</p> <p>Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.</p> <p>Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.</p> <p>Timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere: SABIO 140 utilizeaza cartuse de testare, precum este indicat in prospectul incarcat impreuna cu oferta financiara pe platforma de achizitie. Cartusele de testare sunt valabile până la 3-4 ani.</p>
<p>Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:</p> <p>Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului</p> <p>Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).</p> <p>Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.</p> <p>Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</p> <p>Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.</p> <p>Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.</p>	<p>“GBG-MLD” SRL a inclus în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:</p> <p>Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.</p> <p>Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).</p> <p>Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.</p> <p>Toate consumabilele / tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</p> <p>Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.</p> <p>Toate costurile aferente activitatii dispozitivului care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.</p>