

**Către: IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice**

Codul fiscal/IDNO 1003600150716

Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**PT**



<b>Denumire</b>	<b>Cod produs</b>	<b>Impachetare</b>	<b>Reconstituire</b>	<b>Stabilitate</b>	<b>Volum/te</b>	<b>Numar teste/flacon</b>
Thromborel S	9 OUHP2	10 x 4 mL	AD, 30', 37°C	5 zile (2-8°C)	100 µl	40
PT Multi Calibrator	3 OPAT0	6 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-
Control Plasma N	1 ORKE4	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-
Control Plasma P	7 OUPZ1	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-

**Volum de proba: 50 µl**

**APTT**

<b>Denumire</b>	<b>Cod produs</b>	<b>Impachetare</b>	<b>Reconstituire</b>	<b>Stabilitate</b>	<b>Volum/te</b>	<b>Numar teste/flacon</b>
Actin FS	B4218-20	10 x 2 mL	lichid	7 zile (2-8°C)	50 µl	40
Calcium Chloride	ORHO37	10 x 15 mL	lichid	2 luni (2-8°C)	50 µl	300
Control Plasma N	ORKE41	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-
Citrol	OUPZ17	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-

**Volum de proba: 50 µl**

## Fibrinogen

□

Denumire	Cod produs	Impachetare	Reconstituire	Stabilitate	Volum/te	Numar teste/flacon
Dade Thrombin Reagent	B4233-25	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	5 zile (2-8°C)	50 µl	20
Owren's Veronal Buffer	B4234-25	10 x 15 mL	lichid	2 luni (2-8°C)	90 µl	166
Standard Human Plasma	ORKL1	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-
Control Plasma N	ORKE4	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-
Control Plasma P	OUPZ1	10 x 1 mL	AD, 30', 25°C	1 luna (-20°C)	-	-

**Volum de proba: 10 µl**

Data completării: 19 februarie 2026

Cu stimă, Ofertant/candidat  
**I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.**  
Administrator: Traian Marinescu Alin