

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21477272 / ocds-b3wdp1-MD-1758113719137					Data: 31.10.2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (parteaII)					Lot: 201. 204. 257. 259. 260. 261. 267. 270. 275. 277. 286. 290. 293. 305. 324. 338. 342. 358	Pagina: 1 din 9
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4.00	5	6	7	8
33100000-1	201	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Pulsar®-18 T3 - 430437 430438 430439 430440 430441 430442 430443 430444 430445 430446 430447 430448 430449 430450 430451 430452 430453 430454 430455 430456 430457 430458 430459 430460 430461 430462 430463 430464 430465 430466 430467 430468 430469 430470 430471 430472 430473 430474 430475 430476 430477 430478 430479 430480 430481 430482 430483 430484 430485 430486 430487 430488 430489 430490 430491 430492 430493 430494 430495 430496 430497 430498 430499 430500 430501 430502 430503 430504 430505 430506 430507 430508 430509 430510 430511 430512 430513 430514 430515 430516	Elveția	BIOTRONIK AG	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4-4,5; 5; 6; 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0.006inch (4&5mm); 0.007inch (6&7mm); 0.008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0.006inch (4&5mm); 0.007inch (6&7mm); 0.008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0.018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0.86%, Forta radiala – circumferentiala : 4.57N/cm (4mm); 3.96N/cm (5mm); 4.90N/cm (6mm); 5.54N/cm (7mm); 3.87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcificate	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL CU FLEXIBILITATE INALTA Pulsar®-18 T3 - Peripheral Self-Expanding Stent System/0.018"/OTW - Multi-directional flexibility - Tri-axial system with braided shaft - 4F Low profi le delivery system - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.018" - Stent material Nitinol - Strut thickness 140 µm - Strut width 85 µm - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent Markers 6 gold markers each end - Stent sizes ø 4.0 5.0 6.0 7.0 mm: - stent Length : 20 30 40 60 80 100 120 150 170 200 mm - Shaft 4F, hydrophobic coating, tri-axial - Usable length 90 cm and 135 cm - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Pulsar®-18 T3	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	204	Cateter periferic cu balon utilizat in CTO	Cateter periferic cu balon utilizat in CTO	Passeo®-18 - 366098 366099 366100 366104 366105 366106 366114 376276 357451 357458 366101 357469 357476 366107 357483 376277 357452 357459 366102 357470 357477 366108 357484 376278 357453 357460 366103 357471 357478 366109 357485 376279 357454 357461 357465 357472 357479 366110 376272 376280 357455 357462 357466 357473 357480 366111 376273 376281 357456 357463 357467 357474 357481 366112 376274 376282 357457 357464 357468 357475 357482 366113a 376275a 376283a 366115 366118 366119 366123 366126 366129 366137 376296	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu lumen Compatibilitate ghid: 0.018" Lungime utilă: 90,150 cm Materialul basonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2: 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nominală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm in funcție de diametrul balonului Compatibilitate introductor: 4 – 6 Fr in funcție de diametru	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale Passeo®-18 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.018"/OTW - Catheter type OTW; - Recommended guide wire 0.018" - Tip Short and tapered, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) - Balloon folding 5-fold - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - Sizes ø 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 120 150 170 200 mm - Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0 /7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design - Usable length 90, 150 cm; - Nominal Pressure (NP) 6 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 12-15; - 4F 5F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Passeo®-18	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	257	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	Passeco®-14 - 380313a 380319 380325 380320 380326 380332 380338 380344 380350 380321 380327 380333 380339 380345 380351 380322 380328 380334 380346 380352 380323a 380329a 380335a 380341a 380324 380330 380336 380342	Elveția	BIOTRONIK AG	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch Lungimi 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm Diametre 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0mm Lungimea Shaftului 80sau 150 cm material nylon Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm Maximum RBP 14 atm Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI Sistem OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch Passeco®-14 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.014"/OTW - Catheter type OTW; - Recommended guide wire 0.014" - Tip Optimized entry profile and colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6%) - Balloon folding 3-fold - Balloon coating Hydrophilic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - balloon sizes ø 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm; - balloon Length: 20 40 70 100 140 220 mm; - Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (ø 1.5 /2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (ø 2.0 x 140 - 220 mm and ø 2.5 - 4.0 mm) - Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire - Usable length 150 cm (ø 1.5 - 4.0 mm); - 4F; - Nominal Pressure (NP) 7 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Passeco®-14	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	259	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	Passeco®-35 Xeo - 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428848 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428849 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428792 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428851 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428915 428920 428852 428861 428870 428879 428888 428897 428906 428916 428921 428853 428862 428871 428880 428889 428898 428907 428917 428922 428854 428863 428872 428881 428890 428899 428908 428918 428923 428855 428864 428873 428882 428891 428900 428909 428919 428924 428856 428865 428874 428883 428892 428901 428857 428866 428875 428884 428893 428902b 428858 428867 428876 428885 428894 428903b 428868 428877 428886 428895 428904b 428935b 428944b 428953b 428971b 428980b 428990b 428995b 428927b 428936b 428945b 428954b 428972b 428981b 428991b 428996b 428928b 428937b 428946b 428955b 428973b 428982b 428992b 428997b 428929b 428938b 428947b 428956b 428930b 428939b 428948b 428957b 428940b 428949b 428958b 428941b 428950b 428959b	Elveția	BIOTRONIK AG	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm Diametre: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Materialul balonului Crossflex2 Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Passeco®-35 Xeo - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Tip Low entry profi le, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating; - Balloon markers 2 swaged markers - Sizes ø 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 100 120 150 200 250 mm - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating - Usable length 90, 130 and 170 cm - Guide wire lumen Hydrophobic coating; - NPø 8-9 atm; - RBPø 10-21 atm; - 5F 6F 7F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Passeco®-35 Xeo	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	260	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Passeo®-18 - 366098 366099 366100 366104 366105 366106 366114 376276 357451 357458 366101 357469 357476 366107 357483 376277 357452 357459 366102 357470 357477 366108 357484 376278 357453 357460 366103 357471 357478 366109 357485 376279 357454 357461 357465 357472 357479 366110 376272 376280 357455 357462 357466 357473 357480 366111 376273 376281 357456 357463 357467 357474 357481 366112 376274 376282 357457 357464 357468 357475 357482 366113a 376275a 376283a 366115 366118 366119 366123 366126 366129 366137 376296 357486 357491 366120 357502 357507 366130 357512 376297 357487 357492 366121 357503 357508 366131 357513 376298 357488 357493 366122 357504 357509 366132 357514 376299 357489 357494 357498 357505 357510 366133 376292 376300 357490 357495 357499 357506 357511 366134 376293 376301 366116 357496 357500 366124 366127 366135 376294 376302 366117 357497 357501 366125 366128 366136a 376295a 376303a	Elveția	BIOTRONIK AG	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO Passeo®-18 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.018"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.018" - Tip Short and tapered, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) - Balloon folding 5-fold - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; - balloon Length: 20 - 200 mm - Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0 /7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design - Usable length 90, 130 and 150 cm; - Nominal Pressure (NP) 6 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 12-15 atm; - 4F 5F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-18	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	261	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Passeo®-14 - 380320 380326 380332 380338 380350 380321 380327 380333 380339 380351 380322 380328 380334 380340 380352 380323a 380329a 380335a 380341a 380324 380330 380336 380342	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliaice, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm +/- 10mm Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,	Balon de tip OTW, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliaice, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Passeo®-14 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.014"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.014" - Tip Optimized entry profi le and colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6%) - Balloon folding 3-fold - Balloon coating Hydrophilic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - balloon sizes ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm; - balloon Length: 40 70 100 140 220 mm; - Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (ø 1.5 /2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (ø 2.0 x 140 - 220 mm and ø 2.5 - 4.0 mm) - Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire - Usable length 150 cm (ø 1.5 - 4.0 mm); 120 cm (ø 1.5 - 2.0 mm); 90 cm (ø 2.5 - 4.0 mm); - Nominal Pressure (NP) 7 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm; - 4F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-14	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	267	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	Dynetic®-35 - 428690 428694 428700 428706 428691 428695 428701 428707 428692 428696 428702 428708 428712 448939 448942 448945 448948 448951 448943 448946 448949 448952 448944 448947 448950 448953 428716 428720 428726 428732 428717 428721 428727 428733 428718 428722 428728 428734 428738 448954 448957 448960 448963 448966 448958 448961 448964 448967 448959 448962 448965 448968	Elveția	BIOTRONIK AG	Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm sau 18,28, 38, 58 și 78. Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm ±10 cm; Materialul stentului CO-CR	Sistem OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Dynetic®-35 - Peripheral Balloon-Expandable Cobalt Chromium Stent System/0.035" - Stent Balloon-Expandable - Stent material Cobalt Chromium - Strut thickness 110 µm (ø 5.0 - 7.0 mm), 140 µm (ø 8.0 - 10.0 mm) - Shortening Negligible - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent Sizes ø 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 mm; - stent Length: 18 - 28 - 38 - 58 - 78mm - Delivery system - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Tip Low entry profil le, colored - Balloon markers 2 swaged markers - Shaft 5.1 - 5.4F, hydrophobic coating, dual-lumen - Usable length 90 cm, 130 cm - Markers 2 swaged markers - Guide wire lumen Hydrophobic coating - Nominal Pressure (NP) 10 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm (ø 5.0 - 8.0 mm), 12 atm (ø 9.0 - 10.0 mm); - 6F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Dynetic®-35	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	270	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Dynetic®-35 - 428690 428694 428700 428706 428691 428695 428701 428707 428692 428696 428702 428708 428712 448939 448942 448945 448948 448951 448943 448946 448949 448952 448944 448947 448950 448953 428716 428720 428726 428732 428717 428721 428727 428733 428718 428722 428728 428734 428738 448954 448957 448960 448963 448966 448958 448961 448964 448967 448959 448962 448965 448968	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent matrice cu celule închise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Markerii proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si comune.	stent montat pe balon Dynetic®-35 - Peripheral Balloon-Expandable Cobalt Chromium Stent System/0.035" - Stent Balloon-Expandable - Stent material Cobalt Chromium - Strut thickness 110 µm (ø 5.0 - 7.0 mm), 140 µm (ø 8.0 - 10.0 mm) - Shortening Negligible - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Sizes ø 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 mm; - stent Length: 18 - 28 - 38 - 58 - 78mm - Delivery system - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Tip Low entry profil le, colored - Balloon markers 2 swaged markers - Shaft 5.1 - 5.4F, hydrophobic coating, dual-lumen - Usable length 90 cm, 130 cm - Markers 2 swaged markers - Guide wire lumen Hydrophobic coating - Nominal Pressure (NP) 10 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm (ø 5.0 - 8.0 mm), 12 atm (ø 9.0 - 10.0 mm); - 6F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Dynetic®-35	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	275	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon farmacologic activ (Periferie)		Elveția	BIOTRONIK AG	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: ≥ 2 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 90 , 130, 150 ($\pm$ 10 cm). Compatibil cu teacă (F) : 4 -6. Diametre balon (mm) : 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 ($\pm$ 2 cm).	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel Passeo®-18 Lux® - Peripheral Drug-Coated Balloon Catheter /0.018"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.018" - Tip Short, tapered - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - Shaft 3.8F, hydrophobic coated - Usable Length 90, 130 cm; 150 cm (only ϕ 2.0 mm) - Introducer size 4F (ϕ 2.0 - 4.0 mm); 5F (ϕ 5.0 - 7.0 mm) - Nominal Pressure (NP) 6 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ϕ 2.0 - 5.0 mm); 12 atm (ϕ 6.0 - 7.0 mm) - Coating Drug Paclitaxel - Drug concentration 3.0 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ - Coating matrix Paclitaxel and Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) - Coated area Cylindrical section of the balloon, exceeding the proximal and distal markers; - Nominal Pressure (NP) 6 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 12-15 atm; - 4F 5F; - Balloon ϕ (mm) 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; - Balloon Length (mm) 40 80 120; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-18 Lux®	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	277	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice		Elveția	BIOTRONIK AG	Balon periferic recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Lungime utilă: 90 cm și 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm și 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, în funcție de diametru. Compatibilitate introducător: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilică: 31 cm. Presiune nominală: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	Balon periferic recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Passeo®-18 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.018"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.018" - Tip Short and tapered, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliances (4 - 8 %) - Balloon folding 5-fold - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) - Sizes ϕ 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 120 150 200 mm; -Shaft 3.8F, 3.9F (ϕ 6.0 /7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design - Usable length 90, 150 cm; - Nominal Pressure (NP) 6 atm; - Rated Burst Pressure (RBP) 12-15 atm; - 4F 5F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-18	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	286	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Astron® - 343773 343774 343775 343776 343777 343778 343779 343780 343781 343782 343783 343784 349214 349215 349216 343785 343786 343787 343788 343789 343790 343791 343792 343793 343794 343795 343796	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Stenturi periferice autoexpandabile Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. Astron® - Peripheral Self-Expanding Stent System/0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Stent material Nitinol - Strut thickness 225 µm (ø 10 mm = 230 µm) - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent markers 4 gold markers each end - Sizes ø 7; 8; 9; 10; mm; - stent Length: 30 40 60 80 mm - Proximal shaft 5.2F, hydrophobic coating - Usable length 70 and 120 cm; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Astron®	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	290	Endograft aortic	Endograft aortic	iCover - SPCBCC35080050017 SPCBCC35080050027 SPCBCC35080050037 SPCBCC35080050057 SPCBCC35080060017 SPCBCC35080060027 SPCBCC35080060037 SPCBCC35080060057 SPCBCC35080070017 SPCBCC35080070027 SPCBCC35080070037 SPCBCC35080070057 SPCBCC35080080017 SPCBCC35080080027 SPCBCC35080080037 SPCBCC35080080057 SPCBCC35080090027 SPCBCC35080090037 SPCBCC35080090057 SPCBCC35080100027 SPCBCC35080100037 SPCBCC35080100057 SPCBCC35140050017 SPCBCC35140050027 SPCBCC35140050037 SPCBCC35140050057 SPCBCC35140060017 SPCBCC35140060027 SPCBCC35140060037 SPCBCC35140060057 SPCBCC35140070017 SPCBCC35140070027 SPCBCC35140070037 SPCBCC35140070057 SPCBCC35140080017 SPCBCC35140080027 SPCBCC35140080037 SPCBCC35140080057 SPCBCC35140090027 SPCBCC35140090037 SPCBCC35140090057 SPCBCC35140100027 SPCBCC35140100037 SPCBCC35140100057	Spania	Life Vascular Devices Biotech, S.L / iVascular	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaful de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platinu/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" si tesca introdusatoare de maxim 9F (diametru 12mm); maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0.035"; Diametru 12mm, compatibil cu tesca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0.035"; Compatibil cu tesca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.	stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. iCover - Peripheral balloon expandable PTFE covered stent system - ePTFE covered stent with high flexibility - Over the wire catheter (OTW) - Guidewire compatibility: 0.035" - Catheter length: 80 and 140 cm - NP: 9 atm - RBP: • Ø 5-7mm: 15 atm • Ø 8mm: 14 atm • Ø 9-10mm: 13 atm - Maximum post-expansion: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤ 12mm CoverTech encapsulation technology - Introducer compatibility 6F (up to Ø8mm, L 17mm), 7F (≥8mmØ, L27mm) - 3 radiopaque markers at each stent end - Stent material: CoCr L605 - Graft material: ePTFE - Recoil: ≤ 10 % - Shortening: • Length 17mm: ≤ 12 % • Length 57mm: ≤ 8 % - Stent diameter (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10; - Stent length (mm) 17 27 37 57; - Vezi catalogul Life Vascular Devices Biotech, S.L / brosură pentru iCover	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	293	STENT GRAFT CORONARIAN	STENT GRAFT CORONARIAN	PK Papyrus® - 369380 369386 369381 369387 381789 369382 369388 381790 369383 369389 381791 369384 369390 369392 369385 369391 369393	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graful este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturate, forta radiala mare. Compatibil cu ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare de 140-150 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm sau Lungime 15-26 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	STENT GRAFT CORONARIAN Material stent: CoCr L605 Graful este din ,premontat. PK Papyrus® - Coronary Covered Coronary Stent System - Stent cover material Non-woven, electrospon polyurethane - Stent strut thickness - ø 2.5 - 3.0 mm: 60 µm (0.0024"); - ø 3.5 - 4.0 mm: 80 µm (0.0031"); - ø 4.5 - 5.0 mm: 120 µm (0.0047") - Stent material Cobalt chromium (L-605) with proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) coating; - Maximum stent expansion diameter - ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; - ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm; - ø 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm - Delivery system - Guide wire diameter 0.014" - Usable catheter length 140 cm - Recommended guide catheter - ø 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D. ** 0.056"); - ø 4.5 - 5.0 mm: 6F (min. I.D. ** 0.070"); - Nominal pressure (NP) - ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm; - ø 4.0 - 5.0 mm: 7 atm - Rated burst pressure (RBP) - ø 2.5 - 4.0 mm: 16 atm; - ø 4.5 - 5.0 mm: 14 atm; - Catheter length 140 cm - Stent length (mm) 15; 20; 26; - Stent ø (mm) 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; - 5F 6F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru PK Papyrus®	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	305	STENT GRAFT pentru periferie	STENT GRAFT pentru periferie	iCover - SPCBCC35080050017 SPCBCC35080050027 SPCBCC35080050037 SPCBCC35080050057 SPCBCC35080060017 SPCBCC35080060027 SPCBCC35080060037 SPCBCC35080060057 SPCBCC35080070017 SPCBCC35080070027 SPCBCC35080070037 SPCBCC35080070057 SPCBCC35080080017 SPCBCC35080080027 SPCBCC35080080037 SPCBCC35080080057 SPCBCC35080090027 SPCBCC35080090037 SPCBCC35080090057 SPCBCC35080100027 SPCBCC35080100037 SPCBCC35080100057 SPCBCC35140050017 SPCBCC35140050027 SPCBCC35140050037 SPCBCC35140050057 SPCBCC35140060017 SPCBCC35140060027 SPCBCC35140060037 SPCBCC35140060057 SPCBCC35140070017 SPCBCC35140070027 SPCBCC35140070037 SPCBCC35140070057 SPCBCC35140080017 SPCBCC35140080027 SPCBCC35140080037 SPCBCC35140080057 SPCBCC35140090027 SPCBCC35140090037 SPCBCC35140090057 SPCBCC35140100027 SPCBCC35140100037 SPCBCC35140100057	Spania	Life Vascular Devices Biotech, S.L / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: CoCr L605 Graful este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor min. 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturate, forta radiala mare. Compatibil cu ghid de 0.035". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare: 80-130 cm ±10 cm. Diametru până la 5-10 mm. Lungime până la 58 mm ± 1 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Material stent: CoCr L605 Graful este din , premontat. iCover - Peripheral balloon expandable PTFE covered stent system - ePTFE covered stent with high flexibility - Over the wire catheter (OTW) - Guidewire compatibility: 0.035" - Catheter length: 80 and 140 cm - NP: 9 atm - RBP: • Ø 5-7mm: 15 atm • Ø 8mm: 14 atm • Ø 9-10mm: 13 atm - Maximum post-expansion: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤ 12mm - CoverTech encapsulation technology - Introducer compatibility 6F (up to Ø8mm, L 17mm), 7F (≥8mmØ, L27mm) - 3 radiopaque markers at each stent end - Stent material: CoCr L605 - Graft material: ePTFE - Recoil: ≤ 10 % - Shortening: • Length 17mm: ≤ 12 % • Length 57mm: ≤ 8 % - Stent diameter (mm) 5. 6. 7. 8. 9. 10; - Stent length (mm) 17 27 37 57; - Vezi catalogul Life Vascular Devices Biotech, S.L / brosură pentru iCover	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	324	Balon farmacologic activ (Pacitoxel)	Balon farmacologic activ (Pacitoxel)	Pantera® Lux® - 365110 365111 365112 365114 365120 365121 365122 365124 365125 365126 365127 365129 365130 365131 365132 365134 365135 365136 365137 365139	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Pacitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Temp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. compatibil cu ghid cateter 5F. Virf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167". Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pîna la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Pacitaxel in doză de 3 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Pantera® Lux® - Coronary Drug-Coated Balloon Catheter - Lux® coating technology for rapid drug absorption - Catheter type Fast-exchange PTCA balloon catheter - Recommended guide catheter 5F (min. I.D. 0.056") - Lesion entry profil le 0.017" - Guide wire diameter 0.014" - Usable catheter length 140 cm - Balloon folding 3-fold - Balloon markers Two embedded platinum-iridium markers - Brachial shaft marker 92 cm from tip - Femoral shaft marker 102 cm from tip - Proximal shaft diameter 2.0F - Distal shaft diameter 2.5F (ø 2.0 - 3.5 mm), 2.6F (ø 4.0 mm) - Nominal Pressure (NP) 7 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 13 atm (ø 2.0 - 3.5 mm); 12 atm (ø 4.0 mm) - Coating Drug Pacitaxel - Drug dose 3.0 µg /mm2 - Delivery matrix Pacitaxel and Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) - Coated area Cylindrical section of the balloon, exceeding the proximal and distal markers; - Balloon ø (mm) 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; - Balloon length (mm) 10 15 20 30 - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Pantera® Lux®	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	338	Stent din Nitinol autoexpandabil	Stent din Nitinol autoexpandabil	Pulsar®-35 - 379878 379879 379880 379881 379917 379918 379919 379920 379921 379883 379884 379885 379886 379922 379923 379924 379925 379926 379888 379889 379890 379891 379927 379928 379929 379930 379931 379898 379899 379900 379901 379937 379938 379939 379940 379941 379903 379904 379905 379906 379942 379943 379944 379945 379946 379908 379909 379910 379911 379947 379948 379949 379950 379951	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs distru-un singur tub prin litiere cu Laser Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0.035". Capetele stentului in forma de conoana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lojoroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere • Stabilitatea radiala inalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exteriora izolatoare pentru eliminarea fricțiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interiora de livrare a stentului • Vârful flexibil atomic în forma de conus. • Markerii radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a localui de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea descinderii intimplatoare a stentului in timpul manipularilor de pozitionare. Sistem de siguranta pentru prevenirea siririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbaru pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180, **0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. • Dimensiunile pîna la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cîmpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6;7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm +/-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent periferic autoexpandabil din Nitinol Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate ghid de 0,035". Pulsar®-35 - Peripheral Self-Expanding Stent System/0.035"/OTW - Tri-axial delivery system - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Stent material Nitinol - Strut thickness 140 µm - Strut width 85 µm - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent markers 6 gold markers each end - Sizes ø 5.0; 6.0; 7.0 mm; - stent Length: 30 40 60 80 100 120 150 170 200 mm - Proximal shaft 6F, hydrophobic coating - Usable length 90 and 135 cm; - 6F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Pulsar®-35	ISO / CE / Inregistrate la AMDM și introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100000-1	342	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Passeo®-35 Xeo - 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428848 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428849 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428792 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428851 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428910 428915 428920 428852 428861 428870 428879 428888 428897 428906 428911 428916 428921 428853 428862 428871 428880 428889 428898 428907 428912 428917 428922 428854 428863 428872 428881 428890 428899 428908 428913 428918 428923 428855 428864 428873 428882 428891 428900 428909 428914 428919 428924 428856 428865 428874 428883 428892 428901 428857 428866 428875 428884 428893 428902b 428858 428867 428876 428885 428894 428903b 428868 428877 428886 428895 428904b	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon periferic din Nylon, tip PTA dublu luer cu compatibilitate cu ghidul 0.035 " dublu luer. Posibilitatea de re-pleiere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re poziționare. Capacitatea de a conduce prin zone lungi înguste și leziuni dense Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radioopace dublu. Presiune nominală: 8 - 10 atm Presiune RBP 12 -24atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 80,135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful cateterului are o margine teșită în jurul circumferinței pentru a asigura o secțiune transversală minimă în zona de inserție în zona afectată.Atraumatic. Scara de marcare pe cateterul extern, pornind de la vârful distal, permițând reducerea sarcinii fluoroscopice cu introducerea altor instrumente intervenționale cu o scară similară și proiectată pentru vizualizare în afara introducerului Compatibil cu introducător,5F,6F,7F diameter= 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm lungimi= 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300mm.	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala Passeo®-35 Xeo - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.035"/OTW - Improved crossability - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Tip Low entry profi le, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers - Sizes ø 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 100 120 150 170 200 250 mm - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating - Usable length 90, 130 and 170 cm - Guide wire lumen Hydrophobic coating - NPø 8-9 atm; - RBPø 10-21 atm; - 5F 6F 7F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-35 Xeo	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100000-1	358	Stent Graft Coronarian	Stent Graft Coronarian	PK Papyrus® - 369380 369386 369381 369387 381789 369382 369388 381790 369383 369389 381791 369384 369390 369392 369385 369391 369393	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graful este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaful 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre între 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre între 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaful de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	Stent Graft Coronarian Stent din cobalt-crom CoCr (L605). PK Papyrus® - Coronary Covered Coronary Stent System - Stent cover material Non-woven, electrospon polyurethane - Stent strut thickness ø 2.5 - 3.0 mm: 60 µm (0.0024"); ø 3.5 - 4.0 mm: 80 µm (0.0031"); ø 4.5 - 5.0 mm: 120 µm (0.0047") - Stent material Cobalt chromium (L-605) with proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) coating; - Maximum stent expansion diameter ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm; ø 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm - Delivery system - Guide wire diameter 0.014" - Usable catheter length 140 cm - Recommended guide catheter ø 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D.** 0.056"); ø 4.5 - 5.0 mm: 6F (min. I.D.** 0.070") - Nominal pressure (NP) ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm; ø 4.0 - 5.0 mm: 7 atm - Rated burst pressure (RBP) ø 2.5 - 4.0 mm: 16 atm; ø 4.5 - 5.0 mm: 14 atm; - Catheter length 140 cm - Stent length (mm) 15; 20; 26; - Stent ø (mm) 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; - 5F 6F; - Vezi Catalogul BIOTRONIK / broșura pentru PK Papyrus®	ISO / CE / Inregistrate la AMDM si introduse in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

Semnat:

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației:			LP nr. 21477272 / ocds-b3wdp1-MD-1758113719137					Data: 31.10.2025		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)					Lot: 201. 204. 257. 259. 260. 261. 267. 270. 275. 277. 286. 290. 293. 305. 324. 338. 342. 358		Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
33100000-1	201	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Bucată	35	10,398.3000	10,398.3000	363,940.5000	363,940.5000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	595000
33100000-1	204	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Bucată	40	1,669.8000	1,803.3840	66,792.0000	72,135.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	252000
33100000-1	257	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	Bucată	30	1,998.7000	2,158.5960	59,961.0000	64,757.8800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	52081.2
33100000-1	259	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	Bucată	30	1,543.3000	1,666.7640	46,299.0000	50,002.9200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	48251.7
33100000-1	260	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Bucată	20	1,669.8000	1,803.3840	33,396.0000	36,067.6800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	34408
33100000-1	261	Balon pentru pre și postdilatate periferică	Balon pentru pre și postdilatate periferică	Bucată	20	1,998.7000	2,158.5960	39,974.0000	43,171.9200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	51000
33100000-1	267	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	Bucată	20	3,820.3000	3,820.3000	76,406.0000	76,406.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	78121.8
33100000-1	270	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Bucată	10	3,820.3000	3,820.3000	38,203.0000	38,203.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	108000
33100000-1	275	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon farmacologic activ (Periferie)	Bucată	10	5,591.3000	6,038.6040	55,913.0000	60,386.0400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	56931.9
33100000-1	277	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice	Bucată	70	1,669.8000	1,803.3840	116,886.0000	126,236.8800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	356510
33100000-1	286	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Bucată	40	5,844.3000	5,844.3000	233,772.0000	233,772.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	236918.4

33100000-1	290	Endograft aortic	Endograft aortic	Bucată	8	16,470.3000	16,470.3000	131,762.4000	131,762.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	259200
33100000-1	293	STENT GRAFT CORONARIAN	STENT GRAFT CORONARIAN	Bucată	10	13,307.8000	13,307.8000	133,078.0000	133,078.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	123150
33100000-1	305	STENT GRAFT pentru periferie	STENT GRAFT pentru periferie	Bucată	16	16,470.3000	16,470.3000	263,524.8000	263,524.8000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	222222.08
33100000-1	324	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Bucată	30	6,856.3000	7,404.8040	205,689.0000	222,144.1200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	271020
33100000-1	338	Stent din Nitinol autoexpandabil	Stent din Nitinol autoexpandabil	Bucată	10	10,777.8000	10,777.8000	107,778.0000	107,778.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	162000
33100000-1	342	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Bucată	20	1,543.3000	1,666.7640	30,866.0000	33,335.2800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	137000
33100000-1	358	Stent Graft Coronarian	Stent Graft Coronarian	Bucată	5	13,307.8000	13,307.8000	66,539.0000	66,539.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	110000
TOTAL Oferta								2,070,779.70	2,123,241.78		

Semnat:

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B