

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721058308796 din 05.08.2024

Obiectul de achiziție: Achiziția echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3 Tesla (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Înreg AMED
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	20	Troliu de Urgență	Emergency Trolley (Stainless Steel) K040 / K	Turcia	KENMAK HASTANE MALZEMELERI VE ELEKTROSTATIK BOYA SAN. TİC. A.S.	Troliu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare. Caracteristici generale troleu: Material carcasa Oțel inoxidabil sau metal vopsit Suprafața de lucru a a troleului Monolit Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu posibilitatea de fixare a defibrilatorului (de ex: curele cu sistem de prindere velcro (arici)) Da Stativ pentru perfuzii Da Masa suplimentară laterală Da Coș lateral pentru accesorii Da Coș lateral pentru deșeuri Da Număr de sertare Minim 3 Primul sertar plat Da Sertare de diferite adâncimi Da Sertar cu divizare pentru medicamente Minim 6 divizări Număr de roți Minim 4 Roți cu frână Minim 2 Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri) în spate Da	Da, Troliu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare. Caracteristici generale troleu: Da, Material carcasa Oțel inoxidabil- vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf (Stainless Steel Frame) Da, Suprafața de lucru a a troleului Monolit- vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu posibilitatea de fixare a defibrilatorului - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Stativ pentru perfuzii - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Masa suplimentară lateral - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Coș lateral pentru accesorii - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Coș lateral pentru deșeuri - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Număr de sertare Minim 3- vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Primul sertar plat - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Sertare de diferite adâncimi - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Sertar cu divizare pentru medicamente 6 divizări- vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Număr de roți 4- vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Roți cu frână 2, - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf Da, Suport pentru butelie de oxigen (cu volum 10 litri) în spate - vezi K040-K-Technical-Datasheet.pdf	DM000 692026

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maria Morozov În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23