

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1785409312624** din **30.07.2026**

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj specializat pentru laboratoarele din cadrul Departamentului Alimentație și Nutriție**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
3.1	42943200-0	Baie ultrasonica digitalizata	RK 103H/CH	Germania	Bandelin	Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire Capacitate utilă: minimum 0,9 L Frecvență ultrasonică: 35 kHz Interval de temperatură: 20 – 80 °C Control temperatură: digital Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm Putere consumată: maximum 70 W Clasa de protecție: minimum IP33 Alimentare: 220 V, 50 Hz Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE.	Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire Capacitate utilă: minimum 2,7 L Frecvență ultrasonică: 35 kHz Interval de temperatură: 5 – 40 °C Control temperatură: digital Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm Putere consumată: maximum 70 W Clasa de protecție: minimum IP33 Alimentare: 220 V, 50 Hz Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanța cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE.	ISO CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Academiei, 3**

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

07.06.2026