

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1548838462638	Data: 11.03.2019	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale.	Lot:24.	Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul 24: CT TOSHIBA Aquilion Prime TSX-303A/AC					
24.1	50421 000-2	CT TOSHIBA Aquilion Prime TSX 303 A/AC	– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program – Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune	– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program – Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului	

			– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program	tehnice – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program	
--	--	--	--	---	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16,of.6