

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 din 20 apr 2025, 15:13 - 14 mai 2025, 15:13

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)

Cod CP V	Nr . d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	New Hospivac 400 (RE 410350/38)	Italia	Ca-Mi	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" obligatoriu Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 90 l/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 46.4 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (inclus în setul de baza, cod: RE 210010) Capacitatea, L ≥ 5 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu "Suport mobil (carcasa cu roți și frână+spațiu depozitare)" "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" obligatoriu Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (SP.0047) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	DM000792547

						modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz		
33 10 00- 00- 1	9	Electroencefalo graf cu fotostimulator	Brain Quick	Italia	Micromed	"Electroencefalograf cu fotostimulator Cod 260110 Descriere Electroencefalograful cu funcții de bază măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și printează datele pentru proceduri de diagnostic. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG obligatoriu Electroencefalografia obligatoriu Altele Să se indice Numărul de canale ≥ 32 referentiale Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez obligatoriu Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real obligatoriu Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedența preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată obligatoriu ""Rata de calibrare selectată de utilizator"" obligatoriu Detectarea și interpretarea datelor obligatoriu Controlul sensibilității Setări manuale obligatoriu În pași obligatoriu Gama minimă, $\mu\text{V}/\text{mm}$ 1-100 Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≤ 0.3 la setări de frecvență joasă Setare manuală obligatoriu Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≥ 70 la setări a frecvenței înalte Setare manuală obligatoriu Filtru notch obligatoriu Setare manuală obligatoriu Video digital Opțiune obligatoriu Comprimarea obligatoriu Sincronizarea cu EEG obligatoriu Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 ore Fotostimulator obligatoriu Interfașă de ieșire obligatoriu I/O auxiliare Să se indice REMOTE MONITORING Optional SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo sau echivalent, HDD min. 1TB, RAM min. 4 Gb, min. Windows 7/8/10 +licență obligatoriu Tip de stocare ""HD, purtători mobili (CD-R, DVD), USB;"" obligatoriu Printer obligatoriu Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient Afișări Afișare oră, data obligatoriu Afișare ID pacient obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu	Brain Quick, Micromed Da Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, EMG, EP,IOM, BQ.pdf, pag. 9 Da, SD PLUS FLEXI 38, sd.pdf, pag 8 Da, 24, sd.pdf, pag 8 Da, 16KHz, sd.pdf, pag 8 Da, Pause, BQ.pdf, la pagina 127, 152 Da, BQ.pdf, pag. 13 Da, 22", BQ.pdf, pag. 10 Da, BQ.pdf, pag. 202 Da, BQ.pdf, pag. 153-154 Da, CMRR, sd.pdf, pag 29 Da, 1Gohm, sd.pdf, pag 29 Da, BQ.pdf, pag. 130 Da, la monitor BQ.pdf, pag. 130 Da, BQ.pdf, pag. 13 Da, de la $\pm 3.2\text{mV}$ la $\pm 1638.4\text{mV}$;; SD.pdf, pag 8 Da, de la 0.8-1638mV, pag sd.PDF, pag 8, pentru EEG / EP canale Da, 16KHz, sd.pdf, pag 8 Da, Notch filter activation , sd.pdf, pag 8 Da, BQ.pdf, pag. 83 Da, HD, mpeg4 Da Da, mai mult de 24 ore, cu posibilitate de a face segmente Da, BQ.pdf, pag. 156-157 Da, pentru photostimulator Da, sd.pdf, pag 8 Nu Da, Intel i7 2.1 GHz sau mai rapid, 16Gb RAM, 1TB HDD, Windows 10 licența, DVD-RW, Da, USB-Flash 64 GB Da, Canon Da, BQ.pdf, pag. 22, 42, 127, 142, 24,241 Da	DM000426496 DM000426488

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**