

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623143062469/21040529 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea licitației: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2021(REPETAT)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50421000-2	7. Cromatograf CROM-5	– Controlul ermeticității- cuplărilor magistralilor de gaze si înlăturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea purității injectorului si curățirea lui – Testarea purității și curățirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea funcționării și înlăturarea defectelor înregistratorului. Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local.	- Înlocuirea senzorilor de semnal din platină	
	TOTAL			

Semnat:  Numele, Prenumele: Guci Ruslan În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Repelcom” Adresa: m. Chișinău str. V.Lupu 6 of 52