

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21005840 din 01 Martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie si terapie intensiva

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-18 , L=15cm	331 208H	Germania	Intra	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: 331208H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-16 L=15cm	331 206H	Germania	Intra	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: 331206H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-14, L=20cm	331 204H	Germania	Intra	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm Codul Produsului: 331204H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16, L=20cm	332 027	Germania	Intra	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm Codul Produsului: 332027 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18, L=20cm	332 028	Germania	Intra	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE	Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=20 cm Codul Produsului: 332028 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 , L=15cm	323 027	Germania	Intra	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca L=15 cm Codul Produsului: 323027 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.

Standarde de referință
8
CEE, ISO
CEE, ISO
CEE, ISO
CEE, ISO
CEE, ISO
CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 , L=15cm	334 028	Germania	Intra	<p>Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14</p> <p>a. Material: poliuretan, antirombogen</p> <p>b. Renghencontraste</p> <p>c. Cu marcaj al lungimii cateterului</p> <p>d. Cu conductor metalic tip "J"</p> <p>e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca</p> <p>L=15 cm</p> <p>ISO13485, CE</p>	<p>Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14</p> <p>a. Material: poliuretan, antirombogen</p> <p>b. Renghencontraste</p> <p>c. Cu marcaj al lungimii cateterului</p> <p>d. Cu conductor metalic tip "J"</p> <p>e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca</p> <p>L=15 cm</p> <p>Codul Produsului: 334028</p> <p>Certificat CE , Certificat ISO 13485</p> <p>Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7

Standarde de referință

8

CEE, ISO