

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1656677828975 din 01.07.2022
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Set pentru intervenții endo-urologice	TC200EN/ TC301/ 20161401-1/ 495ND/ TH110/ 27005AA (x2)/ 27005AR/ 27050SCK (x2)/ 27040OC (x2)/ 27050D (x2)/277 (x2)/ 280 (x2)/ 27040DB (x2)/ UH801 (x2)/ 280 (x2)/ 27050G (x10)/ 27050RG (x5)/ 27040GP1 (x30)/ 27040NB (x5)/ WM101/ UG220/ UG500/ SEAL (V10GMS)/ V11MCT9N (X2)/ V11SM1DM/ V11SM2FN/V11I S1C (x2)/ V11CD2L (x10)/ V11F3AX	Germania	Karl Storz	Set pentru intervenții endo-urologice Cantitatea 1 Descriere Set pentru intervenții endo-urologice . Accesorii (videocamera, videoprocessor cu sursă de lumină incorporată, unitate electrochirurgicală, instrumente chirurgicale.) Parametrul Specificația Video procesor cu sursa de lumină incorporată Semnale video de ieșire: HDMI minim 1 ieșiri Rezoluția de ieșire minim 1920/1080 Reglaj al culorilor da Reglaj al intensității luminoase da Reglaj zoom și focusare da Posibilitatea de salvare imaginii și video de înaltă rezoluție da Intensitatea luminii minim 80000 lux da Control prin intermediul Butoanelor și touch LCD da lampă da timp de lucru a lămpii LED ≥ 50.000 ore LED 6800K Cablul fibră optică Compatibil cu sursa de lumină și telescoapele propuse da	Set pentru intervenții endo-urologice Cantitatea - 1 Descriere Set pentru intervenții endo-urologice. Accesorii (videocamera, videoprocessor cu sursă de lumină incorporată, unitate electrochirurgicală, instrumente chirurgicale.) Parametrul Specificația TC200EN/ TC301/ 20161401-1 Video procesor cu sursa de lumină incorporată Semnale video de ieșire: HDMI minim 1 ieșiri - da Rezoluția de ieșire 1920/1080 Reglaj al culorilor - da Reglaj al intensității luminoase - da Reglaj zoom și focusare - da Posibilitatea de salvare imaginii și video de înaltă rezoluție - da Intensitatea luminii 80000 lux da Control prin intermediul Butoanelor și touch LCD - da lampă - da timp de lucru a lămpii LED - 30.000 ore LED 6400K 495ND Cablul fibră optică Compatibil cu sursa de lumină și telescoapele propuse da	EC, ISO

Lungime- 300- 400 cm da Cu rotire liberă în jurul axei da Cap camera TIP 1/3CMOS da Cuplarea automata pe telescop da Sistem de blocare a mecanismului de conectare cu telescopul da Rezolutia sensurului minim Full HD (1920x1080) da butoane de dirijare da zoom digital da Controlul diametrului cimpului de operare in dependeta de telescop da Lungimea minima a cablului ≥ 3 m Sterilizare low temperature da Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 2 buc	Lungime- 300- 400 cm da Cu rotire liberă în jurul axei da TH110 Cap camera TIP 1/3CMOS da Cuplarea automata pe telescop da Sistem de blocare a mecanismului de conectare cu telescopul da Rezolutia sensurului Full HD (1920x1080) da butoane de dirijare da zoom digital da Controlul diametrului cimpului de operare in dependeta de telescop da Lungimea minima a cablului - 3 m Sterilizare low temperature da 27005AA Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea - 2 buc	
Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- minim 30cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 1 buc Rezectoscop compatibil cu cistoscop de 4 mm diametrul. Conține teaca externă 26 CH, teacă internă 24 CH, obturator.---2 set da Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi monopolari---2 buc. da Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi bipolari---2 buc. da Electrod monopolar LOOP 24 CH 10 buc da Electrod monopolar vaporizare 24 CH 5 buc. da Electrod bipolar LOOP 24 CH, plazma rezeecție 30 buc da Electrod bipolar vaporizare 24 CH, plazma rezeecție 5 buc. da Monitor medical Diagonala ≥ 24 ” Rezoluție minim 1920x1080 pixels Unghi de verere minim ≥ 170 ° Troliu pentru echipament 1 bucata da	27005AR Telescop optic- cistoscop Unghi de vedere 0 ° da Diametrul extern- 4 mm da Lungime- 30 cm da lentile safir da posibilitatea de redare a unei imaginii HD 1920 x 1080 pix da autoclavabil da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid da Cantitatea 1 buc 27050SCK/ 27040OC Rezectoscop compatibil cu cistoscop de 4 mm diametrul. Conține teaca externă 26 CH, teacă internă 24 CH, obturator.---2 set da 27050D/ 277/ 280 Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi monopolari - 2 buc. 27040DB/ UH801/ 280 Element de lucru activ 26/24 CH pentru electrozi bipolari---2 buc. da 27050G Electrod monopolar LOOP 24 CH - 10 buc da 27050RG Electrod monopolar vaporizare 24 CH - 5 buc. da 27040GP1 Electrod bipolar LOOP 24 CH, plazma rezeecție 30 buc 27040NB Electrod bipolar vaporizare 24 CH, plazma rezeecție 5 buc. WM101 Monitor medical Diagonala - 24 ” Rezoluție 1920x1080 pixels Unghi de verere minim - 170 ° UG220/ UG500 Troliu pentru echipament 1 bucata da	

				Electrocoagulator și accesorii Canale de iesire independenta, izolate Bipolar - 1 canal da Monopolar - 1 canal Bipolar cu autorecunoasterea instrumentului - 1 canale da Regimuri monopolare Tăiere (Pure ; Blend1 ; Blend 2, EndoCut). Coagulare (Soft ; Disecție ; Fulguare ; Argon; Puls Argon) da Regimuri bipolare Coagulare (Soft ; Forced). Coagulare in mediu salin. Tăiere și vaporizare in mediu salin. Regim de ligare a vaselor până la 7 mm da Butoane de control da Indicatori Vizuale da Audio da	SEAL II (V10GMS) Electrocoagulator și accesorii Canale de iesire independenta, izolate Bipolar - 1 canal da Monopolar - 1 canal Bipolar cu autorecunoasterea instrumentului - 1 canale da Regimuri monopolare Tăiere (Pure ; Blend1 ; Blend 2, EndoCut). Coagulare (Soft ; Disecție ; Fulguare ; Argon; Puls Argon) da Regimuri bipolare Coagulare (Soft ; Forced). Coagulare in mediu salin. Tăiere și vaporizare in mediu salin. Regim de ligare a vaselor până la 7 mm da Butoane de control da Indicatori Vizuale da Audio da	
				Comutator de mina pentru electrozi monopolari autoclavabil diametru 2,4 mm.-----2 buc da Comutator de picior tip pedală cu 1 butoan pentru activare bipolara da Comutator de picior tip pedală cu minim 2 butoane da Moduri de lucru Monopolar Taiere ≥ 370 W Cuagulare ≥ 200 W Bipolar ≥ 230 W Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 150-160 mm 10 buc Cablu de alimentare 1 buc Cablu pentru impamintare minim 3 m 1 buc Alimentarea 220 V, 50 Hz	V11MCT9N Comutator de mina pentru electrozi monopolari autoclavabil diametru 2,4 mm.-----2 buc da V11SM1DM Comutator de picior tip pedală cu 1 butoan pentru activare bipolara V11SM2FN Comutator de picior tip pedală cu minim 2 butoane da Moduri de lucru Monopolar Taiere ≥ 370 W Cuagulare ≥ 200 W Bipolar ≥ 230 W V11IS1C Electrode neutru reutilizabil, tip adult 2 buc V11CD2L Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 150-160 mm 10 buc V11F3AX Cablu de alimentare 1 buc Cablu pentru impamintare minim 3 m 1 buc Alimentarea 220 V, 50 Hz	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**