

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773041199640 din 09.03.2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Autoclav ASL 100 SMS	Autoclav ASL 100 SMS	Polonia	SMS Sp. Z o.o.	Mentenanța Corectivă Autoclav SMS Sp. Z o.o. , model ASL 100 MV+ FA, nr serie 119. Mentenanța corectivă va include înlocuirea pompei de vacuum Speck VI15 cod :0871-900-052, și înlocuirea valvei electromagnetice 3zH14-220VAC+ PlugPG11 Din A cod : 0918-114-194 Verificarea etanșeității sistemului de vacuum Verificarea nivelului de vacuum obținut conform parametrilor tehnici ai echipamentului Test funcțional complet al echipamentului după intervenție Piese de schimb trebuie să fie originale sau echivalente certificate, compatibile cu modelul echipamentului existent Se va oferi garanție minim 12 luni pentru piesele înlocuite și manoperă.	Mentenanța Corectivă - Autoclav SMS Sp. Z o.o. , model ASL 100 MV+ FA, nr serie 119. Mentenanța corectivă include înlocuirea pompei de vacuum Speck VI15 cod :0871-900-052, și înlocuirea valvei electromagnetice 3zH14-220VAC+ PlugPG11 Din A cod : 0918-114-194 Verificarea etanșeității sistemului de vacuum Verificarea nivelului de vacuum obținut conform parametrilor tehnici ai echipamentului Test funcțional complet al echipamentului după intervenție Piese de schimb - originale, compatibile cu modelul echipamentului existent Garanție 12 luni pentru piesele înlocuite și manoperă.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
În calitate de: Administrator
Ofertantul: "Romedcom" SRL
Adresa: Mun.Chișinau, str.Sciusev 16 (of)6