

**Specificații tehnice
(F4.1)**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1585935744042	Data: 17 apr 2020, 10:30 - 1 mai 2020, 11:30	
Denumirea licitației: Articole de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2020 Etapa II.	Poziții:1.	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	3310 0000 -1	Oxygenator pentru adulti cu membrană	CX-ML003 + CXFX25RW	Japonia	Terumo	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxygenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4	Oxygenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat. - Debit volum maxim (l / min.) – Până la 8,0. - Vizibilitatea sângelui – Da - Volumul static al “priming”-ului oxygenatorului (ml) – 260. - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) – 490. - Suprafața schimbului de gaze (m2)-2,5. - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) – 0,53.	CE/ISO

						Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da (liniile sa corespunda conform anexelor)	- Intrare în rezervor venos (inch) – ½. - Prelucrare membranelor cu biopolimer – Da – X-coating.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** In calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chişinău, Republica Moldova**