

Certificado de Análisis
Certificate of Analysis

Producto <i>Product</i>	INGEZIM BLV CONFIRMATION
Referencia <i>Reference</i>	12.BLV.K1
Nº DE LOTE <i>Batch n</i>	250230
Fecha de caducidad <i>Expiration date</i>	03-2027

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.


GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD
QUALITY CONTROL

DO ± σ

	Ag Positivo	Ag Control
Valor de D.O. del suero Control Positivo <i>O.D. Value of the Positive Control serum</i>	1,287 ± 0,018	0,164 ± 0,020
Valor de D.O. del suero Control Negativo <i>O.D. Value of the Negative Control serum</i>	0,075 ± 0,007	0,068 ± 0,014
Valor de D.O. del suero Internacional de Referencia E5 1/100 <i>O.D. value of International Reference serum E5 1/100</i>	1,348	0,376

FIRMA
SIGNED

CARGO
TITLE

Responsable de Control de Calidad
Quality Control Manager

Responsable de Garantía de Calidad
Quality Assurance Manager

FECHA
DATE

19/11/2025

19/11/2025

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.