

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664351616655 / 21064622 din: 28.09.2022 conform SIARSAP Mtender |
| Obiectul achiziției: Echipamente medicale |

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------------------|--|--|--------------------|---|--|--|---------------------------|
| Bunuri/servicii | | | | | | | |
| 1 | Mănuși, examinare, n/ s, pwd gratuit, latex, dimensiune S, M, L bucata | MM0403-P005-R-01 MM0403-P005-R-02 MM0403-P006-R-01 MM0403-P006-R-02 | TURCIA | SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİ RME A.Ş. | Mănuși de examinare ambidextru de unică folosință, fabricate din latex natural, fără pulbere și nesterile. De unică folosință, de unică folosință. Disponibil în dimensiuni mici(S), Mediu (M) și mare(L). Poate veni în mai multe culori. Nu aplicați forță atunci când puneți, păstrați unghiile scurte atunci când utilizați. Aruncați cu atenție după utilizare. Ambalate în cutii de 100 de mănuși.Grosime minimă 0.05 mm, lungime totală minimă 230mm, standard testat: RO 455. | Mănuși de examinare ambidextru de unică folosință, fabricate din latex natural, fără pulbere și nesterile. De unică folosință, de unică folosință. Disponibil în dimensiuni mici(S), Mediu (M) și mare(L). Poate veni în mai multe culori. Nu aplicați forță atunci când puneți, păstrați unghiile scurte atunci când utilizați. Aruncați cu atenție după utilizare. Ambalate în cutii de 100 de mănuși.Grosime minimă 0.05 mm, lungime totală minimă 230mm, standard testat: RO 455. | CE/ISO |

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301