

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 40						
40.1	Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgia toracică VATS (Uniport)	26003AA	Germania	Karl Storz	<p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0, Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și a celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...)</p> <p>Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Kchard WolfAesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard WolfAesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga",</p> <p>tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare</p> <p>Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 310 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0, Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și a celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...)</p> <p>Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Kchard WolfAesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard WolfAesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga",</p> <p>tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare</p> <p>Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesca În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316