

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21135050 din 31.01.24							
Denumirea procedurii de achiziție: Reactive - 2024 pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta							
Denumire bunuri	Descriere bunuri	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania /ALTERNATIVA - Analizator imunoenzimatic Stat-fax 303 (Awareness Tehn.)							
7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.CE.96, DiaPro	Italia	DiaPro	7.1. HBsAg Elisa - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie ELISA Elisys Uno Human, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	HBsAg Elisa, set 96 teste - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie Analizator imunoenzimatic Stat-fax 303 (Awareness Tehn.), cu reagenți gata de lucru pentru determinarea HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	HBsAb 96 teste, SAB.CE, DiaPro	Italia	DiaPro	7.2. Anti HBsAg Elisa - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie ELISA Elisys Uno Human, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti-HBsAg HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Anti HBsAg Elisa, set 96 teste - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie ELISA Elisys Uno Human, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti-HBsAg HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	HCV Ab 96 teste, CVAB.CE.96, DiaPro	Italia	DiaPro	7.3. Anti HCV sumar Elisa - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie ELISA Elisys Uno Human, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti HCV în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Anti HCV sumar Elisa, set 96 teste - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele Analizator imunoenzimatic Stat-fax 303 (Awareness Tehn.), cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti HCV în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania	PSA Elisa, 96 teste, 2125-300A, Monobind	SUA	Monobind	7.4. PSA Elisa - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele analizatorului automat de imunologie ELISA Elisys Uno Human, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea T PSA în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	PSA Elisa, set 96 teste - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de reactivi standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu locașele Analizator imunoenzimatic Stat-fax 303 (Awareness Tehn.), cu reagenți gata de lucru pentru determinarea T PSA în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan/ ALTERNATIVA Analizer Hematologic automat H30 Pro, Edan							
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	Diluent 20 l, HD200	China	EDAN	9.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - canistra 20 l. Componenta: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - canistra 20 l. Componenta: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	Lyse 500 ml, HL310	China	EDAN	9.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor, 3*500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - set 3x500 ml. Componenta: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru numărarea leucocitelor . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor, 3*500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - set 3x500 ml. Componenta: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru numărarea leucocitelor . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	Cleaner HC310, 50 ml	China	EDAN	9.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - flacon 50 ml. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului. Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - flacon 50 ml. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului. Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	ED-30D	China	EDAN	9.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 2 ml nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	ED-30D	China	EDAN	9.5. Materialul de control (nivel normal) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Materialul de control (nivel normal) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 2 ml nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE

9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	ED-30D	China	EDAN	9.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 2 ml nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Hematologic automat H30 Pro, Edan, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	9. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 , Japan	H30 Pro tube assembly/O-ring DIA 5x1 Fluocarbon/Syringe Motor Holder/Waste Syringe Motor Holder	China	EDAN	9.7. Kit de mentenanță la 12 luni - Cerințe specifice: Set de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat hematologic Sysmex KX-21N. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	9.7. Kit de mentenanță la 12 luni - Cerințe specifice: Set de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat hematologic Hematologic automat H30 Pro - H30 Pro tube assembly/O-ring DIA 5x1 Fluocarbon/Syringe Motor Holder/Waste Syringe Motor Holder, Edan. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
LOT 17 Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc./ Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare Mi6000, WESAIL					WS-		
17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	CK-MB/cTnI/Myo	China	WESAIL	17.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	CRB+hs-CRP	China	WESAIL	17.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea CRB+hsCRB prin dublu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea CRB+hsCRB prin dublu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	D-Dimer	China	WESAIL	17.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu. Metoda: FIA. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Test rapid la D-Dimer - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu. Metoda: FIA. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	NT- pro BNP	China	WESAIL	17.4. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea NT-pro BNP din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Test rapid la NT- pro BNP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea NT-pro BNP din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	PCT	China	WESAIL	17.5. Test rapid la PCT - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea PCT din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Test rapid la PCT - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Determinarea PCT din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
19.1. Analizor complet automat hibrid p/u analiza urinei, reagenți și consumabile / Oferta alternativa analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO, 77Elektronika							
19. Analiza urinei (oferta alternativa)	19. Analiza urinei (oferta alternativa)	Labumat 2 & UriSed 3 PRO	Ungaria	77Elektronika,	19.1. Analizor complet automat hibrid p/u analiza urinei, reagenți și consumabile - Cerințe obligatorii pentru OFERTE ALTERNATIVE. Analizator complet automat pentru analiza urinei nou cu încărcarea automată și cu un randament de testare de 120 de teste comune (sedimentul urinar + chimia uscată) pe ora. Principiul de lucru: Examinarea morfologică, chimică și fizică. Stripuri cu 11 parametri minim, recunoașterea sedimentului / validarea automată și manuală, parametri fizici 5 minim, parametri morfologie min 35 indicatori fizico-chimici al sedimentului de urină. Să fie oferit prin comodat. Cerințe tehnice pentru analizatorul automar pentru analiza urinei sunt prezentate în paragraful "Oferte Alternative" a Anunțului de participare. Condiții de exploatare: Contract de comodare - pentru 14 luni. Clauza: posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. Bugetul total să nu depășească bugetul alocat pentru Lotul dat. Oferta de preț să includă Anexa cu volumul de seturi recalculați din numărul de teste solicitat spre achiziționare. Garanție pe toată perioada deținerii analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Analizor complet automat hibrid p/u analiza urinei, reagenți și consumabile - Cerințe obligatorii pentru OFERTE ALTERNATIVE. Analizator complet automat pentru analiza urinei nou cu încărcarea automată și cu un randament de testare de 120 de teste comune (sedimentul urinar + chimia uscată) pe ora. Principiul de lucru: Examinarea morfologică, chimică și fizică. Stripuri cu 11 parametri minim, recunoașterea sedimentului / validarea automată și manuală, parametri fizici 5 minim, parametri morfologie min 35 indicatori fizico-chimici al sedimentului de urină. Să fie oferit prin comodat. Cerințe tehnice pentru analizatorul automar pentru analiza urinei sunt prezentate în paragraful "Oferte Alternative" a Anunțului de participare. Condiții de exploatare: Contract de comodare - pentru 14 luni. Clauza: posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. Bugetul total să nu depășească bugetul alocat pentru Lotul dat. Oferta de preț să includă Anexa cu volumul de seturi recalculați din numărul de teste solicitat spre achiziționare. Garanție pe toată perioada deținerii analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
19. Analiza urinei (oferta alternativa)	19. Analiza urinei (oferta alternativa)	Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1	Ungaria	77Elektronika,		Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Stripuri cu 11 parametri Labstrip U11PLUS GL test strip set 150 teste, ANA-9901GL-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	ISO,CE
19. Analiza urinei (oferta alternativa)	19. Analiza urinei (oferta alternativa)	Cuveta p-u UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Ungaria	77Elektronika,		Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Cuveta p-u UriSed,set 600 piese, URS-9961-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	ISO,CE

23.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.2. Reagent monoclonal - Tolicon anti-A	Tolicon Anti-A cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon	Rusia	MEDIKLON	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Tolicon Anti-A cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO
23.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.3. Reagent monoclonal - Tolicon anti-B	Tolicon Anti-B cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon	Rusia	MEDIKLON	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Tolicon Anti-B cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO
23.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.4. Reagent monoclonal - Tolicon anti-D Ig M	Tolicon Anti-D Super IgM Mediklon	Rusia	MEDIKLON	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Tolicon Anti-D Super IgM Mediklon Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO
23.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.5. Reagent monoclonal - Tolicon Duoclon anti-D IgM + Ig G	Tolicon Anti-D Duoclon Monoclonal IgG/IgM, blend 10ml, 740010	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Tolicon Anti-D Duoclon Monoclonal IgG/IgM, blend 10ml, 740010 Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO
23.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.6. Reagent monoclonal anti-Kell IgM	Tolicon Anti-Kell Super cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon	Rusia	MEDIKLON	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Tolicon Anti-Kell Super cu pipeta dozator, 10 ml, Mediklon Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO
23.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.7. Ser polispecific antiglobulinic	A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010 Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
23.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.8. Soluție LISS	LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
23.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.9. Set de diagnostic p/u analiza LCR	Set de diagnostic p/u analiza LCR	Rusia	ABRIS	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set de diagnostic p/u analiza LCR Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat conformitate
23.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	23.10. Set de diagnostic p/u analiza sputei	Set de diagnostic p/u analiza sputei	Rusia	ECOLAB	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set de diagnostic p/u analiza sputei Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat conformitate
25.3. Veselă și articole de ustensilă	3. Container din polipropilen 120-150 ml	Container p-u urina 150 ml, PP, 2120, Aptaca	ITALIA	APTACA	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
25.4. Veselă și articole de ustensilă	4. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml	Eprubeta cu KEDTA, 2,5 ml, 12x56 mm, PP, 2100, Aptaca	ITALIA	APTACA	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
25.5. Veselă și articole de ustensilă	5.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml	Eprubeta vacuumata cu K3EDTA 2 ml, 13x75 mm, 30201, Aptaca	ITALIA	APTACA	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 3 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
25.6. Veselă și articole de ustensilă	6. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml	Eprubeta cu Li Heparina 10 ml, PP, 16x100 mm, 2407, Nuova Aptaca	ITALIA	APTACA	Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu heparină de sodiu 10 ml, 6x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
25.7. Veselă și articole de ustensilă	7. Vacutainer cu gel separator, volum sînge 4 - 5 ml, cu capac și eticheta	Eprubeta vacuumata cu gel si clot activator 4 ml, 13x75 mm, 30003, Aptaca	ITALIA	APTACA	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 4 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
25.9. Veselă și articole de ustensilă	9. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml	Eprubeta 10 ml, cu fund conic, 16x102 mm, PP, 670601, Boen	CHINA	BOEN	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml, PP (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative) / Oferta alternativa Analizator biochimic automat Selectra PRO M,ELITECH							
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ALSL-0510	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate), 1 set 625 ml = 2080 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ASSL-0510	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standartASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) 1 set 625 ml= 2080 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	AMSL-0400	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Alfa-Amilaza totala (cu CNP-G3-β substrat) 1 set ,100 ml= 330 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	GISL-0420	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart GGTP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ALBU-0700	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Albumina , metoda recomandată de IFCC (Albumina BCG), 1 set 250ml = 830- teste	ISO,CE

28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	PROB-600	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Proteina totală metoda Biuret, 1 set 250 ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CRCO-0600	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Creatinina Jaffe, metoda recomandată de IFCC , 1 set 250ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	URSL-0507	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Urea UV, metoda recomandată de IFCC, 1 set 625 ml = 2080 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	GPSL-0707	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Glucoza GOD PAP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 1000 ml = 3330 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	PRTU-0600	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Proteina în urină prin metoda fotometrică cu pirogalol roșu, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	BITO-0600	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Bilirubina totală, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	BIDI-0500	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Bilirubina directă, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml = 415 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	AMMONIA Enzymatic Method 99261	FRANTA	BIOLABO	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart AMMONIA Enzymatic Method 6 X 20 ML, metoda recomandată de IFCC 1 set = 400 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Normal Control AMMONIA ALCOHOL BICARBONATE 95013	FRANTA	BIOLABO	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Normal Control AMMONIA ALCOHOL BICARBONATE 1 X 10 ML	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Pathological Control AMMONIA ALCOHOL BICARBONATE 95023	FRANTA	BIOLABO	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Pathological Control AMMONIA ALCOHOL BICARBONATE 1 X 10 ML	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ICRP-0400	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart CRP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 55 ml = 180 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ICRP-0046	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart CRP CONTROL I, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	ICRP-0047	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart CRP CONTROL II, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	PASL-0420	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart ALP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml = 830 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	AUML-0507	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart Acid Uric, metoda recomandată de IFCC, 1 set 600 ml = 2000 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	LPSP-0230	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart LIPASE, metoda recomandată de, 1 set 28 ml = 90 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	LLSL-0400/CMSL-0410	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart LDH, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml = 415 teste/ CK-MB 1 set 125 ml = 415 teste pentru a determina fractia cardiaca	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	LLSL-0400	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart LDH, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml = 415 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CMSL-0410	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart CK-MB, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml = 415 teste	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CK-MB control	FRANTA	ELITECH	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M. Ambalaj standart CK-MB control, Elitech metoda recomandată de IFCC, 1 set 4fl X3 ML	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	SLSY-5905-EE SYSTEM SOLUTION	FRANTA	ELITECH		Solutie sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	SLHC-5900-EE ACID SOLUTION	FRANTA	ELITECH		Solutie Acida de hipoclorid 1l, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE

28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	SLNA-5900-EE SYSTEM CLEANING SOLUTION 1L	FRANTA	ELITECH		Solutie cleaning pentru sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control-PGK, 4x2 ml,cod 18387	Rusia	MEDLACOR		Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control-PGK, 4x2 ml,cod 18387	Certificat conformitate
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CALI -0550	FRANTA	ELITECH		Multicalibrator pe baza de ser uman Elical 2, 1 fl=3ml	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CONT-0060	FRANTA	ELITECH		Ser de control normal pentru parametrii biochimici Elitrol I, 1 fl = 5ml	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	CONT-0160	FRANTA	ELITECH		Ser de control patologic pentru parametrii biochimici Elitrol II, 1fl = 5ml	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Adaptare pentru cuve pediatrica 65 x 15 mm (10 unit) 6002-828	FRANTA	ELITECH		Adaptare pentru cuve pediatrica 65 x 15 mm (10 unit) 6002-828 pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Maintenance kit Yearly Pro M/EL200, 6003-383	FRANTA	ELITECH		Kit de mentenanta Yearly Pro M/EL200, 6003-383 pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706	FRANTA	ELITECH		Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706 pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Lampa, Clear Quartz 12V/20W,3380-018	FRANTA	ELITECH		Lampa, Clear Quartz 12V/20W,3380-018 pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm, 1022/V, Aptaca	FRANTA	ELITECH		Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm, 1022/V, pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M.	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031	FRANTA	ELITECH		Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031	ISO,CE
28. Biochimie (oferte alternative)	28. Biochimie (oferte alternative)	Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital	FRANTA	ELITECH		Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital	ISO,CE
30.1. Analizator hematologic full automat 5DIFF/ Oferta alternativa analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY,ABBOTT							
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	CELL-DYN RUBY	SUA	ABBOTT	30.1. Analizator hematologic full automat 5DIFF - Reagenți, controale, kituri de mentenanță anuală. Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stativ de încărcare automată (RSM) și poziție STAT, plu următoarele condiții de exploatare: 1. Funcționare non-stop. 2. Contract de comodare - plu 14 luni. Clauza: posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. 3. Specificații plu analizator: (a) Încărcătură pe linie automată; (b) Poziție urgentă STAT; (c) Opțional posibilitatea de examinare a lichidelor biologice (LCR, Transudat/Exudat, Sinovial) în baza acelorasi reagenți; (d) Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă; (e) Soft instalat, funcționabil, vigilent și robust; LIS/HOST prin ethernet; (f) Ecran tachscrea sau instalarea aplicațiilor analizatorului la computer, tastatură de masă/maus; Scăner de barcoduri pe bordul analizatorului și unu extern; (g) Camera și metoda plu Hemoglobină: Linearitate > 200 g/L, Sensibilitate ≈ 1 g/L; (h) Camera plu Eritrocte: Limitele de linearitate ≈ 0,01x10 ⁹ /L - 12,00x10 ⁹ /L (se admite și mai mult); (i) Camera pentru leucocite: Limitele de linearitate ≈ 0,01x10 ⁹ /L - 800,00x10 ⁹ /L (se admite și mai mult); (j) Camera pentru Trombocite: Limitele de linearitate ≈ 5x10 ⁹ /L - 2500x10 ⁹ /L (diapazon de vizibilitate după diluție până la 4000) ; (k) Interferența minimă din partea reticulocitelor în numărarea leucocitelor în probe anemice cu reticulocitoze. 4. La contractare plu anul 2023 seturile de reagenți și consumabile necesare plu executarea analizei cu obținerea rezultatului și prețul fiecărui set va fi calculat din număr estimativ de investigații solicitate prin comandă conform procedurii de licitare. Suma totală a seturilor de reagenți, controalelor și kiturilor de mentenanță să nu depășească bugetul lotului dat. 5. Pentru anul 2023 seturile de reagenți să fie însoțite de volumul corespunzător de soluții de spălare și mentenanță zilnică. 6. Facturarea reagenților se va executa conform împachetărilor și prețului acestora, dar suplimentar la factură se va anexa aviz de specificare plu care volum de investigații (nr de teste) se execută livrarea seturilor. 7. Analizator cu marca CE, reactivi cu IVD. 8. Pentru anul 2023: volumul de soluții adjuvante plu mentenanțe și spălări de rutină: să se recalculeze în volum destul necesar plu executarea volumului de teste solicitate. 9. Numărul kiturilor de mentenanță generală: minim două. 10. Garanție pe toată perioada deținerii analizatorului. 11. Oferta de preț să includă Anexa cu volumul de seturi recalculați din numărul de teste solicitat spre achiziționare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	30.1. Analizator hematologic full automat 5DIFF - Reagenți, controale, kituri de mentenanță anuală. Analizator Hematologic full Automat 5 DIFF cu stativ de încărcare automată (RSM) și poziție STAT, plu următoarele condiții de exploatare: 1. Funcționare non-stop. 2. Contract de comodare - plu 14 luni. Clauza: posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. 3. Specificații plu analizator: (a) Încărcătură pe linie automată; (b) Poziție urgentă STAT; (c) Opțional posibilitatea de examinare a lichidelor biologice (LCR, Transudat/Exudat, Sinovial) în baza acelorasi reagenți; (d) Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă; (e) Soft instalat, funcționabil, vigilent și robust; LIS/HOST prin ethernet; (f) Ecran tachscrea sau instalarea aplicațiilor analizatorului la computer, tastatură de masă/maus; Scăner de barcoduri pe bordul analizatorului și unu extern; (g) Camera și metoda plu Hemoglobină: Linearitate > 200 g/L, Sensibilitate ≈ 1 g/L; (h) Camera plu Eritrocte: Limitele de linearitate ≈ 0,01x10 ⁹ /L - 12,00x10 ⁹ /L (se admite și mai mult); (i) Camera pentru leucocite: Limitele de linearitate ≈ 0,01x10 ⁹ /L - 800,00x10 ⁹ /L (se admite și mai mult); (j) Camera pentru Trombocite: Limitele de linearitate ≈ 5x10 ⁹ /L - 2500x10 ⁹ /L (diapazon de vizibilitate după diluție până la 4000) ; (k) Interferența minimă din partea reticulocitelor în numărarea leucocitelor în probe anemice cu reticulocitoze. 4. La contractare plu anul 2023 seturile de reagenți și consumabile necesare plu executarea analizei cu obținerea rezultatului și prețul fiecărui set va fi calculat din număr estimativ de investigații solicitate prin comandă conform procedurii de licitare. Suma totală a seturilor de reagenți, controalelor și kiturilor de mentenanță să nu depășească bugetul lotului dat. 5. Pentru anul 2023 seturile de reagenți să fie însoțite de volumul corespunzător de soluții de spălare și mentenanță zilnică. 6. Facturarea reagenților se va executa conform împachetărilor și prețului acestora, dar suplimentar la factură se va anexa aviz de specificare plu care volum de investigații (nr de teste) se execută livrarea seturilor. 7. Analizator cu marca CE, reactivi cu IVD. 8. Pentru anul 2023: volumul de soluții adjuvante plu mentenanțe și spălări de rutină: să se recalculeze în volum destul necesar plu executarea volumului de teste solicitate. 9. Numărul kiturilor de mentenanță generală: minim două. 10. Garanție pe toată perioada deținerii analizatorului. 11. Oferta de preț să includă Anexa cu volumul de seturi recalculați din numărul de teste solicitat spre achiziționare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	Diluent Sheath 20 litri, 1H7301	SUA	ABBOTT		Diluent Sheath 20 litri, 1 buc = 750 analize, 1H7301, Abbot, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY. Cantitatea 56 buc = 42 000 teste.	ISO,CE
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	Enzyme Cleaner CD, 100 ml 99644	SUA	ABBOTT		Enzyme Cleaner CD, 100 ml, 1 buc =7500 analize 99644, ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.Cantitatea 6 buc = 42 000 teste.	ISO,CE
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	Solutie WBC LYSE, RGT,3800 ml, 8H5201	SUA	ABBOTT		Solutie WBC LYSE, RGT,3800 ml, 1 buc = 935 analize 8H5201, ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.Cantitatea 45 buc = 42 000 teste.	ISO,CE
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	Solutie HGB NC LYSE 3800 ml, CD3200, 3H8002	SUA	ABBOTT		Solutie HGB NC LYSE 3800 ml, 1 canistra = 5000 buc CD3200, 3H8002 , ABBOTT, SUA compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY.Cantitatea 9 buc = 42 000 teste.	ISO,CE
30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	30. Hematologie 5 DIFF. (oferte alternative)	Set de control HP CD 26	SUA	ABBOTT		Set de control HP CD 26, compatibil cu analizator hematologic automat 5 DIFF CELL-DYN RUBY	ISO,CE

33.1. Consumabile de laborator de unică folosință	33.1. Eprubete de unică folosință	Eprubeta 5 ml, PS, 13x75 mm, 1375, Nuova Aptaca	ITALIA	APTACA	33.1. Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac.	Eprubeta 5 ml, PS, 13x75 mm, 1375, fara capac Nuova Aptaca	ISO,CE
33.3. Consumabile de laborator de unică folosință	33.3. Eprubete 10 ml, fără capac	Eprubeta 10 ml, cu fund conic, 16x102 mm, PP, 670601, Boen	China	BOEN	33.3 Eprubete 10 ml, fără capac, pentru centrifugarea mostrelor de urini.	Eprubeta 10 ml pentru centrifugarea mostrelor de urina , cu fund conic, fara capac 16x102 mm, PP, 670601, Boen	ISO,CE
33.4. Consumabile de laborator de unică folosință	33.4. Casete p/u microscopia urinei	Precision Cel, 301890, Kima	Italia	Kima	33.4 Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule.	Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. Precision Cel, 301890, Kima	ISO,CE
LOT 34 Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc./ Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL							
34. D-dimeri	34. D-dimeri	. D-dimeri	China	WESAIL	34.1. D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: = 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	34.1. D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: = 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
34. D-dimeri	34. D-dimeri	Control p/u D-dimeri	China	WESAIL	34.2. Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	34.2. Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard 1L+1H de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
LOT 35 Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc./ Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL							
35. Markerii cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	35. Markerii cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	cTnI/CK-MB/Myo	China	WESAIL	35.1. cTnI/CK-MB/Myo, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice p/u 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	35.1. cTnI/CK-MB/Myo, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice p/u 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
35. Markerii cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	35. Markerii cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	Control p/u cTnI/CK-MB/Myo	China	WESAIL	35.2. Control p/u cTnI/CK-MB/Myo, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Markerilor cardiaci prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	35.2. Control p/u cTnI/CK-MB/Myo, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Markerilor cardiaci prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
LOT 36 Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc./ Oferta alternativa analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL							
36. Beta-HCG	36. Beta-HCG	Beta-HCG	China	WESAIL	36.1. Beta-HCG, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	36.1. Beta-HCG, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescentă fast-test. Componenta setului: 20 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Reader semiautomat să se predea spre exploatare în baza Procesului verbal de Primire-Predare stipulindu-se în contractul de achiziții publice a kiturilor diagnostice pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziții publice. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
36. Beta-HCG	36. Beta-HCG	Control p/u beta-HCG	China	WESAIL	36.2. Control p/u beta-HCG, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit de control: Set de controale specifice p/u executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a beta-HCG prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic p/u poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	36.2. Control p/u beta-HCG, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice p/u kit de control: Set de controale specifice p/u executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a beta-HCG prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard 1L+1H de la producătorul kitului diagnostic p/u poziția 1 prezentului lot. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
36. Beta-HCG	36. Beta-HCG	Hârtie termică	China	WESAIL	36.3. Hârtie termică - compatibilă cu analizator oferită pentru poziția 1 prezentului lot.	36.3. Hârtie termică - compatibilă cu analizator oferită pentru poziția 1 prezentului lot.	ISO,CE
39. Reagenți p/u investigații clinice generale	39. Reagenți p/u investigații clinice generale	Set de diagnostic p/u analiza LCR	Rusia	ABRIS	39. Set de diagnostic (reagenți) pentru examenul biochimic al Lichidului Cefalo-rahidian. IVD. Certificat de conformitate de la producător.	Set de diagnostic (reagenți) pentru examenul biochimic al Lichidului Cefalo-rahidian. IVD. Certificat de conformitate de la producător.	ISO
40. Articole p/u microscop	40. Articole p/u microscop	Obiective Plan Achromat: 10x, 40x, 100x/1.25	CHINA	PROWAY	40.1. Piese, consumabile p/u microscop PW-BK 2000 - Obiective Plan Achromat: 10x, 40x, 100x/1.25 p/u imersie. Certificat de Conformitate de la producător.	Piese, consumabile p/u microscop PW-BK 2000 - Obiective Plan Achromat: 10x, 40x, 100x/1.25 p/u imersie. Certificat de Conformitate de la producător.	ISO,CE
52. Anaerobe	52. Anaerobe	GasPak EZ Standard Container 1 unit Ref.96720	Italia	LIOFILCHEM	52.1. Box - Jar 2,5l (p/u incubarea a 12 plăci) - Marcaj CE, Recipient ermetic de incubare de 2,5L	Box - Jar 2,5l (p/u incubarea a 12 plăci) - Marcaj CE, Recipient ermetic de incubare de 2,5L	ISO,CE
52. Anaerobe	52. Anaerobe	GasPak EZ Anaer.Contain.System Sachet 100+indic 100 units REF.96726	Italia	LIOFILCHEM	52.2. Generator de atmosferă p/u bacterii anaerobe - Marcaj CE, generatoare de atmosferă fără adăugare de apă sau de catalizator, p/u recipient de 2,5L	Generator de atmosferă p/u bacterii anaerobe - Marcaj CE, generatoare de atmosferă fără adăugare de apă sau de catalizator, p/u recipient de 2,5L - GasPak EZ Anaer.Contain.System Sachet include Indicator anaerobic - Marcaj CE, teste ce confirmă mediul anaerob creat în jar	ISO,CE
52. Anaerobe	52. Anaerobe		Italia	LIOFILCHEM	52.3. Indicator anaerobic - Marcaj CE, teste ce confirmă mediul anaerob creat în jar		

55. Sistem integral p/u levuri (candida)	55. Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilități	Integral System Yeasts Plus 20 tests	Italia	LIOFILCHEM	55. Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilității antifungice, Ambalaj a câte 20 teste	Sistem integral p/u levuri (candida) - Marcaj CE, Teste p/u identificarea levurilor și test determinare sensibilității antifungice, Ambalaj a câte 20 teste	ISO,CE
56. Ansă bacteriologică 10mkl, sterilă	56. Ansă bacteriologică 10mkl, sterilă - Marcaj CE	Ansa albastra 10 ul, 620605, Boen	CHINA	BOEN	56. Ansă bacteriologică 10mkl, sterilă - Marcaj CE	Ansă bacteriologică 10mkl, sterilă - Marcaj CE	ISO,CE
59. Saci p/u autoclavare	59. Saci p/u autoclavare - Tipul reagenților: dehidratant. Marcaj CE	Pachete (p-u deseuri biologice), 600x700x50 mk	MD	BELNIS	59. Saci p/u autoclavare - Tipul reagenților: dehidratant. Marcaj CE; 30L; pericol biologic	Sac (p-u deseuri biologice), 600x700x50 mk Tipul reagenților: dehidratant. Marcaj CE; 30L; pericol biologic	AVIZ SANITAR
61. Perii p/u flacoane	61. Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE	61. Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE	Rusia	MINIMED	61. Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE	.Perii p/u flacoane - vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. Marcaj CE	ISO
62. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120.0°	62. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aburi – 120.0°. Marcaj CE	Teste la sterilizare 120/45-2 intern 1000 teste	Rusia	VINAR	62. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aburi – 120.0°. Marcaj CE	Teste la sterilizare 120/45-2 intern 1000 teste	Certificat conformitate
63. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0°	63. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aer uscat – 180.0°. Marcaj CE	Teste la sterilizare 180/60-1 extern, 1000 teste	Rusia	VINAR	63. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0°. Marcaj CE	. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0°.	Certificat conformitate

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL_: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.