

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667394703294 / 21066605 din: 02.11.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: consumabile medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 REPETAT

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Balon pentru artere coronare	CE1510i CE1515i CE1520i CE1525i CE1530i CE2010i CE2015i CE2020i CE2025i CE2030i CE2210i CE2215i CE2220i CE2225i CE2230i CE2240i CE2510i CE2515i CE2520i CE2525i CE2530i CE2540i CE2710i CE2715i CE2720i CE2725i CE2730i CE2740i CE3010i CE3015i CE3020i CE3025i CE3030i CE3040i CE3510i CE3515i CE3520i CE3525i CE3530i CE3540i CE4010i CE4015i CE4020i CE4025i CE4030i CE4040i	Germania	ENDOCOR GmbH & Co. KG	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariana, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariana, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	CE / ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301