

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: **21015980 din 09 decembrie 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice - 2020**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	214	214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 365 zile	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Budurin Igor** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"GRAZY PRICE MEDICAL" SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7**

