

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1778155640600	Data: „28” mai 2026	Alternativ a nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea centralizată Reagenților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiari pentru anul 2026 Repetat II		Pagină: din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	87	Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv	Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv	2062	Spania	LABORATORIES CONDA S.A.	Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv Marcaj CE Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor gram-negative producatoare de BLSE, impreuna cu supliment selectiv	Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producatoare de BLSE,impreuna cu supliment selectiv Marcaj CE Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor gram-negative producatoare de BLSE, impreuna cu supliment selectiv	DM00023735 4
	89	Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment	Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA,impreuna cu supliment	1423	Spania	LABORATORIES CONDA S.A.	Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilinrezistent MRSA, impreuna cu supliment.MarcajCE.Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA, impreuna cu supliment	Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilinrezistent MRSA, impreuna cu supliment.MarcajCE.Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent MRSA, impreuna cu supliment	DM00023730 4
	119	Mediu de montare echivalent cu DPX (SEA-1300-00A)	DPX (SEA-1300-00A)	SEA-1300-00A	MB	CellPath	Soluție de colorate echivalent cu DPX (SEA-1300-00A). Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida, preparatele dupa acorerire sa ramina transparente.Vopseaua si balzamal sa fie compatibil conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsiPS ,2020.	DPX (SEA-1300-00A). Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida, preparatele dupa acorerire sa ramina transparente.Vopseaua si balzamal sa fie compatibil conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsiPS ,2020.	ISO, CE

3 3 1 0 0 0 0 - 1	138	Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA).	Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA).	RBA-4213-OOA	MB	CellPath	Soluție de colorate echivalent cu Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	ISO, CE
	139	Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA).	Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA).	RBA-4212-OOA	MB	CellPath	Soluție de colorate echivalent Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	ISO, CE
	140	Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA)	OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA)	RBA-4211-OO	MB	CellPath	Soluție de colorate echivalent OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	OrthoOG 6 (RBA-4211-OOA). Vopseaua sa fie conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS, 2020.	ISO, CE
	159	Mediu HiCrome ESBL Agar Base	Mediu HiCrome ESBL Agar Base	2062	Spania	Conda	Mediu HiCrome ESBL Agar Base Mediu cromogen pentru identificarea ESBL-productoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb	Mediu HiCrome ESBL Agar Base Mediu cromogen pentru identificarea ESBL-productoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb	DM00023735 4
	188	Tripton soya bulion	Tripton soya bulion	CM0129B	MB	OXOID LTD	Tripton soya bulion Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată Destinație: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăți: Pulbere pal –galbuc, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă.	Tripton soya bulion Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată Destinație: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăți: Pulbere pal –galbuc, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă.	DM00074846 1

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele; V. Buga În calitate de: Manager

Ofertantul: IM"Becor"SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5