

Specificații tehnice

Numărul licitației:21322358/ ocdb-b3wdp1-MD-1733907452382 din 16.12.2024

Denumirea licitației: Echipament medical

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standard e de referință
1	2		3	4	5	6		8
3310000 0-1	1	Aparat pentru reabilitarea pasiva a umarului	Fisiotek LT	Italia	Rimec	Aparat pentru reabilitarea pasiva a umarului prin miscari de ridicare si rotatie, cu pacientul in pozitie sezut si culcat. Destinatie: Restabilirea pasiva a articulatiilor atit in patologiiile chirurgicale cit si non- chirurgicale. Programarea intervalului de mișcare sa se efectueze electro-mecanic. Sa fie posibilă reglarea înălțimii unității, mișcarea poate fi supravegheată prin telecomandă. Mișcări posibile de efectuat: • ridicare in intervalul de Flexie : $0^{\circ} \div 180^{\circ}$ • ridicare în abducție: interval fiziologic complet • interval de rotație intern-extern Functii programabile: • Viteza: min. $2^{\circ}/\text{sec}$. – max. $4,5^{\circ}/\text{sec}$ • Intervalul de miscare Alimentare electrica: : 100 - 240 V AC – 50/ 60 Hz Accesorii incluse in integritate pentru buna functionare a utilajului.	Aparat pentru reabilitarea pasiva a umarului prin miscari de ridicare si rotatie, cu pacientul in pozitie sezut si culcat. Destinatie: Restabilirea pasiva a articulatiilor atit in patologiiile chirurgicale cit si non- chirurgicale. Programarea intervalului de mișcare sa se efectueze electro-mecanic. Este posibilă reglarea înălțimii unității, mișcarea poate fi supravegheată prin telecomandă. Mișcări posibile de efectuat: • ridicare in intervalul de Flexie : $0^{\circ} \div 180^{\circ}$ • ridicare în abducție: interval fiziologic complet • interval de rotație intern-extern Functii programabile: • Viteza: min. $2^{\circ}/\text{sec}$. – max. $4,5^{\circ}/\text{sec}$ • Intervalul de miscare Alimentare electrica: : 100 - 240 V AC – 50/ 60 Hz Accesorii incluse in integritate pentru buna functionare a utilajului.	ISO, CE
3310000 0-1	1	Aparat pentru reabilitarea pasiva a soldului si genunchiului	Fisiotek 3000 TS	Italia	Rimec	Aparat pentru reabilitarea pasiva a soldului si genunchiului urmare a bolilor chirurgicale terapeutice precum: repararea chirurgicală a mecanismului extensor al genunchiului, suturari meniscale, tratarea chirurgicala a fracturilor si pseudoartrozelor, osteotomia, endoprotezarea de sold si genunchi, artroscopia. Parametri tehnici: Mobilizarea soldului si al genunchiului-da Mobilizarea gleznei-da Controlul vitezei (flexiei si extensiei)-da Setarea timpului de lucru- da Cresterea automata a extensiei si a flexiei – da Pauze in timpul extensiei si a flexiei – da Interval de miscare a ghenunchiului: $0^{\circ}-105^{\circ} (\pm 5^{\circ})$; Interval de miscare a gleznei: $20^{\circ}-0^{\circ}-35^{\circ} (\pm 5^{\circ})$; Interval de miscare a soldului: $5^{\circ}-110^{\circ} (\pm 5^{\circ})$; Alimentare electrica: : 100 - 240 V AC – 50/ 60 Hz Accesorii incluse in integritate pentru buna functionare a utilajului	Aparat pentru reabilitarea pasiva a soldului si genunchiului urmare a bolilor chirurgicale terapeutice precum: repararea chirurgicală a mecanismului extensor al genunchiului, suturari meniscale, tratarea chirurgicala a fracturilor si pseudoartrozelor, osteotomia, endoprotezarea de sold si genunchi, artroscopia. Parametri tehnici: Mobilizarea soldului si al genunchiului-da Mobilizarea gleznei-da Controlul vitezei (flexiei si extensiei)-da Setarea timpului de lucru- da Cresterea automata a extensiei si a flexiei – da Pauze in timpul extensiei si a flexiei – da Interval de miscare a ghenunchiului: $0^{\circ}-110^{\circ}$; Interval de miscare a gleznei: $20^{\circ}-0^{\circ}-40^{\circ}$; Interval de miscare a soldului: $5^{\circ}-115^{\circ}$; Alimentare electrica:100 - 240 V AC – 50/ 60 Hz Accesorii incluse in integritate pentru buna functionare a utilajului	ISO, CE

3310000 0-1	1	Masa electrica bobath	BOBATH 2	Italia	Fisiotech	Masa electrica bobath cu 2 sectii SPECIFICAȚII TEHNICE Secțiuni: 2 Decalaj lateral 32 cm Latime: 120 cm(±5 cm) Lungime: 200 cm (±5 cm) Sarcina maximă de lucru: 200 kg Înălțime reglabila de la pedala: 52 - 80 cm Alimentare 230 V 50/60 Hz tetieră reglabila unghi: +60° 0° Accesorii: Pedala	Masa electrica bobath cu 2 sectii SPECIFICAȚII TEHNICE Secțiuni: 2 Decalaj lateral 32 cm Latime: 120 cm Lungime: 200 cm Sarcina maximă de lucru: 200 kg Înălțime reglabila de la pedala: 52 - 80 cm Alimentare 230 V 50/60 Hz tetieră reglabila unghi: +60° 0° Accesorii: Pedala	ISO, CE
3310000 0-1	1	Scari pentru reabilitare duble	DOUBLE FLIGHT REHABILITATION STAIRS	Italia	Fisiotech	Structură din oțel acoperit cu pulbere, iar partile glisante din zinc-cromat. Balustradele anatomice metalice telescopice, reglabile pe înălțime, vopsite cu pulbere. Butoanele sa împiedice slăbirea și mișcarea balustradei atunci când sunt utilizate de către pacienți. Treptele sa fie închise si acoperite cu PVC antiderapant, în două înălțimi diferite. Scările sa fie poziționate in colț. Specificatii tehnice: Reglarea balustradelor: 65 -100 cm ± 5cm Lățimea treptei : 55 cm ± 2cm Adincimea treptei : 30 cm ± 2cm Înălțimea treptelor : 12 cm si 15 cm ± 2cm Sarcina maximă pe o singură balustrade -132 kg	Structură din oțel acoperit cu pulbere, iar partile glisante din zinc-cromat. Balustradele anatomice metalice telescopice, reglabile pe înălțime, vopsite cu pulbere. Butoanele împiedica slăbirea și mișcarea balustradei atunci când sunt utilizate de către pacienți. Treptele sunt închise si acoperite cu PVC antiderapant, în două înălțimi diferite. Scările sunt poziționate in colț. Specificatii tehnice: Reglarea balustradelor: 60 -100 cm Lățimea treptei : 56 cm Adincimea treptei : 30 cm Înălțimea treptelor : 13 cm si 16 cm Sarcina maximă pe o singură balustrade -135 kg	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2