

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1666010018863 din 31 oct 2022, 11:30 - 17 nov 2022, 8:00

**Obiectul achiziției:** necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 etapa II

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
33 10 00 00- 1	2	<b>Lot 2:</b> Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90)	(MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90)	SUA	Festo	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	3	<b>Lot 3:</b> Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47)	(MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47)	SUA	Festo	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	68	<b>Lot 68:</b> Camera umidificatorului MR 340 (N/P) (ref: 8411047)	MR340	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Compatibil cu umedificatoarele tip Fisher & Paykel. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	<b>Conform broșurii anexate</b> Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	<b>CE/ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**