

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21482218 din 30 septembrie 2025	Data: „13” noiembrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea Reagenți pentru PCR și Controalele Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026		Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33696500-0	9	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HBV cantitativ	kit	1	14 185,00	15 319,80	14 185,00	15 319,80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	11 000,00
33696500-0	10	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HCV cantitativ	kit	1	14 185,00	15 319,80	14 185,00	15 319,80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	11 000,00
33696500-0	11	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HDV cantitativ	kit	1	14 185,00	15 319,80	14 185,00	15 319,80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	11 000,00
SUMA TOTALĂ								42 555,00	45 959,40		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bădăni, 25 of. 33**

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele						
Numărul licitației:			LP nr. 21482218 din 30 septembrie 2025					Data: „13” noiembrie 2025	
Denumirea licitației:			Achiziționarea Reagenți pentru PCR și Controalelor Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026					Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință/ Număr de înregistrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33696500-0	9	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculara ADN HBV cantitativ	QAV994110_1	Irlanda	Radox	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se încadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800)	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. - Da 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se încadreze in perioada testarilor - Da 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. - Da 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice.- Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043
33696500-0	10	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculara ADN HCV cantitativ	QAV994112_1	Irlanda	Radox	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se încadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HCV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800)	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. - Da 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se încadreze in perioada testarilor - Da 5.Analiti testati: - ARN HCV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. - Da 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice.- Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043

33696500-0	11	Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HDV cantitativ	QAV144170_1	Irlanda	Radox	1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HDV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5)	1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. - Da 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor - Da 5.Analiti testati: - ARN HDV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. - Da 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice.- Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043
------------	----	--	---	-------------	---------	-------	--	--	-----------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**