

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21265766 din 13.09.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 559						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (1557)	43.004.57.140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR/4,6mm, cu valvă de protecție și control	Sistemul de aspirație endotraheală închisă permite aspirarea igienă și sigură atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Tehnologia noastră permite aspirarea fără întreruperea ventilației, ceea ce reduce pierderea presiunii pozitive de final de expirare (PEEP) din cauza deconectării inutile. OptiFlo se distinge prin următoarele caracteristici: - Port de irigare integrat cu cameră de irigare blocabilă pentru curățarea fiabilă a cateterului - Adaptorul pentru inhalator cu doză măsurată simplifică aplicarea aerosolilor cu doză măsurată - Fereastra de secreție, pentru monitorizarea vizuala a secretelor - Capac super moale, manevrare mai bună a cateterului de aspirație - Varful cateterului atraumatic, reduce leziunile mucoasei - Supapă de control al aspirației cu opțiune de închidere, siguranță îmbunătățită a pacientului Diametru exterior 14 Ch Durată: 72 h Domeniu de aplicare: Adult Lungime totală: 56 cm Steril: Da	CE, DM000662613
Total lot 559						
Lotul 561						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR/4, 6mm (1559)	43.004.57.160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16FR/5,3mm, cu valvă de protecție și control	Sistemul de aspirație endotraheală închisă permite aspirarea igienă și sigură atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Tehnologia noastră permite aspirarea fără întreruperea ventilației, ceea ce reduce pierderea presiunii pozitive de final de expirare (PEEP) din cauza deconectării inutile. OptiFlo se distinge prin următoarele caracteristici: - Port de irigare integrat cu cameră de irigare blocabilă pentru curățarea fiabilă a cateterului - Adaptorul pentru inhalator cu doză măsurată simplifică aplicarea aerosolilor cu doză măsurată - Fereastra de secreție, pentru monitorizarea vizuala a secretelor - Capac super moale, manevrare mai bună a cateterului de aspirație - Varful cateterului atraumatic, reduce leziunile mucoasei - Supapă de control al aspirației cu opțiune de închidere, siguranță îmbunătățită a pacientului Diametru exterior 16 Ch Durată: 72 h Domeniu de aplicare: Adult Lungime totală: 56 cm Steril: Da	CE, DM000662614
Total lot 561						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23