

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770995917569 din 26.02.2026						
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Hotă cu flux laminar	BSC-700IIA2-Z	China	Biobase	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. - DA Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 - DA PAG. 17 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Control controlat de microprocesor - DA PAG. 23, 35 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual	CE, ISO DM00041 5300

				Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarmer: Acustică, Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre, Lampă de luminare, Lampă UV, Suport pentru amplasarea hotei, robinet pentru vacuum, robinet pentru gaze.	Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat - (monitorizare prin senzori + afișare parametri pe display), pag. 23; alarmare/monitorizare filtre pag. 16/23. Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Control automat al volumului de flux prezentat - DA PAG. 16 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic - DA PAG. 22 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Filtre HEPA sau ULPA, Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 DA, ULPA filter 99.9995% (0.12 μm) DA PAG. 18 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux - Average illumination $\geq 650\text{ lux}$; max $\geq 1000\text{ lux}$ DA PAG. 18 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală DA PAG. 18-19 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual	
--	--	--	--	---	---	--

					Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ - DA PAG. 18 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Afișaj digital- DA PAG. 21-22 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz - DA PAG. 18 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Alarmer: Acustică, Vizuală - DA PAG. 27-28 Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Set de livrare: Hota cu filtre, Lampă de luminare, Lampă UV, Suport pentru amplasarea hotei, robinet pentru vacuum, robinet pentru gaze. - Set de livrare: include hota + filtre + lampă iluminare + lampă UV + suport + robinet vacuum + robinet gaz, conform cerinței beneficiarului. Toate accesoriile vor fi incluse în prețul ofertei și livrate împreună cu echipamentul. Modelul propus este utilizat în instituții medicale similare și corespunde necesității funcționale pentru laborator clinic	
TOTAL GENERAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Rudoi În calitate de: Administrator

Ofertantul: Homy Decor SRL Adresa: or. Ialoveni str.Braila 41

Anexa nr.23 la Documentația standard
nr. ____ din “26” 02. 2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770995917569 din 26.02.2026									
	Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice									

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discont %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul 2										
33100000-1	Hotă cu flux laminar	Buc	5	59 000	70 800	295 000.00	354 000.00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
TOTAL GENERAL						295 000,00 Lei	354 000,00 Lei			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Rudoï În calitate de: Administrator

Ofertantul: Homy Decor SRL Adresa: or. Ialoveni str.Braila 41
