

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1715937008261 din 23 mai 2024, 9:00 - 30 mai 2024, 9:00

**Obiectul achiziției:** Reparația dispozitivelor medicale - 2024 REPETAT

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
1	50420000-5	1.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin ajustarea angulațiilor	-	-	-	1.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin ajustarea angulațiilor	1.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin ajustarea angulațiilor	-
1	50420000-5	1.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	1.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea canalului instrumentar	1.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea canalului instrumentar	-
1	50420000-5	1.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea cauciucului capului distal A	-	-	-	1.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea cauciucului capului distal A	1.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185" prin schimbarea cauciucului capului distal A	-
		<b>2. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-2TH180, Olympus</b>						
2	50420000-5	2.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin ajustarea angulațiilor	-	-	-	2.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin ajustarea angulațiilor	2.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin ajustarea angulațiilor	-
2	50420000-5	2.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea canalului instrumentar	-	-	-	2.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea canalului instrumentar	2.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea canalului instrumentar	-
2	50420000-5	2.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-	-	-	2.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea cauciucului capului distal A.	2.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video gastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180" prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-
		<b>3. Lucrări de reparație și ajustare a duodenoscopului "TJF-Q180V, Olympus"</b>						
3	50420000-5	3.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video duodenoscop	-	-	-	3.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video duodenoscop "Olimpus TJF-Q180V" prin ajustarea angulațiilor	3.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video duodenoscop "Olimpus TJF-Q180V" prin ajustarea angulațiilor	-

		“Olimpus TJF-Q180V” prin ajustarea angulațiilor						
3	50420000-5	3.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea canalului instrumentar.	-	-	-	3.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea canalului instrumentar.	3.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea canalului instrumentar.	-
3	50420000-5	3.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-	-	-	3.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	3.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video duodenoscop “Olimpus TJF-Q180V” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-
		<b>4. Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-H185L, Olympus</b>						
4	50420000-5	4.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin ajustarea angulațiilor.	-	-	-	4.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin ajustarea angulațiilor.	4.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin ajustarea angulațiilor.	-
4	50420000-5	4.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea canalului instrumentar.	-	-	-	4.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea canalului instrumentar.	4.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea canalului instrumentar.	-
4	50420000-5	4.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-	-	-	4.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	4.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “Olimpus CF-H185L” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-
		<b>5. Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-Q165L, Olympus</b>						
5	50420000-5	5.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin ajustarea angulațiilor.	-	-	-	5.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin ajustarea angulațiilor.	5.1. Ajustarea angulațiilor. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin ajustarea angulațiilor.	-
5	50420000-5	5.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea canalului instrumentar.	-	-	-	5.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea canalului instrumentar.	5.2. Schimbarea canalului instrumentar. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea canalului instrumentar.	-
5	50420000-5	5.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-	-	-	5.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	5.3. Schimbarea cauciucului capului distal A. Reparație Video colonoscop “CF-Q165L, Olympus” prin schimbarea cauciucului capului distal A.	-
		<b>6. Mașină de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus"</b>						
6	50420000-5	6.1. Schimbare lampă UV. Schimbare Lampa UV compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus"	-	-	-	6.1. Schimbare lampă UV. Schimbare Lampa UV compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus"	6.1. Schimbare lampă UV. Schimbare Lampa UV compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus"	-

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**