

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1715948167447
Obiectul achiziției:	Detector de obținere instantanee a imaginii pentru aparatul radiologic (Repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Detector de obținere instantanee a imaginii pentru aparatul radiologic (Inclusiv instalarea și configurarea echipamentului) Lot 1	RAPIXX 4343M1	Germ ania	PROTEC GmbH & Co. KG	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei nr 1 atasate mai jos	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

Anexa nr 1

Specificatie tehnica pentru upgradarea echipamentului de radiografie

Nr. LOT	Denumirea	Parametru	Descriere	Specificatia tehnica oferita de Medexcom TEH SRL
DETECTOR DE OBTINERE INSTANTANEE A IMAGINII PENTRU APARATUL RADIOLOGIC				Model: RAPIXX 4343M1
1.1	Detector digital 43x35cm (interfața de conectare – prin cablu)	Compatibilitate cu utilajul "CLASCAN 800" Carestream Health, inc	da	Da, compatibil cu sistemul «Clascan 800»
		Garanție	Minim 2 ani	Da, 2 ani
		Material	CsI Celsiu/iodid	Da, CSI
		Dimensiune pixel	max 150 μm	139 μm
		Rezolutie	Min 3,0 lp/mm	3,4 lp/mm
		Arie activă	2300x2800 pixel	3072x3072 pixel
		Interfața	fir	fir
		Cuanificare	16 bit	16 bit
		Afișare imagine	Max 4 sec	4 sec
		AED (Detectare automată a expunerii)	da	Da, AED inclus
		Greutate	Max 3,5 kg	Da, 3,5 kg
		Alimentare electrică	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
		Greutate maximă admisibilă pe detector	Min 150 kg	da
		Margini metalice	da	da
		Sincronizare cu programul instalat pe statia de lucru a echipamentului radiologic	da	da
		Calibrarea detectorului la instalare	da	da
		Instruirea personalului medical	da	da
Baterii	Min 2 buc	Da, 2 buc		
Incarcator baterii	Min 1 buc	Da, 1 buc		
1.2	Unitate de lucru	RAM	Min 8 gb	8 GB
		HDD	2TB	2TB
		CPU	Min 6 nuclee	6 nuclee
		video cartelă	Min 1Gb	1 gb
1.3	Monitor	Dimensiune	Min 21 inch	21 inch
		Rezolutie	1280x1080	1280x1080
		Luminozitate	Min 250 CD/m ²	250 CD/m ²
1.4	Software (Compatibil cu	Bază de date pacienți	da	da

utilajul "CLASCAN 800" Carestream Health, inc)	Măsurări: Distanță, Raport, Zonă de interes. Adnotări	da	da
	Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente	da	da
	Sa fie cu licența nelimitată în timp	da	da
	Import - CD/USB/DVD; Printare DICOM;	da	da
	Transferul datelor către sistemul PACS	da	da
	Afișare multiplă a imaginilor pe ecran;	da	da
	Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat	da	da

Termen de livrare/instalare/configurare: În decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie