

Diatermie cu microunde Cod 400100	FISIOWAVE, Fisioline SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere terapia cu microunde este indicata in cazul contractiilor musculare, osteoartrita, durere posttraumatica, tendinita Parametru Specificație Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de lucru ≥ 2400 MHz Ecran dimensiune ≥ 7 inch color, touchscreen Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W "CONTROL AUTOMAT TEMPERATURĂ magnetron cu emisie oprită la supraîncălzire" obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Calculul energiei conform parametrilor prestabiliți obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Port USB Brat articulat obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Antena radianta circulara diam min 15 cm, min 1 buc. Lampa de test, min. 1 buc	Da, Descriere terapia cu microunde este indicata in cazul contractiilor musculare, osteoartrita, durere posttraumatica, tendinita Parametru Specificație Da, Moduri de operare continuu si pulsatile/ Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ CONTINUOUS AND PULSED EMISSION: from 10 to 90% Da, Frecventa de lucru 2450 MHz Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY Da, Ecran dimensiune 7 inch/ color, touchscreen Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ 7" TFT COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY Da, Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W/ Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LINEAR ADJUSTABLE POWER Da, "CONTROL AUTOMAT TEMPERATURĂ magnetron cu emisie oprită la supraîncălzire" obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL magnetron with stop emission Da, Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LARGE DATABASE OF PRESET PROTOCOLS for the main pathologies Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ USER PROTOCOLS Da, Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ TIMER Da, Calculul energiei conform parametrilor prestabiliți obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ ENERGY CALCULATION according to the preset parameters Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ ACOUSTIC AND VISUAL SIGNAL at the end of treatment Da, Port USB Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ UPGRADABLE VIA USB PORT Da, Brat articulat obligatoriu Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES Da, Tensiune 220V, 50 HZ/ Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE Accesorii Da, Antena radianta circulara diam 17 cm, 1 buc. Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES Da, Lampa de test, 1 buc/ Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES