

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
87	Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare	onarea tehnicii de intubație pentru a asigura și maximiza siguranța pacientului • Să reprezinte un sistem unic la nivel mondial care să ofere feedback-uri obiective asupra abilităților de efectuare a intubației • Să permită vizualizarea în timp real a performanțelor pentru evaluarea, aprecierea și identificarea aspectelor care necesita îmbunătățire • Să fie capabil să ofere feedback în două moduri: - Rezultatul intubației: să evalueze tehnica de salvare a vieții - Evaluarea abilităților: să evalueze experiența pacientului • Feedback-ul criteriilor de evaluare să fie monitorizat cantitativ și să afișeze cel puțin următorii parametri: poziția „adulmecare”, forța aplicata pe incisivi, poziția lamei, forța aplicata pe limba, ridicarea epiglotei, poziționarea tubului, cantitatea de aer introdusa • Să fie capabil să salveze și să stocheze fiecare sesiune de simulare pentru revizuire și debriefing	Model Propus: Kyoto Kagaku Co., Ltd., MW11, Japonia onarea tehnicii de intubație pentru a asigura și maximiza siguranța pacientului • Să reprezinte un sistem unic la nivel mondial care să ofere feedback-uri obiective asupra abilităților de efectuare a intubației – Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR pag 1) • Să permită vizualizarea în timp real a performanțelor pentru evaluarea, aprecierea și identificarea aspectelor care necesita îmbunătățire- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să fie capabil să ofere feedback în două moduri: - Rezultatul intubației: să evalueze tehnica de salvare a vieții- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) - Evaluarea abilităților: să evalueze experiența pacientului- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Feedback-ul criteriilor de evaluare să fie monitorizat cantitativ și să afișeze cel puțin următorii parametri: poziția „adulmecare”, forța aplicata pe incisivi, poziția lamei, forța aplicata pe limba, ridicarea epiglotei, poziționarea tubului, cantitatea de aer introdusa- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să fie capabil să salveze și să stocheze fiecare sesiune de simulare pentru revizuire și debriefing- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1)

	• Să conțină o varietate de condiții dificile ale căilor respiratorii ce pot fi setate prin intermediul monitorului de control cu ecran tactil • Să fie o unitate practică de tip all-in-one • Să permită crearea de conturi de utilizatori • Să permită intubație traheală • Să permită intubația și ventilația căilor aeriene dificile • Să ofere feedback vizual al obiectivelor evaluate • Să afișeze rezultatul intubației - intubația reușită să fie definită de ventilația celor doi plămâni în termenul limită • Să permită evaluarea multiplelor abilități • Să ofere evaluare obiectivă bazată pe datele obținute de profesioniști • Să permită simularea căilor aeriene normale și a cel puțin 3 niveluri de dificultate pentru căi aeriene dificile	• Să conțină o varietate de condiții dificile ale căilor respiratorii ce pot fi setate prin intermediul monitorului de control cu ecran tactil - Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să fie o unitate practică de tip all-in-one- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să permită crearea de conturi de utilizatori-Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 7) • Să permită intubație traheală- Da, corespunde(mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să permită intubația și ventilația căilor aeriene dificile-Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag1) • Să ofere feedback vizual al obiectivelor evaluate-Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag1) • Să afișeze rezultatul intubației - intubația reușită să fie definită de ventilația celor doi plămâni în termenul limită- Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 6) • Să permită evaluarea multiplelor abilități – Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 15) • Să ofere evaluare obiectivă bazată pe datele obținute de profesioniști-Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 15) • Să permită simularea căilor aeriene normale și a cel puțin 3 niveluri de dificultate pentru căi aeriene dificile -Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 17)
--	--	--

	• Să permită salvarea evaluării performanțelor, astfel încât utilizatorii să își poată revizui abilitățile și să își poată verifica progresul. • Să ofere o clasificare a sesiunilor în funcție de nivelul de dificultate și să calculeze și afișeze rata de reușită a celor mai recente 5 sesiuni • Să permită înregistrarea istoricului de învățare – să poată înregistra o listă cu datele fiecărui utilizator • Să permită înregistrare video • Să permită monitorizarea video a acțiunilor si a camerei laringoscopului și să permită afișarea și înregistrarea împreună cu datele de evaluare. Termen de garanție mnin 12 luni	• Să permită salvarea evaluării performanțelor, astfel încât utilizatorii să își poată revizui abilitățile și să își poată verifica progresul.-Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag 1) • Să ofere o clasificare a sesiunilor în funcție de nivelul de dificultate și să calculeze și afișeze rata de reușită a celor mai recente 5 sesiuni – Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag. 6) • Să permită înregistrarea istoricului de învățare – să poată înregistra o listă cu datele fiecărui utilizator – Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag. 8) • Să permită înregistrare video– Da, corespunde (mw11_manual_eg_01+QR, pag. 17) • Să permită monitorizarea video a acțiunilor si a camerei laringoscopului și să permită afișarea și înregistrarea împreună cu datele de evaluare. – Da, corespunde Termen de garanție mnin 12 luni– Da, corespunde
--	---	---