

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758615432962 din 23.09.2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului medical (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 8. Termometru digital tip 568 Nr.001, Fluke (Sect. Deservire)	Servicii de diagnosticare /testare termometru digital tip 568 Nr.001, Fluke	Mexic	Fluke	Diagnostică și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Se solicită schimbul senzorului de temperatura de tip Sonda de temperature 80pk -25.	Diagnostică și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Se oferă schimbul senzorului de temperatura de tip Sonda de temperature 80pk -25.	
Lot 12. Generator de hidrogen QL-300B, nr. 12110413 (CSP Cahul)	Servicii de reparație generator de hidrogen QL-300B	China	QL-SPE	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau	

				defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni . Se solicită întocmirea unui act de predare - primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.. Înlocuirea filtrelor silica gel și sita moleculara, cu numerele P39 și P40, împreună cu garniturile acestora	defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se acordă garanție de 12 luni doar pentru lucrările executate. Garanția pentru piesele înlocuite se oferă, după caz, conform condițiilor stabilite de producător. Va fi întocmit un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Înlocuirea filtrelor silica gel și sita moleculara, cu numerele P39 și P40, împreună cu garniturile acestora.	
Lot 13. Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID, nr. US 13453036 (CSP Cahul)	Servicii de reparație GC Agilent 7890B	SUA	Agilent	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni . Se solicită întocmirea unui act de predare - primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890: Componenta Blos bead pentru detectorul NPD; Setul de mentenanță a	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se acordă garanție de 12 luni doar pentru lucrările executate. Garanția pentru piesele înlocuite se oferă, după caz, conform condițiilor stabilite de producător. Va fi întocmit un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890: Componenta	

				detectorului NPD; Filtru oxigen/umeditate - 1un; Filtru hidrocarburi/umeditate - 2un. Piese vor fi prezentate de furnizor în cutie originală de la producătorul echipamentului. După înlocuire va fi testată funcționalitatea sistemului.	Blos bead pentru detectorul NPD; Setul de mentenanță a detectorului NPD; Filtru oxigen/umeditate - 1un; Filtru hidrocarburi/umeditate - 2un. Piese vor fi prezentate de furnizor în cutie originală de la producătorul echipamentului. După înlocuire va fi testată funcționalitatea sistemului.	
Lot 14. Cromatograf cu gaz Agilent 7890B Numărul de uzină: CN13443013 SUA; (CSP Comrat)	Servicii de reparație GC Agilent 7890B	SUA	Agilent	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni . Se solicită întocmirea unui act de predare - primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890: Componenta Blos bead pentru detectorul NPD; Filtru umeditate - 1un; Filtru oxigen - 1 un; Filtru hidrocarburi - 2 un. Piese vor fi prezentate de furnizor în cutie originală de la producătorul echipamentului. După înlocuire va fi testată funcționalitatea sistemului.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se acordă garanție de 12 luni doar pentru lucrările executate. Garanția pentru piesele înlocuite se oferă, după caz, conform condițiilor stabilite de producător. Va fi întocmit un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890: Componenta Blos bead pentru detectorul NPD; Filtru umeditate - 1un; Filtru oxigen - 1 un; Filtru hidrocarburi - 2 un. Piese vor fi prezentate de furnizor în cutie originală de la producătorul echipamentului. După înlocuire va fi testată funcționalitatea sistemului.	

Lot 17. Cromatograf cu termodisorber AGILLENT, nr. CN13433049 (CSP Chișinău)	Servicii de reparație GC Agilent 7890B	SUA	Agilent	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890 cu termodesorber: Tuburi TEXAN - 2 seturi a câte 10 tuburi. Piese în cutie originală de la producătorul echipamentului. După efectuarea lucrărilor va fi testată funcționalitatea sistemului.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se acordă garanție de 12 luni doar pentru lucrările executate. Garanția pentru piesele înlocuite se oferă, după caz, conform condițiilor stabilite de producător. Va fi întocmit un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Vor fi înlocuite următoarele piese pentru gaz cromatograf Agilent 7890 cu termodesorber: Tuburi TEXAN - 2 seturi a câte 10 tuburi. Piese în cutie originală de la producătorul echipamentului. După efectuarea lucrărilor va fi testată funcționalitatea sistemului.	
Lot 18. Gaz Cromatograf , FID/MS/MS 7000 GC-MS/MS Triple Quad (LICH)	Servicii de diagnosticare /testare GC-MS/MS Triple Quad Agilent 7000	SUA	Agilent	Diagnosticarea, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. Piese de schimb necesare pentru reparație au fost procurate de ANSP. Garanția lucrărilor executate 1 an.	Diagnosticarea, testarea conform documentației tehnice a aparatului. Vor fi înlocuite piesele de schimb Quad Driver Rear, cod G7000-69015 și Quad Driver Front, cod G7000-69015. Piese de schimb necesare pentru reparație au fost procurate de ANSP și se află la sediul LICH al ANSP. După efectuarea lucrărilor va fi testată funcționalitatea	

					sistemului. Se acordă garanție de 12 luni doar pentru lucrările executate.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Lokmera S.R.L.** Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu 9