

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21060804/ [ocds-b3wdp1-MD-1659013693951](#) din 14.09.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSF, pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						CE/ISO
<b>Lotul 10</b> Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	OE08400P-E	Polonia	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.	1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac - min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: <b>4 m</b> (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac - min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%.	CE/ISO
<b>Lotul 11</b> Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	OE10400P-E	Polonia	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.	1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în	1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: <b>4 m</b> (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură:bumbac-min 60%, poliamidă și/sau	CE/ISO

				Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	elastan. 7. elasticitate: $\geq 100\%$	
<b>Lotul 12</b> Bandaj elastic-5-6 m x 12 cm	OE12500P-E	Polonia	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.	1.Nesteril 2.lățime:12 cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-6 m(stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură:bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq 100\%$ *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	1.Nesteril 2.lățime:12 cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: <b>5m</b> (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură:bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq 100\%$	CE/ISO
<b>Lotul 13</b> Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	OE12500P-E	Polonia	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.	1.Nesteril 2.lățime:12 cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: 7 m (stareliberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq 100\%$ *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.Nesteril 2.lățime:12 cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: <b>5 m</b> (stareliberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq 100\%$	CE/ISO
<b>Lotul 14</b> Bonete medicale bufante	Bonete medicale bufante	Republica Moldova	Manarski Trading SRL	1. de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat:cîte 50- 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5.Circumferința la extindere min 60 cm. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1. de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat:cîte 50- 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5.Circumferința la extindere min 60 cm.	Aviz sanitar
<b>Lotul 44</b> Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	SD-04209-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm	CE/ISO
<b>Lotul 45</b> Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	SD-04209-03	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil	1.material: nețesut, SMS, 29 -35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm*Vor fi contractate doar dispozitivele	1.material: nețesut, SMS, 29 -35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm	CE/ISO

			San.Ve Tic. A.Ş.	medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .		
<b>Lotul 50</b> Halat chirurgical steril L	SG-01201-03	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 51</b> Halat chirurgical steril M	SG-01201-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 52</b> Halat chirurgical steril ranforsat L	SG-01202-03	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril	CE/ISO

				9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	
<b>Lotul 53</b> Halat chirurgical steril ranforsat M	SG-01202-02	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 54</b> Halat chirurgical steril ranforsat S	SG-01202-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 55</b> Halat chirurgical steril ranforsat XL	SG-01202-04	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic.	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la	CE/ISO

			A.Ş.	testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice,tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice,tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul corespunde standarului EN 13795 sau echivalentul.	
<b>Lotul 56</b> Halat chirurgical steril ranforsat XXL	SG-01202-05	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 stratURI SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice,tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 stratURI SMS rezistent la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice,tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul corespunde standarului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 57</b> Halat chirurgical steril S	SG-01201-01	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 stratURI SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 stratURI SMS rezistent la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul corespunde standarului EN 13795 sau	CE/ISO

				Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	echivalentul.	
<b>Lotul 58</b> Halat chirurgical steril XL	SG-01201-04	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 59</b> Halat chirurgical steril XXL	SG-01201-05	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea:XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta- extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea:XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistent la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
<b>Lotul 60</b> Halate de unica folosinta cu legaturi	NP-02102-01/ NP-02102-02/ NP-02102-03/ NP-02102-04/ NP-02102-05/ NP-02102-06	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p.Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm),L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele,fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL,	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p.Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm),L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele,fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi	CE/ISO

				<p>XXXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).  *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationala)  *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL).</p>	
<p><b>Lotul 78</b> Saci deseuri (galbene) 50 l</p>	<p>MGF</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Pacoplast Service SRL</p>	<p>1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiuni minim 600x700 mm (±10mm ) 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferitate</p>	<p>1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiuni minim 600x700 mm (±10mm ) 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferitate</p>	<p>Aviz sanitar</p>
<p><b>Lotul 82</b> Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril</p>	<p>SP-03007-89</p>	<p>Turcia</p>	<p>BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.</p>	<p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc  Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc  Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc  Camp in formă de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc  • Zona de incizie10x110 cm (+/-5 cm);  • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt;5cm;  • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de</p>	<p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc  Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc  Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc  Camp in formă de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc  • Zona de incizie10x110 cm (+/-5 cm);  • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt;5cm;  • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie;</p>	<p>CE/ISO</p>

				<p>H20/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixatoare pentru tuburi – 4 buc. din SMS;</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide &gt; 50 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Camp parte laterala. 95*105 cm ( +/- 10 cm) - 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt;5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) – 1 buc</p> <p>*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	<p>rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixatoare pentru tuburi – 4 buc. din SMS;</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide &gt; 50 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Camp parte laterala. 95*105 cm ( +/- 10 cm) - 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt;5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) – 1 buc</p> <p>*Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	
<p><b>Lotul 83</b> Set chirurgical standard steril</p>	SP-03007-43	Turcia	<p>BAYTEKS Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.</p>	<p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc</p> <p>Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc</p> <p>Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc</p> <p>Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5 cm;</li> </ul>	<p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc</p> <p>Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc</p> <p>Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc</p> <p>Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5</li> </ul>	CE/ISO



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide &gt; 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</li> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc  *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale  Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	<p>cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide &gt; 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc</li> <li>• Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de &gt; 5 cm;</li> <li>• Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2</li> <li>• Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2</li> </ul> <p>Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc  *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale  Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	
<b>Lotul 84</b> Set de nastere steril	SP-03007-34	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	I. 1. cearşaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II.1.şervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerşaf	I. 1. cearşaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II.1.şervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerşaf	CE/ISO

				<p>2.material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rulu de vată 2. 2 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	<p>2.material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rulu de vată 2. 2 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	
<p><b>Lotul 87</b> Set pentru cezariana</p>	SP-03007-21	Turcia	<p>BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.</p>	<p>I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3.mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime:40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	<p>I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3.mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime:40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .</p>	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Site: [www.medglobalfarm.com](http://www.medglobalfarm.com)