

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 16: Ferestrau chirurgical mic, oscilant electric Fereastră chirurgical mic, oscilant electric Descriere Fereastră chirurgical mic, oscilant electric folosit în intervenții de amputații de membre, osteotomii de mărime mică. Parametru Specificație Material Inox, rezistent la sterilizare chimică și sterilizare (135°C) Timp funcționare, min ≥15 Viteza de oscilație 0-20000 oscilații / minut Putere, W ≥100 Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheie Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Greutate, gr ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C Viteza de rotație, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism Ușor demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz Accesorii: Lămi pentru fereastră, (lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablul de alimentare Pentru priza de tip Schuko	MODEL PROPUȘ: WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD, MODEL: Medical Electric Lithium Battery Operated Brushless Micro Oscillating Saw - RJ-PS (ES-2011) + Accesorii/Optiuni conform caietului de sarcini, China Fereastră chirurgical mic, oscilant electric <i>Descriere</i> Fereastră chirurgical mic, oscilant electric folosit în intervenții de amputații de membre, osteotomii de mărime mică. <i>Parametru / Specificație</i> Material Inox, rezistent la sterilizare chimică și sterilizare (135°C) - Corespunde Timp funcționare, min ≥15 - Corespunde Viteza de oscilație 0-18000 oscilații / minut Putere, W ≥100 - Corespunde Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheie - Corespunde Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 25°C Greutate, gr ≤950 - Corespunde Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C - Corespunde Viteza de rotație, r.p.m ≥ 900 - Corespunde Zgomot (db) ≤75 - Corespunde <i>Mecanism</i> Ușor demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat - Corespunde Mecanism de blocare da - Corespunde Carcasă sterilizabilă da - Corespunde Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile - Corespunde cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. - Corespunde Indicator stare baterie da - Corespunde Stație încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz - Corespunde Accesorii: - Toate sint incluse

da, min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc. Altele: Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da	Lămi pentru fereastră, (lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko da, min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc. Altele: - Corespunde Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da
---	--