

PEGASO DIGITAL SCALE



Anodized aluminium telescopic height rod cm-inches with measurement range 75-210 cm and graduation of 0.5 cm



Switchable kg/lb.

• 27288 PEGASO DIGITAL SCALE with height meter (75x210 cm)

Professional and reliable digital scale with integrated height rod. Easy to use, each function has an on-screen display to track activities in real time. High contrast backlit LCD display with 20 mm figures for increased readability. Exact and reliable results thanks to tare and fixed weight functions. Auto-off function to avoid energy waste. Can be operated by mains or batteries.

• 27281 POWER SUPPLIER - spare

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity:	200 kg
Sensitivity:	100 g
Dimensions:	535x275x1,060 mm
Platform:	372x275 mm
Weight:	15 kg
Power supply:	110-240 V - 50/60 Hz
Battery accumulator:	6V 5AH
Recharging time:	4-5 hours
Operating time when fully charged:	36 hours

27288

ASTRA SCALE



Reading on both sides of measuring rod 75 to 200 cm



• 27310 ASTRA SCALE - 200 kg mechanical with height meter (75-200 cm)

Sturdy and reliable beam scale to warrant exact and precise measurements. Made in steel and varnished in high resistance white shellac. Robust lever system. Provided with wheels for easy mobility. User manual in GB, ES, FR, IT, DE, GR, PT, Arabic.

27310

Platform with anti-skid cover
Wheels for easy mobility

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity:	200 kg
Sensitivity:	100 g
Weight:	17 kg
Dimensions:	275x1,485x530 mm
Platform:	375x275 mm

DIGITAL CHAIR SCALE

SOEHNLE
PROFESSIONAL

27273



• 27273 CHAIR SCALE SOEHNLE 7802

Fully electronic scale: no wear and tear parts, no maintenance. Easy to read display with 20 mm high figures. Zero setting, taring and hold functions. Tilttable arms for easy access of bed-ridden and frail patients. Powered by either mains or rechargeable batteries. Cable for recharging batteries included. Manual in: DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, TR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Capacity:	200 kg (440 lb)
Sensitivity:	100 g
Total weight:	25 kg
Dimensions:	580x1,100x930 mm
Power supply:	230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2.2 VA
	Rechargeable batteries

Made in Germany

MULTIFUNCTION SCALE

SOEHNLE
PROFESSIONAL


Multifunction scale combined with 3 support handrails, a drive-on ramp and indicator bracket



27243
+
27244
+
27251

Bracket for mounting indicator
Support handrails

Drive-on ramp



27243

Platform with indicator

27243
+
27244

27243
+
27245

• 27243 MULTIFUNCTION SCALE - SOEHNLE 7808

Manual in: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.

• 27244 DRIVE-ON RAMP

• 27245 ADIPOSY HANDRAILS + BRACKET FOR INDICATOR

• 27251 SUPPORT HANDRAILS + BRACKET FOR INDICATOR

• 27278 MULTIFUNCTION SCALE - SOEHNLE 7708 (complete with 27244+27251) - manual in: GB, FR, DE

Multifunction scale prepared for easy (and later) mounting of support handrails, adiposity handrails, bracket for indicator, drive-on ramps. Movable by means of 2 rollers and handle. Large LCD display, digit height 20 mm. Made in Germany.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity:	300 kg	Sensitivity:	100 g
Dimension:	840x880x55 mm	Weight:	16 kg
Power supply:	230 V - 50-60 Hz		
	(available on request with rechargeable battery or Class III)		

X-RAY ILLUMINATORS - LIGHT BOXES

X-RAY ILLUMINATORS

GIMA light boxes are designed according to clinical standards for an extra white light for an accurate and precise reading of any detail. They incorporate a 3 mm acrylic screen compliant with safety norms (fuses, Schuko plug, green light On/Off, ...). Can be used on the table placed horizontally or vertically, depending on model or wall mounted.

Body made of oven-fired epoxy powder coated aluminium and injected ABS (colour RAL 7035).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Colour temperature: Cool white 6,500 °K
Power supply: 230 V - 50 Hz (60 Hz available with surcharge)
Protection fuse: 2x1A
Bipolar light switch
Schuko plug with 2 m cable
All components UL, DVE, IMQ approved
Made in Italy



GIMA code	X-RAY ILLUMINATORS - LIGHT BOXES	External dimensions (cm)				Types
		Length	Height	Depth	Weight	
27364	Light box 38x38 cm	43	43	12	6	1 panel
27365	Light box 38x62 cm	67	43	12	8	1,5 panel
27366	Light box 38x92 cm	97	43	12	11	2 panels
27367	Light box 38x122 cm	127	43	12	14	3 panels
27368	Light box 38x153 cm	158	43	12	18	4 panels
27369	Light box 76x122 cm	127	2x43	12	28	2x3 panels
27370	Light box 76x153 cm	158	2x43	12	36	2x4 panels
27372	Light box 92x38 cm	43	97	12	11	2 panels vertical
27373	Light box 122x38 cm	43	127	12	14	3 panels vertical
27378	Neon tube for 27364					
27379	Neon tube for 27366, 27372					

VALUE FOR MONEY LIGHT BOXES

GIMA X-ray illuminators have been designed according to clinical recommendations for an extra white light to give an accurate and precise reading of any detail. Manufactured with metacrylate screen, and according to safety norms (fuses, Schuko plug, green light on/off, ...). The unique film gripping system gives full use of viewing area. White colour. Made in Italy.

AVAILABLE ALSO WITH ADJUSTABLE LIGHT

GIMA code	X-RAY ILLUMINATORS - LIGHT BOXES	External dimensions (cm)				Types
		Length	Height	Depth	Weight	
27356	36.5x40 cm	38.5	43.5	11	5.4	1 panel
27357	36.5x40 cm - adjustable	38.5	43.5	11	5.4	1 panel
27358	75x40 cm	77	43.5	11	11	2 panels
27359	Round fluorescent light - spare					

ILLUMINATED AND NOT ILLUMINATED OPTOMETRIC CHARTS

GIMA luminous optotypes have been designed according to clinical recommendations for an extra white light to give an accurate and precise reading of any detail. Manufactured with acrylic screen, and according to safety norms (fuses, Schuko plug, green light On/Off,...)

OPTOMETRIC CHARTS	Illuminated GIMA code	Not illuminated GIMA code
Armagnac - 5 m	27380	27390
Monoyer - 3 m	27381	27391
Mixed decimal - 3m	27382	27392
Children - 3 m	27383	27393
Animals - 5 m	27384	-
Spare Tube 700	27388	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Viewing Area: 24 x 62 cm 24 x 61 cm
External dimensions: 29.5x67.5x12 cm 29 x 66 x 2.5 cm
Weight: 6 kg 2 kg
Power supply: 230 V - 50 Hz (60 Hz on request) only 27380-4
Made in Italy
Other specifications like x-ray illuminators 27364-72



MONOYER
3m
• 27381

MIXED DECIMAL
3m
• 27382

ARMAGNAC
5m
• 27380

CHILDREN
3m
• 27383

ANIMALS
5.5m
• 27384

See economic optometric charts at page 227.

GIMA GREEN F.O. XENON/HALOGEN, LED LARYNGOSCOPE SETS



GIMA F.O. XENON/HALOGEN AND LED SETS

- Mc Intosh or Miller blades

- F.O. laryngoscopes provide cool bright illumination
- Gima Green F.O. blades with detachable fibre or Maxlite F.O. blades with integrated fibre
- Xenon/Halogen or LED F.O. rechargeable battery handle (battery not included). 2.5 V rechargeable battery handle can be used with standard or rechargeable batteries. Rechargeable battery handles should be used with charging station 31542 (not included).
- non magnetic blades and handles

LARYNGOSCOPE SET WITH F.O. BLADES

GIMA code	GIMA GREEN F.O. XENON/HALOGEN SET - 2.5 V	
34451	Pediatric set	2 blades Miller 0-1
34454	Pediatric set	3 blades Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Adult set	3 blades Mc Intosh 2-3-4
34453	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Doctor set	3 blades Miller 1-2-3
34485	Halogen bulb 2.5 V (minimum order 6 pcs)	
34450	Empty box without sponge	
GIMA code	GIMA GREEN F.O. LED SET - 2.5 V OR 3.5 V	
34327	Adult set	3 blades Mc Intosh 2-3-4 - 2.5 V
34328	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4 - 2.5 V
34329	Adult set	3 blades Mc Intosh 2-3-4 - 3.5 V
34330	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4 - 3.5 V

MAXLITE F.O. BLADE WITH INTEGRATED FIBRE

Built with an integrated F.O. bundle with no cavities to trap dirt or body fluids, this allowing the blade to be easily cleaned and decontaminated.



GIMA GREEN F.O. BLADE

TECHNICAL SPECIFICATIONS - BLADES AND BULBS

	Gima Green F.O. blade	Maxlite F.O. Mc Intosh blade
Fibre light carrier:	detachable	integrated
F.O. bundle Ø:	4.0 mm	4.5 mm
Individual fibre strands:	> 5,500	> 6,500
Light transmission with 2.5 V (Xenon):	7,000 lux	8,000 lux
Light transmission with 2.5 V (LED):	18,000 lux	20,000 lux
Light transmission with 3.5 V (Xenon):	12,500 lux	14,000 lux
Light transmission with 3.5 V (LED):	30,000 lux	40,000 lux
Autoclavable at 134 °C:	2,000 times	2,000 times
LED bulb life:	50,000 hours	50,000 hours

LARYNGO SET WITH F.O. BLADES - INTEGRATED FIBRE

GIMA code	MAXLITE F.O. XENON/HALOGEN SET - 2.5 V	
34332	Pediatric set	3 blades Miller 00-0-1
34333	Adult set	3 blades Mc Intosh 1-2-3
34334	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Halogen bulb 2.5 V (minimum order 6 pcs)	
GIMA code	MAXLITE F.O. LED SET - 2.5 V or 3.5 V	
34336	Pediatric set	3 blades Miller 00-0-1 - 2.5 V
34335	Adult set	3 blades Mc Intosh 2-3-4 - 2.5 V
34337	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4 - 2.5 V
34338	Adult set	4 blades Mc Intosh 1-2-3-4 - 3.5 V
GIMA code	BATTERIES for GIMA GREEN and MAXLITE	
34466	Pediatric rechargeable Li-ion battery 2.5 V	1,000 mAh
34467	Adult rechargeable Li-ion battery 2.5 V	2,200 mAh
31541	Adult rechargeable Li-ion battery 3.5 V*	

*Packed and shipped at half charged state

FLEXTIP F.O. XENON/HALOGEN AND LED SETS FOR DIFFICULT INTUBATIONS

F.O. SET FOR DIFFICULT INTUBATION

Deluxe boxed set including one F.O. rechargeable handle, one or two F.O. Mc Intosh blades N° 3 or N° 3 and 4, for difficult intubations and bulb. The movable blade tip facilitates lifting of the epiglottis and enables a perfect visibility of the intubation process even in case of difficult anatomical conditions. A better visibility and a lower lever force reduce the risk of injury of the larynx and the teeth. Autoclavable at 134° C.

- stainless steel construction, matt finish
- can be used with all Green Spec Handles
- compatible with ISO 7376 Green Standards
- channel provides improved viewing area
- 4.0 mm fibre bundles (GimaGreen) or 4.5 mm fibre bundle (Maxlite) for maximum light output
- 2x"C" batteries or rechargeable batteries



34492




34494

34493

GIMA code	FLEXTIP F.O. SET - 2.5 V	
34492	GIMA GREEN FLEXI F.O. SET 1 blade Mc Intosh 3	
34495	GIMA GREEN FLEXI F.O. SET 2 blades Mc Intosh 3-4	
34498	MAXLITE F.O. LED FLEXI SET 2 blades Mc Intosh 3-4 with integrated fibre	

GIMA code	ACCESSORIES AND SPARES	
34493	FLEXI F.O. BLADE N° 3 Mc Intosh (130x105 mm)	
34494	FLEXI F.O. BLADE N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)	
34485	Bulb 2.5 V - spare	
34467	Adult rechargeable Li-ion battery 2.5 V	
31542	Charging station 100-240 V - see page 327	



Reg. Number	10164 - M	Valid From	2018-10-01
First issue date	2012-10-15	Last change date	2020-05-06
Valid until	2021-10-14		

Previous expiry date

Quality Management System Certificate

ISO 13485:2016

We certify that the Quality Management System of the Organization:

GIMA S.p.A.

Is in compliance with the standard UNI CEI EN ISO 13485:2016 for the following products/services:

Management of design and manufacturing, trade, packaging and assistance of: medical devices (DM), in vitro-diagnostic medical devices (IVD), accessories

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

The maintaining of certification is subject to annual surveillance and dependent upon the observance of Kiwa Cermet Italia contractual requirements.

Refer to quality manual for details of exclusion of UNI CEI EN ISO 13485:2016 requirements.

This certificate is composed of 1 page.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico,
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia
(BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

CERMET

GIMA S.p.A.

Registered Headquarters

- Via Grossi, 2 20121 Milano Italia

Certified Sites

- Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) Italia





Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 1 di / of 9

Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualità *EC Quality Assurance System Certificate*

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema di garanzia di Qualità della Produzione dell'Organizzazione/ *We certify that, on the basis of the audits carried out, the Production Quality Assurance System of the Organization:*

GIMA S.p.A.

Sede Operativa / Operational Headquarter:

Via Marconi, 1

20060 Gessate, MI - Italia

Sede Legale / Registered Headquarter

Via Tommaso Grossi, 2

20121 Milano, MI - Italia

è conforme ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato V, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici / *Is in compliance with the applicable requirements of 93/42/EEC Directive as amended, Annex V, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24 as amended for the following Medical Devices:*

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / *Active substances and liquids suctioning devices*
Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / *Sterile Single use gynaecology and ENT devices*
Dispositivi per aerosolterapia / *Aerosol therapy devices*
Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / *Blood pressure measuring devices*
Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / *Oxygen saturation measuring devices*
Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / *Body temperature measuring devices*
Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / *Physiological parameters measuring devices*
Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*
Dispositivi per terapia termica / *Thermic therapy devices*
Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument kit*
Strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument*

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Rif. rapporto di audit/ *Ref. audit report:* del/dated 08-14/11/2019

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:18:48



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 2 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / Active substances and liquids suctioning devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1104

Marca / Brandname:

VEGA / SUPER VEGA / TOBI / SUPER TOBI / TOBI CLINIC / TOBI HOSPITAL / CLINIC PLUS / HOSPI PLUS

Modello / Model:

Aspiratori chirurgici e vasi di ricambio / Surgical aspirators and jars

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

Classe di rischio / Risk class:

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Kit ORL sterile / Sterile ENT kit

Modello / Model:

Kit pap test / Pap smear kit

Modello / Model:

Spatula cervicale monouso sterile in plastica o legno / Disposable sterile plastic or wooden cervical spatula

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum central pin - mix

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - piccolo, medio, grande / Disposable sterile vaginal speculum central pin - small, medium, large

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:19:37



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET

CERTIFICATE



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 3 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile tache - mix / Disposable sterile vaginal speculum tache - mix

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum middle screw - mix

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale - mix / Disposable sterile vaginal speculum side screw - mix

Modello / Model:

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale (piccolo, medio, grande) / Disposable sterile vaginal speculum side screw - small, medium, large

Modello / Model:

Tampone di trasporto in plastica sterile / Sterile plastic transport swab

Marca / Brandname:

Gimabrush Ball / Gimabrush / Gima Collector

Modello / Model:

Spazzolini cervicali monouso sterile / Sterile disposable cervical brushes

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Proctoscopio adulti / Adult proctoscope

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:19:59



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476





Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 4 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per aerosolterapia / Aerosol therapy devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1102

Modello / Model:

Aerosol a pistone adulti e bambini / Adult and Kids compressor nebulizers

Marca / Brandname:

EOLO / CORSIA

Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone / Professional compressor nebulizers

Marca / Brandname:

MISTRAL

Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone per uso domiciliare / Professional compressor nebulizers for home healthcare environment

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104

Marca / Brandname:

BOSTON / BOSTON OLPRESS / BOSTON LOBIVON / BOSTON COMBISARTAN / BOSTON VALPRESSION / DALLAS / GIMATONO / LONDON / ROMA / TOKIO / TOKIO ZANTIPRESS / DAYTON

Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:20:27



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Revisione /
Revision

22

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 5 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

Marca / Brandname:

SIRIO

Modello / Model:

Manometro Aneroide / Aneroid manometer

Marca / Brandname:

YTON

Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali DA POLSO / DA BRACCIO / Digital Sphygmomanometers WRIST / ARM

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali SENZA MERCURIO / Digital Sphygmomanometers WITHOUT MERCURY

Marca / Brandname:

DA POLSO/WRIST - DA BRACCIO/ARM / 24 H ABPM

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali Automatici / Digital Automatic Sphygmomanometers

Marca / Brandname:

YTON / DOMINO

Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali / Digital Sphygmomanometers

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:20:55



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476





Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 6 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / Oxygen saturation measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

Modello / Model:

Pulsoximetri / Pulse oximeters

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / Body temperature measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

Marca / Brandname:

DIGIT / DIGIT KIDS FARMAMED

Modello / Model:

NUB -Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / CARREFOUR / GS /PBpharma / 36.2 T&B / SUCCHIOTTO °C / BASALE / GIMA

Modello / Model:

Termometri clinici digitali classici e flessibili / Digital clinical thermometers classic and flexible

Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / GIMA

Modello / Model:

WATERPROOF- Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

Marca / Brandname:

PBpharma /GIMA

Modello / Model:

Termometri clinici digitali auricolari e frontali multifunzione / Digital clinical ear and forehead multifunction thermometers

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:27/04/2020 08:21:18



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 7 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / Physiological parameters measuring devices

Classe di rischio / Risk class:

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1301, MD 0104

Modello / Model:

Altimetro - Plicometro - Metro per neonati / Height meter - Skinfold caliper - Baby measuring meter

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1301, MD 0104, MDS 7010

Modello / Model:

Bilancia pesapersona / Scales - ASTRA - FAMILY - PEGASO

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0101

Modello / Model:

Cannule di Guedel sterili / Sterile Guedel airways

Modello / Model:

Maschera per rianimazione CPR / CPR resuscitator mask

Modello / Model:

Maschere in silicone autoclavabili / Maschere autoclavabili in silicone GIMA PLUS / Silicone autoclavable face masks / Silicone autoclavable face masks GIMA PLUS

Modello / Model:

Maschere laringee riutilizzabili / Reusable laryngeal airway masks

Modello / Model:

Palloncini rianimatori in silicone / Kit Palloncini rianimatori in silicone adulti / Silicone resuscitators / Adult silicone resuscitators kit

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:21:48



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

CERMET



Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 8 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*

Modello / Model:

Reservoir monouso (sacche ossigeno) e valvola / *Oxygen reservoir and valve*

Modello / Model:

Valvola PEEP e adattatore / Valvola antireflusso e posteriore / *Peep valve and adapter / Non-rebreathing valve and intake valve*

Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per terapia termica / *Thermic therapy devices*

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1403

Modello / Model:

Ghiaccio istantaneo TNT / PE / TNT / PE instant ice cold pack

Tipologia / Medical Devices:

Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument kit*

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Kit per sutura standard / Kit per rimozione sutura / kit procedurale sutura / kit standard per parto / *Standard suture pack / Suture removal pack / Suture procedure pack / Standard delivery pack*

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO
Data: 27/04/2020 08:22:12



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476





Reg. Numero /
Reg. Number

MED 26036

Revisione /
Revision

22

Primo rilascio /
First issue date

2006-10-25

Valido da /
Valid from

2016-10-24

Scadenza /
Valid until

2021-10-24

Ultima modifica /
Last change date

2020-04-24

Pagina / Page 9 di / of 9

Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

Classe di rischio / Risk class:

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Forbici per bende di Lister / Forbici chirurgiche standard / Lister bandage scissors / Standard surgical scissors

Modello / Model:

Pinza di Magill / Pinza di Hartmann per orecchio / Magill forceps / Hartmann ear forceps

Classe di rischio / Risk class:

II a

Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Modello / Model:

Forbici di Mayo / Forbici di Metzenbaum / Forbici Iris / Forbice ombelicale / Forbice per chirurgia orecchio di Bellucci / Pinze per medicazione standard / Pinze di Hunter-Splinter / Pinze emostatiche di Adson / Pinze emostatiche Halstead-Mosquito / Pinza per dissezione McIndoe / Pinze di Pean / Pinza di Spencer-Wells / Pinza portatamponi di Foerster / Portaghi di Hegar- Mayo / Portaghi di Crile-Wood / Mayo scissors / Metzenbaum scissors / Iris scissors / Umbilical scissors / Bellucci ear scissors / Standard dressing forceps / Hunter-Splinter forceps/ Adson haemostatic forceps/ Halstead-Mosquito dissection forceps / McIndoe dissection forceps/ Pean forceps / Spencer-Wells forceps/ Foerster polypus forceps/ Hegar-Mayo needle holder / Crile-Wood needle holder

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ The complete list of the codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia. Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a sorveglianza/ This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned Medical Devices that are subject to survey. L'allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ The technical sheet is an integrating part of this Certificate.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO
Data:27/04/2020 08:22:36



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

