

**Specificații tehnice (F 4.1)**

Numărul procedurii de achiziție		MTenderID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1695911104792</a>				
Obiectul achiziției:		“Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)”				
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
<p>Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor</p> <p><b>(poziția 30.1)</b></p>	<b>HP300</b>	<b>China</b>	<b>Dakewe</b>	<p>Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)</p> <p>Cod</p> <p>Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Caracteristici generale Dimensiuni maxime</p> <p>Capacitatea de procesare 200 de casete</p> <p>Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare Minim 11</p> <p>    Containere pentru parafină 4 bucăți</p> <p>    Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l</p> <p>Managementul proceselor Ecran Touchscreen</p> <p>    Diagonală ecran Minim 10 inch Număr de protocoale memorate Minim 10</p> <p>    Etape de prelucrare Minim 14</p> <p>    Metode de manipulare a reagenților în cameră</p> <p>Prin vacuum și presiune</p> <p>    Presiunea Maxim 35 kPa</p> <p>    Vacuum Minim -70 kPa</p> <p>    Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da</p> <p>    Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da</p> <p>    Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da</p> <p>Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da</p> <p>    Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active</p> <p>    Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern Da</p>	<p>Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)</p> <p>Cod</p> <p>Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Caracteristici generale Dimensiuni maxime</p> <p>Capacitatea de procesare până la 300 de casete</p> <p>Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare 14</p> <p>    Containere pentru parafină 4 bucăți</p> <p>    Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 4,2 – 4,3 l</p> <p>Managementul proceselor Ecran Touchscreen</p> <p>    Diagonală ecran 12,1 inch Număr de protocoale memorate Minim 10</p> <p>    Etape de prelucrare Minim 14</p> <p>    Metode de manipulare a reagenților în cameră</p> <p>Prin vacuum și presiune</p> <p>    Presiunea Maxim 35 kPa</p> <p>    Vacuum Minim -70 kPa</p> <p>    Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da</p> <p>    Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da</p> <p>    Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da</p> <p>Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da</p> <p>    Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active</p> <p>    Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern Da</p>	<b>CE, ISO</b>

			Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de xilen 50 litri Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO Training pentru personal medical Da Inginer local, certificat Da Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore Garanție 3 ani	Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de xilen 50 litri Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO Training pentru personal medical Da Inginer local, certificat Da Timp de reacție la defecțiune Minim 24 ore Garanție 3 ani	
--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)