

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1662557720207/ 21063101 din: 07.09.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
7	Ciment radiopac de viscozitate înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare Ciment radiopac de viscozitate înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare	Z22002	Turcia	Tabib Farma Ilac	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	CE/ISO
8	Ciment radiopac de viscozitate înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare Ciment radiopac de viscozitate înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare	alcasis	Turcia	Tabib Farma Ilac	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 10 g- maxim 12 g. Evaluarea va fi per gram.	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 10 g- maxim 12 g. Evaluarea va fi per gram.	CE/ISO
9	Set de biopsie și vertebroplastie	alcasis / VERTEBROPL ATIC vertebroplasty needle with plastic handle	Turcia / Italia	Tabib Farma Ilac / Biopsybell S.R.L.	Set steril. Componenta minimă setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.	Set steril. Componenta minimă setului: Diametru , 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.	CE/ISO

19	Set vertebroplastie	alcasis / VERTEBROPL ATIC vertebroplasty needle with plastic handle	Turcia / Italia	Tabib Farma Ilac / Biopsybell S.R.L.	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant.Lungimea troacarului 150 mm. Diametrul trocarului 3 mm -11G.	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant.Lungimea troacarului 150 mm. Diametrul trocarului 3 mm -11G.	CE/ISO
----	---------------------	--	-----------------	--	---	---	--------

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301