

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1766415839703 din 06 ianuarie 2026
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
5	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	71900,00	86280,00	71900,00	86280,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	TOTAL					71900,00	86280,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1766415839703 din 06 ianuarie 2026							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)							
	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	Audiometru Cod 260900	Harp Basic Code 10162	Italia	INVENTIS S.R.L.	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Audiometria, frecvența, Hz: Conductivitatea aerului 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 Conductivitatea osului 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă	Audiometru Cod 260900 Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Tip 1 ton-pur Audiometria, frecvența, Hz: Conductivitatea aerului 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 Conductivitatea osului 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB	DM0007 56760

					Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu	Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă - DA Interfața PC - DA Afișaj digital - DA Alimentare 220 V, 50 Hz - DA Imprimantă DA	
--	--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia