

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

Numărul procedurii de achiziție: 21029760						Data: 12.11.2020	
Denumirea procedurii de achiziție: reactivilor și consumabile pentru Clinica Em. Coțaga, pentru anul 2021						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	3,7	8
33600000-6	Test pentru determinarea glucozei in urina, Ambalaj: 50-100 teste	U-1	China	AT	Test pentru determinarea glucozei in urina, Ambalaj: 50-100 teste	Test pentru determinarea glucozei in urina. Ambalaj: 100 teste	ISO, CE
33600000-6	Aceton test, Ambalaj: 50-100	U-1	China	AT	Aceton test, Ambalaj: 50-100	Aceton test, Ambalaj: 50-100	ISO, CE
33600000-6	Midi-Test Combi 11 pentru 11 parametri	U-11	China	AT	Midi-Test Combi 11 pentru 11 parametri	Test-stripuri de urina pentru 11 parametri	ISO, CE
33600000-6	Dozator automat, volum 100-1000mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 100-1000mcl	China	DLAB	Dozator automat, volum 100-1000mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 100-1000mcl. Cu verificare metrologică	ISO, CE
33600000-6	Dozator automat, volum 10-100mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 10-100mcl	China	DLAB	Dozator automat, volum 10-100mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 10-100mcl. Cu verificare metrologică	ISO, CE
33600000-6	Dozator automat, volum 5-50mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 5-50mcl	China	DLAB	Dozator automat, volum 5-50mcl, cu metrologie	Dozator automat, volum 5-50mcl. Cu verificare metrologică	ISO, CE
33600000-6	Tehplastin-test pentru 100-200 determinari Ambalaj maxim 10 ml	PT Lichid	Italia	BEN	Tehplastin-test pentru 100-200 determinari Ambalaj maxim 10 ml	Tromboplastin reagent lichid, gata de lucru. Un set este destinat pentru 400 determinari. Ambalaj 8fl x 5ml =40 ml.	ISO, CE
33600000-6	Antigel cardiolipin MRS SIFILIS-AFKJI-PMII pentru 1000 teste	RPR Reagent	M.Britanie	P.Diagnostic	Antigel cardiolipin MRS SIFILIS-AFKJI-PMII pentru 1000 teste	Antigen cardiolipinic RPR reagent pentru 1000 teste	ISO, CE
33600000-6	Material de control pozitiv MRS	SYPHILIS CONTROL SET for RPR	M.Britanie	P.Diagnostic	Material de control pozitiv MRS	Material de control pentru RPR	ISO, CE
33600000-6	Determinarea Proteina C - reactiva	CRP Visilatex	M.Britanie	P.Diagnostic	Determinarea Proteina C - reactiva	CRP VISILATEX cu control negativ 1 ml , pozitiv 1ml, inclusive plansete, baghete getabile (ambalaj 5 ml-100 teste). Metodă cantitativă latex -test <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33600000-6	Determinarea Factor reumatoid	RF Visilatex	M.Britanie	P.Diagnostic	Determinarea Factor reumatoid	RF VISILATEX cu control negativ 1ml, pozitiv 1ml, inclusiv plansete, baghete getabile (ambalaj 5ml-100 teste). Metodă cantitativă latex -test <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33600000-6	Determinarea Antistreptolizina -O	ASO Visilatex	M.Britanie	P.Diagnostic	Determinarea Antistreptolizina -O	ASO VISILATEX cu control negativ 1ml, pozitiv 1ml, inclusiv plansete, baghete getabile (ambalaj 5 ml-100 teste). Metodă cantitativă latex -test <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE

Semnat : _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5