

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651130054540/21055740 din 31.05.2022						
Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 106: Set Circuit respirator reutilizabil din silicon, sterilizabil	Create-Biotech 001-001-1009	Taiwan	Create-Biotech	Compatibil cu Dispozitivele de ventilare pulmonara pentru adulti. Diametrul tuburilor 22mm. Componenta setului: 4 tuburi 0.8m-1m, 1 tub 0.4m-0.6m, piesa Y cu porturi pentru senzor de temperatură, 2 capcane de apă. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	ADP-10024B (2m)	China	PanSW Med	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Lungimea cablului minim 2m. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
Lot 111: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009)	ECG-10106H	China	PanSW Med	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE

Lot 112: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844)	ADP-10017B	China	PanSW Med	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 2.400070)	EKG-10001C	China	PanSW Med	Compatibil cu Electrocardiograful Schiller, Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202	EKG-10009C	China	PanSW Med	Compatibil cu ECG <i>Fukuda Denshi Cardimax FX 7202</i> . Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600	EKG-10043C	China	PanSW Med	Compatibil cu ECG <i>GE MAC 600</i> . Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform brosurii atasate	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" SRL Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807