

Specificatii tehnice

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642066060756 din 21.01.2022

Obiectul de achiziției:Reactivi de laborator pentru anul 2022

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
9		Teste pentru determinarea sîngelui ocult în matrialul biologic	S.N 3.7	Romania	Campmedica	Teste rapide tip caseta cu metoda imunofloriscenta de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.	Teste rapide tip caseta cu metoda imunofloriscenta de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: C.Lazari

În calitate de: Product Manager

Ofertantul : IM „Becor” SRL

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5