

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1741003195812
Obiectul achiziției: “Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2025”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru aparatul radiologic portativ Proslide 32 SR LOT 3	Proslide 32 SR	Germania	Protec GmbH	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnică și atestare de la producatorul utilajului.	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnică și atestare de la producatorul utilajului.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)