

Specificații tehnice

către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1677597931130	Data: „03” aprilie 2023	ern
Denumirea licitației:	achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (listă suplimentară 4)		Pagina:

Cod CPV	N r. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	3	Microcentrifugă	Microcentrifugă	CM-50	Letonia	Elmi	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.4 7. Etalonare/verificare in Republica Moldova Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular (p 4 manual de utilizare). Gama de control al vitezei 1000 - 15000 rpm (increment 100 rpm)(p 2 manual de utilizare). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 10–15294 × g(p 2 manual de utilizare). Setarea timpului digital 0,1 - 99 min (increment 6 s - 1 min)(p 2 manual de utilizare). Semnal sonor cu temporizator +(p 2 manual de utilizare). Timp de accelerare de până la 15000 rpm de la 0,1 min(p 2 manual de utilizare) . Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. (p 2 ,6 -(5 nivele de incetinire) manual de utilizare)Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +.(p 2,4-(imbalanta total posibila de 1- 1,5 g) manual de utilizare) Dimensiuni generale 200x180x145 mm (p 2 manual de utilizare). Greutate 3,1 kg,(p 2 manual de utilizare) interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din metal(pliant ,p4 manual de utilizare).4 7. Etalonare/verificare in Republica Moldova Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5