



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21267404 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1723110683742](#) din 17.09.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 21					
Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu	Surtron Touch HP 400 Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000577896	Italia LED SpA	Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Parametru Specificația Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar Izolat minim 2 unit Bipolar Izolat minim 2 unit Comutator de mână Da Comutator de picior Tip pedală dublă Modul de lucru monopolar Tăiere ≥ 400 W (300 Ω) Coagulare ≥ 150 W (300 Ω) Modul de lucru bipolar Tăiere ≥ 150 W (50 Ω) Coagulare ≥ 120 W (50 Ω)	Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Parametru Specificația Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz – Da Canale de ieșire Monopolar Izolat minim 2 unit – Da Bipolar Izolat minim 2 unit – Da Comutator de mână – Da Comutator de picior Tip pedală dublă – Da Modul de lucru monopolar Tăiere ≥ 400 W (300 Ω) – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure	Certificat CE, Declarație de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Display LCD/TFT De control tip touch screen sau analogie date Pentru vizualizare puterii si altor informații pentru fiecare canal separat Da Dimensiune display Minim 7 inch Butoane de control Da Indicatori Vizuali Da Audio Da Memoria Interna opțional Capacitate de stocare a protocoalelor salvate Min 9 preseturi opțional Regimuri de lucru preselectate Blend sau analogic/ echivalent Da Strong sau analogic/ echivalent Da Soft sau analogic/echivalent Da Spray sau analogic/ echivalent Da Coagulare simultat cu două instrumente monopolare Da Sudarea vaselor prin clampare, pentru vase cu marimea de pana la minim 7 mm Da Sistema de monitorizare a electrodului neutru Afisarea tipul de electrod neutru care este conectat dintru singura componeta sau din doua (tehnologie split) Da Semnalizare cu privire la starea electrodului (in caz că este defect) tip vizual si audio Da Indicator vizual că electrodul neutru este functional Da Siguranta si monitoring Monitoring conntinu a scurgerilor de curent cu indicare problemei Continu autotestare Indicarea erorilor utilizatorului pe display Indicarea erorilor sistemului pe display	Coagulare ≥ 150 W (300Ω) – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Modul de lucru bipolar Tăiere ≥ 150 W (50Ω) – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Coagulare ≥ 120 W (50Ω) – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Display LCD/TFT De control tip touch screen sau analogie date Pentru vizualizare puterii si altor informații pentru fiecare canal separat – Da Dimensiune display Minim 7 inch – Da, 9 inch, pag. 5 Surtron Touch HP Brochure Butoane de control – Da Indicatori Vizuali – Da Audio – Da Memoria Interna opțional – Da Capacitate de stocare a protocoalelor salvate Min 9 preseturi opțional – Da Regimuri de lucru preselectate Blend sau analogic/ echivalent – Da, pag. 4 Surtron Touch HP Brochure Strong sau analogic/ echivalent – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Soft sau analogic/echivalent – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Spray sau analogic/ echivalent – Da, pag. 6 Surtron Touch HP Brochure Coagulare simultat cu două instrumente monopolare – Da, pag. 4 Surtron Touch HP Brochure	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Regim specializat Modul Bipolar sa fie prezent regimul auto activare pentru penceta. Indicatoare Acustic și vizual Control volum sunet Da Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri Min 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult din cauciuc Min 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 3 metri 1 unitate de 2,4 mm și 1 unitate de 4 mm) Min 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturii 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil, minim 150 mm lungimea 12 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Pedală dublă cablu lungime 3 m 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit Da Sa fie produs de acelasi producator. Da Mobil pe 4 roți Da Minim 2 roți cu frână Da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii Da Mîner pentru transportare Da Cabluri pentru egalarea potentialelor si impamintare Lungimea min 5 m 1 unitate Alimentare electrica 220-240 V, 50/60Hz Garanție Minim 24 luni de la data instalarii Da Ghid rapid În limba română Da	Sudarea vaselor prin clampare, pentru vase cu marimea de pana la minim 7 mm – Da, pag. 4 Surtron Touch HP Brochure Sistema de monitorizare a electrodului neutru Afisarea tipul de electrod neutru care este conectat dintru singura componeta sau din doua (tehnologie split) – Da Semnalizare cu privire la starea electrodului (in caz că este defect) tip vizual si audio – Da Indicator vizual că electrodul neutru este functional – Da Siguranta si monitoring Monitoring conntinu a scurgerilor de curent cu indicare problemei Continu autotestare – Da Indicarea erorilor utilizatorului pe display – Da Indicarea erorilor sistemului pe display – Da Regim specializat Modul Bipolar sa fie prezent regimul auto activare pentru penceta. – Da Indicatoare Acustic și vizual – Da Control volum sunet – Da, pag. 4 Surtron Touch HP Brochure Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri Min 2 buc. – Da, cod. 00404.07 Electrod neutru reutilizabil, tip adult din cauciuc Min 2 buc. – Da, cod F7930 Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 3 metri 1 unitate de 2,4 mm și 1 unitate de 4 mm) Min 2 buc. – Da, cod 00205.00 + 00205.40	
--	--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Manual de service si utilizare În limba română Da Training pentru utilizatori si personalul ingineresc. Da	Lame reutilizabile pentru bisturii 10 buc. – Da, cod 152-110 Electrod / pensetă bipolar, tip reutilizabil, minim 150 mm lungimea 12 buc. – Da, cod 310-140-10 Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. – Da, cod 00414.00 Pedală dublă cablu lungime 3 m 1 buc. – Da, cod 00305.06 Trolie – Da, model TRST001 Sa fie produs de acelasi producator. – Da Mobil pe 4 roți – Da Minim 2 roți cu frână – Da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – Da, model TRSTB01 + TRSTP01 Mîner pentru transportare – Da Cabluri pentru egalarea potentialelor si impamintare Lungimea min 5 m 1 unitate – Da Alimentare electrica 220-240 V, 50/60Hz – Da Garanție Minim 24 luni de la data instalarii – Da Ghid rapid În limba română – Da Manual de service si utilizare În limba română – Da Training pentru utilizatori si personalul ingineresc. – Da	
--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Anexa nr. 23

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21267404 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1723110683742 din 17.09.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	21	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu	Buc.	2	299.000,00	358.800,00	598.000,000	717.600,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							598.000,000	717.600,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1