

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP AMT Centru

adresa: MD2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. 31 August, 1989,63

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1702641010320 din 05.01.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reactivi de laborator pentru anul 2024

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 04.01.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP AMT Centru

adresa: MD2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. 31 August, 1989,63

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reactivi de laborator pentru anul 2024"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1702641010320 din 05.01.2024

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 04.04.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04.01.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1702641010320 din 05.01.2024		
Obiectul achiziției:						Reactivi de laborator pentru anul 2024		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot.1	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	105-004045-00 M-52D Diluent	China	Mindray	Ambalaj de 20 L	Ambalaj de 20 L	ISO, CE
Lot.2	Soluție lizantă pentru determinarea hemoglobinei compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Soluție lizantă pentru determinarea hemoglobinei compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	105-004307-00 M-52LH Lyse	China	Mindray	Ambalaj 100 mL	Ambalaj 100 mL	ISO, CE
Lot.3	Soluție lizantă pentru diferențierea leucocitelor compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Soluție lizantă pentru diferențierea leucocitelor compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	105-003724-00 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Ambalaj 500 mL	Ambalaj 500 mL	ISO, CE
Lot.4	Soluție pentru curățarea sondei (compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150)	Soluție pentru curățarea sondei (compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150)	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China	Mindray/Arche m	Ambalaj 50 mL	Ambalaj 50 mL	ISO, CE
Lot.5	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	105-003233-00/1 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H)	China	Mindray	3x3 mL (set)	3x3 mL (set)	ISO, CE
Lot.6	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	Ambalaj de 20 L	Ambalaj de 20 L	ISO, CE
Lot.7	Soluție lizantă M-30 compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Soluție lizantă M-30 compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	A12-000084 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Ambalaj 500 mL	Ambalaj 500 mL	ISO, CE
Lot.8	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	105-003227-00 BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H)	China	Mindray	3x3 mL (set)	3x3 mL (set)	ISO, CE
Lot.9	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	*** Hirtie termo 57 mm	China	Mindray	55x20x12 mm	55x20x12 mm	ISO, CE
Lot.10	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	*** Hirtie termo 50 mm	China	Mindray	50x20x12 mm	50x20x12 mm	ISO, CE
Lot.11	Teste pentru urină cu 11 parametri	Teste pentru urină cu 11 parametri	DIRUI H11 DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	Ambalaj ≈ 100 teste	Ambalaj ≈ 100 teste	ISO, CE

Lot.21	Material de control pentru HbA1c liofilizat normal cu flac 0-1 ml	Material de control pentru HbA1c liofilizat normal cu flac 0-1 ml	18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	Spania	Biosystems	ST Sînge integral, p/u analiz biochimic Selectra Pro XL	Material de control pentru HbA1c liofilizat normal cu flac 0.5 ml compatibil cu reactivul Lot.82 "Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat" din licitatie Nr. ocds-b3wdp1-MD-1698849570746 din 13.12.2023 privind Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024	ISO, CE
Lot.22	Material de control pentru HbA1c liofilizat patologic cu flac 0-1 ml	Material de control pentru HbA1c liofilizat patologic cu flac 0-1 ml	18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	Spania	Biosystems	Sînge integral, p/u analiz biochimic Selectra Pro XL	Material de control pentru HbA1c liofilizat patologic cu flac 0.5 ml compatibil cu reactivul Lot.82 "Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat" din licitatie Nr. ocds-b3wdp1-MD-1698849570746 din 13.12.2023 privind Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024	ISO, CE
Lot.23	Calibrator pentru HbA1c liofilizat (4-5 nivele) cu flac 0-1 ml	Calibrator pentru HbA1c liofilizat (4-5 nivele) cu flac 0-1 ml	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	p/u analiz biochimic Selectra Pro XL	Calibrator pentru HbA1c liofilizat (4 nivele) cu flac 0.5 ml compatibil cu reactivul Lot.82 "Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat" din licitatie Nr. ocds-b3wdp1-MD-1698849570746 din 13.12.2023 privind Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024	ISO, CE
Lot.58	Mocroalbumina set ≈ 24 Testeb expres	Mocroalbumina set ≈ 24 Testeb expres	*** Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb – micro albumina in urina	China	Lansionbio	Expres teste , set ≈ 24	Teste compatibile cu analizatorul LS1100 oferit gratuit pe perioada utilizarii testelor , set 25 teste	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1702641010320 din 05.01.2024												
Obiectul achiziției:					Reactivi de laborator pentru anul 2024							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lot.1	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	l	3000	44.10	47.63	132 300.00	142 890.00	în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităților și posibilităților reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2024	33696500-0	-	-
Lot.2	Soluție lizantă pentru determinarea hemoglobinei compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Soluție lizantă pentru determinarea hemoglobinei compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	ml	13500	8.68	9.37	117 180.00	126 495.00		33696500-0	-	-
Lot.3	Soluție lizantă pentru diferențierea leucocitelor compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Soluție lizantă pentru diferențierea leucocitelor compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	ml	60000	3.05	3.29	183 000.00	197 400.00		33696500-0	-	-
Lot.4	Soluție pentru curățarea sondei (compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150)	Soluție pentru curățarea sondei (compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150)	ml	9000	9.94	11.93	89 460.00	107 370.00		33696500-0	-	-
Lot.5	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	ml	200	283.95	306.67	56 790.00	61 334.00		33696500-0	-	-
Lot.6	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Diluent compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	l	500	44.56	48.12	22 280.00	24 060.00		33696500-0	-	-
Lot.7	Soluție lizantă M-30 compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Soluție lizantă M-30 compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	ml	9000	2.43	2.62	21 870.00	23 580.00		33696500-0	-	-
Lot.8	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Material de control 3 nivele compatibil pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	ml	90	245.58	265.23	22 102.20	23 870.70		33696500-0	-	-
Lot.9	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-5150	Buc.	4500	15.00	18.00	67 500.00	81 000.00		33696500-0	-	-
Lot.10	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Hârtie termică pentru printer pentru analizorul hematologic Mindrey BC-20s	Buc.	2500	15.00	18.00	37 500.00	45 000.00		33696500-0	-	-
Lot.11	Teste pentru urină cu 11 parametri	Teste pentru urină cu 11 parametri	set	700	190.76	206.02	133 532.00	144 214.00		33696500-0	-	-

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

Lot.21	Material de control pentru HbA1c liofilizat normal cu flac 0-1 ml	Material de control pentru HbA1c liofilizat normal cu flac 0-1 ml	ml	12	1 052.26	1 136.44	12 627.12	13 637.28	33696500-0	-	-
Lot.22	Material de control pentru HbA1c liofilizat patologic cu flac 0-1 ml	Material de control pentru HbA1c liofilizat patologic cu flac 0-1 ml	ml	12	1 052.26	1 136.44	12 627.12	13 637.28	33696500-0	-	-
Lot.23	Calibrator pentru HbA1c liofilizat (4-5 nivele) cu flac 0-1 ml	Calibrator pentru HbA1c liofilizat (4-5 nivele) cu flac 0-1 ml	ml	12	1 124.37	1 214.32	13 492.44	14 571.84	33696500-0	-	-
Lot.58	Mocroalbumina set ≈ 24 Testeb expres	Mocroalbumina set ≈ 24 Testeb expres	teste	2000	79.59	85.96	159 180.00	171 920.00	33696500-0	-	-
						TOTAL Oferta	1 081 440.88	1 190 980.10			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1702641010320 din 05.01.2024
din cadrul IMSP AMT Centru

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător este nu mai mic de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor va conține caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare va fi prezentate în limba de stat sau limba rusă. Reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.)
- Va prezentam mostre si declaratiile la solicitare.
- Va prezentam mostrele in decurs de 5 zile dupa solicitare

Data completării: 04.01.2024

Cu stimă,
Poiana Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)