

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21007176 din 17.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale

Lotul	Denumirea bunurilor	Modelul 1 articol ului	Țara de origi ne	Produ cătoru 1	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul I							
1.1	Unit dentar Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic	Diplom at Adept DA270	Slova cia	Chiran a	<p>1. Cerințe pentru unit dentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu fotoliu instalat în blocul scuiător cu mecanisme moderne să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Sistem cu 5 furtuni pe sus - Să fie echipat cu ultima generație al sistemelor de siguranță, cu întrerupătoare de siguranță - Echipat cu 2 panouri de comandă (masa medicului și masa asistentului medical) - Dimensiunile unitului dentar: 1370 x 920 x 1290 cm Fotoliu dentar: 1600 x 710 x 760 cm (lungime, lățime, înălțime) - Nivel de zgomot max -54 dB 	<p>1. Cerințe pentru unit dentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu fotoliu instalat în blocul scuiător cu mecanisme moderne să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Sistem cu 5 furtuni pe sus - Să fie echipat cu ultima generație al sistemelor de siguranță, cu întrerupătoare de siguranță - Echipat cu 2 panouri de comandă (masa medicului și masa asistentului medical) - Dimensiunile unitului dentar: 1370 x 920 x 1290 cm Fotoliu dentar: 1600 x 710 x 760 cm (lungime, lățime, înălțime) - Nivel de zgomot max -54 dB <p>2. Unit dentar compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa de lucru a medicului: <p>Poziționată pe un braț multiarticular, ce permite mișcări în toate cele 3 direcții</p> <p>Sistem cu 5 furtuni pe sus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Micromotor electric, fără perii cu LED împreună cu piesă unghi: turații 4000-40000; cu fibră optică; corpul piesei din titan - Furtuni pentru turbină cu fibră optică cu piesă : turații 60000-300000 RPM cu răcire în minim 4 găuri cu buton 	
1.2							

				<p>2. Unit dentar compus din:</p> <p><input type="checkbox"/> Masa de lucru a medicului:</p> <p>Poziționată pe un braț multiarticular, ce permite mișcări în toate cele 3 direcții</p> <p>Sistem cu 5 furtuni pe sus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Micromotor electric, fără perii cu LED împreună cu piesă unghi: turații 4000-40000; cu fibră optică; corpul piesei din titan - Furtuni pentru turbină cu fibră optică cu piesă : turații 60000-30000 RPM cu răcire în minim 4 găuri cu buton - Furtun pentru turbină fără fibră optică - Furtun apă/aer - Furtun Scaler cu ultrasunet cu funcție endo cu 6 tipsuri - Negatoscop - Sistem anti retracție pentru piese <p><input type="checkbox"/> Fotoliu pacient</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să fie montat în bloc scuipător cu mecanisme moderne, să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterial, fără cusături, ușor de curățat și întreținut,culoarea GRN 4* - Fotoliul să dispună de 2 poziții memorate, poziția „o” și de lucru - Pozițiile fotoliului să fie reglate prin butoanele încorporate în masa medicului și a asistentului medical - Tetiera dublu articulată cu control manual al reglajului - Dotat cu brațe pentru pacient, iar brațul din partea dreaptă să fie rabatabil <p><input type="checkbox"/> Cutia pentru conexiuni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Furtun pentru turbină fără fibră optică - Furtun apă/aer - Furtun Scaler cu ultrasunet cu funcție endo cu 6 tipsuri - Negatoscop - Sistem anti retracție pentru piese <ul style="list-style-type: none"> • Fotoliu pacient - Să fie montat în bloc scuipător cu mecanisme moderne, să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterial, fără cusături, ușor de curățat și întreținut,culoarea GRN 4* - Fotoliul să dispună de 2 poziții memorate, poziția „o” și de lucru - Pozițiile fotoliului să fie reglate prin butoanele încorporate în masa medicului și a asistentului medical - Tetiera dublu articulată cu control manual al reglajului - Dotat cu brațe pentru pacient, iar brațul din partea dreaptă să fie rabatabil • Cutia pentru conexiuni <p>Unitul să fie dotat cu o cutie pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentare cu curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc scuipător - Cu mișcare manuală a vasului scuipător - Vas sticla, mobil cu posibilitatea îndepărtării și dezinfecției - Sistem apă la pahar cu temporizare și apa la vasul scuipător, acțiune prin intermediul butoanelor de la masa medicului sau asistentului medical • Pedala electrică pentru controlul instrumentelor - Pedală electrică - Permite activitatea și ajustarea progresivă a turației instrumentelor - Permite activitatea fluxului de aer și apă
--	--	--	--	---	---

					<p>Unitul să fie dotat cu o cutie pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentare cu curent.</p> <p><input type="checkbox"/> Bloc scuipător</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu mișcare manuală a vasului scuipător - Vas ceramic, mobil cu posibilitatea îndepărtării și dezinfectiei - Sistem apă la pahar cu temporizare și apa la vasul scuipător, acțiune prin intermediul butoanelor de la masa medicului sau asistentului medical <p><input type="checkbox"/> Pedala electrică pentru controlul instrumentelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedală electrică - Permite activitatea și ajustarea progresivă a turației instrumentelor - Permite activitatea fluxului de aer și apă <p><input type="checkbox"/> Lampa stomatologică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampa cu 2 intensități respectiv 8000 Lux-26000Lux - Lumina rece, fără umbre - Panou de protecție a lămpii - Să fie susținută de un braț multiarticulat, pivotant ce permite mișcări fine și o poziționare ușoară <p><input type="checkbox"/> Masa asistentului medical dotat cu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panou comandă pentru fotoliu, umplerea paharului, clătire bol - Cu 2 aspiratoare (aspirație salivă pe apă, aspirație chirurgicală pe apă) <p><input type="checkbox"/> Scaun medic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scaun mobil cu 5 roțile și cerc incorporat pentru picioare - Cu piston pentru reglarea înălțimii - Forma anatomică al spătarului cu suport pentru cot - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, de culoarea fotoliului 	<p>• <input type="checkbox"/> Lampa stomatologică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampa cu 2 intensități respectiv 8000 Lux-26000Lux - Lumina rece, fără umbre - Panou de protecție a lămpii - Să fie susținută de un braț multiarticulat, pivotant ce permite mișcări fine și o poziționare ușoară <p>• Masa asistentului medical dotat cu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panou comandă pentru fotoliu, umplerea paharului, clătire bol - Cu 2 aspiratoare (aspirație salivă pe apă, aspirație chirurgicală pe apă) • Scaun medic - Scaun mobil cu 5 roțile și cerc incorporat pentru picioare - Cu piston pentru reglarea înălțimii - Forma anatomică al spătarului cu suport pentru cot - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, de culoarea fotoliului <p>Cerințe set mobilă specializată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistență la razele ultraviolete - Rezistență la soluții dezinfectante <p>Set de dulapuri suspendate 2 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu lampă cuarț, pentru păstrarea instrumentelor sterile - Dulap pentru păstrarea medicamentelor închis(cu uși) <p>Set dulapuri de bază 5 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu chiuveță - Dulap cu 3 sertare - Dulap cu 2 sertare - Dulap fără sertare cu poliță înăuntru - Masa medicului pe roțile cu 4 sertare - De culoarea fotoliului
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Cerințe set mobilă specializată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistență la razele ultraviolete - Rezistență la soluții dezinfectante <p>Set de dulapuri suspendate 2 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu lampă cuarț, pentru păstrarea instrumentelor sterile - Dulap pentru păstrarea medicamentelor închis(cu uși) <p>Set dulapuri de bază 5 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu chiuvetă - Dulap cu 3 sertare - Dulap cu 2 sertare - Dulap fără sertare cu poliță înăuntru - Masa medicului pe roți cu 4 sertare - De culoarea fotoliului 		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat _____Numele, Prenumele Mihail Arnaut În calitate de Director

Ofertantul Visiosystems SRL Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 167/1