

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP ocds-b3wdp1-MD-1782355776143 / 21638967 din 29/07/2026	Data: 29/07/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)	Lot: 3	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Lot-3-Videocolonoscop	Sistem videoendoscopic cu Videoprocesor EP-6000 și Videocolonoscop EC-720R/L (compatibil cu Fujinon VP 4450 HD* și sursa de lumină *Fuginon XL 4450*)	EP-6000; EC-720R/L & Accesorii	Japonia	FUJIFILM CORPORATION	Videocolonoscop compatibil cu videoprocesorul *Fuginon VP 4450 HD* și sursa de lumină *Fuginon XL 4450*, din dotare Specificația tehnică: 1) Cu imagine de calitate cel puțin HDTV. 2) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei. 3) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare a mucoasei. 4) Câmp de vedere minim 140° 5) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm. (ajustabil) 6) Zoom optic ajustabil. 7) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° 8) Minim 3 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice și imprimare - zoom electronic - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor - îmbunătățirea imaginii - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare - mod iris - text - cronometru - restart cronometru - timp intermediar. 9) Canal de biopsie: minim 3,8 mm 10) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri. 11) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: maxim 13,0 mm. 12) Informații ale endoscopului să fie afișate pe monitor (numele modelului, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 3 - 5 butoane). 13) Cu funcție flexie pasivă care ajută endoscopul să treacă de curbările accentuate ale colonului. 14) Lungimea de lucru: minim 1600 mm. 15) Compatibil cu videoprocesorul *Fuginon VP 4450 HD* și sursa de lumină *Fuginon XL 4450*.	Videocolonoscop model: EC-720R/L , compatibil cu procesorul EP-6000 oferat. Specificația tehnică: 1) Cu imagine de calitate cel puțin Full HD - Da 2) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei- Da LCI 3) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare a mucoasei - Da BLI 4) Câmp de vedere minim 170° 5) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm. (ajustabil) 6) Zoom electronic 7) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160° 8) Minim 4 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice și imprimare - zoom electronic - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor - îmbunătățirea imaginii - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare - mod iris - text - cronometru - restart cronometru - timp intermediar - Da, corespunde. 9) Canal de biopsie: minim 3,8 mm 10) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri - Da 11) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: maxim 12,8 mm. 12) Informații ale endoscopului să fie afișate pe monitor (numele modelului, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 3 - 5 butoane) - Da 13) Cu funcție flexie pasivă care ajută endoscopul să treacă de curbările accentuate ale colonului. 14) Lungimea de lucru: minim 1690 mm. 15) Compatibil cu videoprocesorul *Fuginon VP 4450 HD* și sursa de lumină *Fuginon XL 4450*.	CE / ISO DM000193751; DM000193769

Semnat: _____Numele, prenumele: Petru Bolea în calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Immunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova