

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din: 6 apr 2022, 9:00 - 15 apr 2022, 9:30

Obiectul achiziției: Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
20	33140000-3	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	AT-NFFA-S 4 E	Polonia	Zarys	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
21	33140000-3	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml,	28236	Italia	Gima	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Mareașul cu pasul - 100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide emetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
36	33140000-3	Mâner Yankauer fin	KO-00204	Polonia	Zarys	Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
40	33140000-3	Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	PMR-15	Polonia	Zarys	Pediatrică și neonatală, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/ū tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
62	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale	CFNS-2D-06-03-P	Polonia	Zarys	1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
63	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale	CFNS-2D-10-05-P	Polonia	Zarys	1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO

64	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	CFNS-3D-24-30-P	Polonia	Zarys	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
66	33140000-3	Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale	CFNS-2D-08-05-P	Polonia	Zarys	1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
81	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.7	RTM-70	Polonia	Zarys	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă până la 20 mm H2O	Conform broșurii anexate	CE/ISO
82	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.8	RTM-80	Polonia	Zarys	Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă până la 20 mm H2O	Conform broșurii anexate	CE/ISO
83	33140000-3	Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	RTM-80	Polonia	Zarys	Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă până la 20 mm H2O	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**