



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,

tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 1002-1485 din 27.05 2022

Data Control SRL
Romedcom SRL
Eyecon Medical SRL
Medexcom-Teh SRL
Health Medical Solutions SRL
M-Interfarma SRL
Vivamed International SRL

**IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
IMSP AMT Botanica**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare examinării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3), comunică conform deciziei din 27.05.2022 au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul/producător/tara de origine	Operatorul economic participant
Lot 1	Sistem radiologic digital	buc	2	1 953 000,0	2 343 600,00	3 906000,00	4 687 200,00	ProXima V/ Serbia/ Visaris	Medexcom –Teh SRL

Motivele de respingere/descalificare:

Pentru lotul nr 2 Stația de producere a oxigenului medical se resping următoarele oferte:

- Eyecon Medical SRL se descalifică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire și anume perioada de valabilitate a ofertei este mai mică decât ce solicitată, s-a solicitat 90 (până la

06.07.2022) de zile s-a prezentat 60 de zile (până la 10.05.2022).

- **Data Control SRL** se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: s-a solicitat "Debit de oxigen la concentrația de 93% - 17 mc/ora ($\pm 3\%$)" s-a prezentat 18.3 mc/ora, s-a solicitat "Panou central de comandă cu display min 10inch (+/- 2 inch)" s-a prezentat 3.5 inch, s-a solicitat "Presiunea de lucru suportată de vas, min. 16 bar" s-a solicitat cerințelor tehnice, și anume: s-a solicitat "Căderea de presiune pe uscator max 0,15 bar", s-a oferit 0.25 bar, s-a solicitat Temperatura mediului central de comandă cu display min 10inch (+/- 2 inch) - 16,5 bar (generatorul produce O2 la o presiune de max. 7 bar), s-a solicitat Temperatura mediului prezentat 11,5 bar, Presiunea de testare - 16,5 bar (generatorul produce pe uscator max 0,15 bar", s-a oferit +5 - +55°C.

- **Romedcom SRL** se respinge oferta în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu corespunde cerințelor tehnice, și anume: s-a solicitat Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între +5°C - +45°C, s-a oferit +5°C - +40°C, s-a solicitat Presiunea de lucru suportată de vas, min. 16 bar, s-a oferit Design pressure 11.5 bar Presiune de testare 16,5 bar, Căderea de presiune pe uscator max 0,15 bar, s-a oferit 0.2 bar, s-a solicitat Alimentare electrică 220 / 50 V / Hz, s-a oferit 380V, 50 Hz, Temperatura mediului ambiant $\geq +1$ - +50°C, s-a oferit 0 - +46°C.

- **Astfel, lotul nr 2 Stația de producere a oxigenului medical** se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme.

Pentru lotul anulat CAPCS va iniția procedură nouă.

Pentru lotul anulat CAPCS va iniția procedură nouă.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" - "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare"

Asfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 08.06.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG