

Specificații de preț

| Numărul ocde-b3wdp1-MD-1649335613554 din 12.04.2022 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru 2022 | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificăție bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Lot 6 | | | | | | | | |
| | Rulou pentru sterilizare 5,0x200 | buc | 2 | 150,00 | 180,00 | 300,00 | 360,00 | Conform anunțului de participare | |
| | Rulou pentru sterilizare 7,5x200 | buc | 2 | 171,00 | 205,20 | 342,00 | 410,40 | Conform anunțului de participare | |
| | Rulou pentru sterilizare 10,0x200 | buc | 3 | 227,00 | 272,40 | 681,00 | 817,20 | Conform anunțului de participare | |
| | Rulou pentru sterilizare 15,0x200 | buc | 3 | 340,00 | 408,00 | 1020,00 | 1224,00 | Conform anunțului de participare | |
| | Rulou pentru sterilizare 20,0x200 | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 | | |
| | Rulou pentru sterilizare 25,0x200 | buc | 1 | 365,00 | 438,00 | 365,00 | 438,00 | | |
| | TOTAL | | | | | 3158,00 | 3789,60 | | |

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comra, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1649335613554 din 12.04.2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale pentru 2022**

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar de referință |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|---|----------------------|
| Rulou pentru sterilizare 5,0x200 | 5.0mm*200m | Turcia | FTM AM | <p>Role p/u sterilizare în autoclav, fabricate din hârtie medicală grea(60-70gr/m²) și poliester/polipropilen. Sigilare cu 3 straturi, nu mai puțin de 10 mm cu canale impermeabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă. Indicatorii de culoare care verifică sterilizarea ETO sau cu aburi(martor de sterilizare) t 121°C-134°C. Rolele de sterilizare sunt echipate cu doi indicatori diferiți de schimbare a culorii pentru ambele moduri de sterilizare care indică faptul că condițiile au fost deplin atinse. Respectă pe deplin standardele internaționale de sterilizare actuale. Calitatea rolelor asigură: - rezistența la temperaturi ridicate - Rezistența ridicată la etanșare, care asigură sterilizarea perfectă și depozitarea ulterioară în siguranță a materialului steril, într-o formă sterilă și exofoliabilitate excelentă la deschidere Durata menținerii sterilității a materialelor ambalate – 12 luni de la sterilizare cu condiția menținerii 5500,0 7,5x200 buc 2 10,0x200 buc 3 15,0x200 buc 3 20,0x200 buc 1 25,0x200 buc 1 integrității ambalajului. Produsul va fi certificat CE, și cu cerificate de conformitate.</p> | <p>Role p/u sterilizare în autoclav, fabricate din hârtie medicală grea(60-70gr/m²) și poliester/polipropilen. Sigilare cu 3 straturi, nu mai puțin de 10 mm cu canale impermeabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă. Indicatorii de culoare care verifică sterilizarea ETO sau cu aburi(martor de sterilizare) t 121°C-134°C. Rolele de sterilizare sunt echipate cu doi indicatori diferiți de schimbare a culorii pentru ambele moduri de sterilizare care indică faptul că condițiile au fost deplin atinse. Respectă pe deplin standardele internaționale de sterilizare actuale. Calitatea rolelor asigură: - rezistența la temperaturi ridicate - Rezistența ridicată la etanșare, care asigură sterilizarea perfectă și depozitarea ulterioară în siguranță a materialului steril, într-o formă sterilă și exofoliabilitate excelentă la deschidere Durata menținerii sterilității a materialelor ambalate – 12 luni de la sterilizare cu condiția menținerii 5500,0 7,5x200 buc 2 10,0x200 buc 3 15,0x200 buc 3 20,0x200 buc 1 25,0x200 buc 1 integrității ambalajului. Produsul va fi certificat CE, și cu cerificate de conformitate.</p> | CE/ISO |
| Rulou pentru sterilizare 7,5x200 | 7.5mm*200m | Turcia | FTM AM | | | |
| Rulou pentru sterilizare 10,0x200 | 10mm*200m | Turcia | FTM AM | | | |
| Rulou pentru sterilizare 15,0x200 | 15mm*200m | Turcia | FTM AM | | | |
| Rulou pentru sterilizare 20,0x200 | 20mm*200m | Turcia | FTM AM | | | |
| Rulou pentru sterilizare 25,0x200 | 25mm*200m | Turcia | FTM AM | | | |

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia**