

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021							
Specificații tehnice							
Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-680177467862 din 11.06.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
14	Fotoliu multifuncțional ORL	OTOPEX ENT CHAIR with headrest - green Toronto (GIMA 27552)	Italia	GIMA (prodicator MEDI-CARE SOLUTIONS s.r.l)	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți) 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea.+ 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport talpi - opțional. 6. Cu tapiserie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică nedeformabilă de înaltă densitate (≥50kg/cm3). 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de inclinare a suportului de bazin 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la 85° ± 10° direcție dreapta și stînga cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizată la segmentele cap, spate, picioare. 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea 45cm ± 10 cm, poziția maximală față de podea 100 cm ± 10 cm. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180 °. 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180 °. 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180 °. 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului 150 kg. Cerințe de certificare:Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți) Da, p.1.* 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. Da, electric, p.1. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. Da, p.1. 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. Da, p.1. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport talpi - opțional. Da, p.1. 6. Cu tapiserie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. Da, p.1. 7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică nedeformabilă de înaltă densitate (≥50kg/cm3). Da, p.1. 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. Da, p.1. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de inclinare a suportului de bazin 0-10°. Da, p.1. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. Da, p.1. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la 85° ± 10° direcție dreapta și stînga cu fixare de poziție. Da, 85 grade dreapta și stînga, p.1. 13. Cu manipulare motorizată la segmentele cap, spate, picioare. Da, p.1. 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea 45cm ± 10 cm, Da, 48cm, p.1. poziția maximală față de podea 100 cm ± 10 cm. Da, 90cm, p.1. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. Da, p.1. 16. Suportul de mâini – 2 buc, ajustabile 180 °. Da, p.1. 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. Da, p.1. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180 °. Da, 90° la 190°, p.1. 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180 °. Da, 90° la 190°, p.1. 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm. Da, p.1. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. Da, p.1. 22. Masa maximă a pacientului 150 kg. Da, p.1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
23	Tonometre Aneroid cu Stetoscop	Tonometre Aneroid cu Stetoscop Moretti DM333	Italia / China	Moretti (prodicator Wenzhou Kangju Medical	"Tonometre Aneroid cu Stetoscop - Tip umflare: mecanic	"Tonometre Aneroid cu Stetoscop - Tip umflare: mecanic. Da, p.1.	CE
					• Domeniul de măsurare: 0 – 299 mmHg.	• Domeniul de măsurare: 0 – 299 mmHg. Da, 0-300mmHg, p.1.	
					• Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg.	• Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg. Da, ± 2 mm, p.1.	
					• Manometru metalic standard, fără știft de oprire cu sistem de fixare de manșetă.	• Manometru metalic standard, fără știft de oprire cu sistem de fixare de manșetă. Da, p.1.	
					Manșetă - 25-36 cm, din material lavabil cu sistem de fixare tip ”velcro” și bridă	Manșetă - 25-36 cm, din material lavabil cu sistem de fixare tip ”velcro” și bridă pentru	

				Instrument)	pentru fixarea manometrului. • Pară si burduf: lavabile, cu valvă de dezumflare cu reglaj fin al debitului de aer evacuat. Completatei: Tonometru, Stetoscop, Husă pentru păstrare. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 12 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h	fixarea manometrului. Da, p.1. • Pară si burduf: lavabile, cu valvă de dezumflare cu reglaj fin al debitului de aer evacuat. Da, p.1. Completatei: Tonometru, Stetoscop, Husă pentru păstrare. Da, p.1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 12 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000205846.	
27	Aspirator Chirurgical	28203 - HOSPI PLUS SUCTION 2 jars 2L with footswitch + 20 filtre + 2 tuburi silicon 1.5m	Italia	GIMA	Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 670 mmHg sau 90kPa. Rata de flux, l/min. maxim 50 l/min. Indicator vacuum da, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Două regimuri de aspirare: continuu și controlat de la pedală Nivelul de zgomot, dBA minim 55 dBA. Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Troliul aspiratorului cu suport pentru 2 vase. Capacitatea vasului, minim 2 litri. Protecție la umplere pentru fiecare vas. Suport mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile. Mâner pentru transportare. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Pedală de pornire/oprire. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Filtru de unică utilizare - 20 bucăți. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Vas colector cu capac – 4 bucăți. Pe perioada garanției și post garanție, minim 3 ani, v-a asigura cu accesorii la necesitate. Cerințe de certificare:Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Da, p.1. Limita maximă 670 mmHg sau 90kPa. Da, 675mm Hg, p.1. Rata de flux, l/min. maxim 50 l/min. Da, 90 l/min, p.1. Indicator vacuum da, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Da, p.1. Două regimuri de aspirare: continuu și controlat de la pedală. Da, p.1. Nivelul de zgomot, dBA minim 55 dBA. Da, 46.4 dBA, p.1. Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Da, p.1. Troliul aspiratorului cu suport pentru 2 vase. Da, p.1. Capacitatea vasului, minim 2 litri. Da, p.1. Protecție la umplere pentru fiecare vas. Da, p.1. Suport mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile. Da, p.1. Mâner pentru transportare. Da, p.1. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Da, p.1. Pedală de pornire/oprire. Da, p.1. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Da, p.1. Accesorii: Filtru de unică utilizare - 20 bucăți. Da, la livrare. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Da, la livrare. Vas colector cu capac – 4 bucăți. Da, p.1. Pe perioada garanției și post garanție, minim 3 ani, v-a asigura cu accesorii la necesitate. Da. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000149379.	CE
28	Aspirator low vacuum	28211 "SUPER-VEGA" SUCTION ASPIRATOR 1 liter jar	Italia	GIMA	"Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 500 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 25 l/min. Indicator vacuum, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Nivelul de zgomot, dBA minim 63 dBA Vas colector - autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Selector mecanic de vas. Numărul vaselor - 1 buc. Capacitatea vasului minim 1 litru . Protecție la umplere pentru vas. Mâner pentru transportare. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Filtru de unică utilizare 15 buc. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi.	"Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Da, p.1. Limita maximă 500 mmHg. Da, p.1. Rata de flux, l/min. maxim 25 l/min. Da, p.1. Indicator vacuum, eroarea maxim ±10%. Reglator aspirație. Da, p.1. Nivelul de zgomot, dBA minim 63 dBA Da, p.1. Vas colector - autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Da, p.1. Selector mecanic de vas. Da, p.1. Numărul vaselor - 1 buc. Da, p.1. Capacitatea vasului minim 1 litru . Da, p.1. Protecție la umplere pentru vas. Da, p.1. Mâner pentru transportare. Da, p.1. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv Da, p.1.. Filtru de unică utilizare 15 buc. Da, la livrare. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Da, la livrare. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Da, p.1.	CE

					Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000149356.	
29	Electrocardiograf	LTD455W (SE-1200)	Italia / China	Moretti (prodicator EDAN Instruments)	Electrocardiograf cu 12 canale. Destinat pentru utilizarea la pacienți - Adult, pediatric. Portabil cu troleu. Numărul de canale de procesare – 12. Tip înregistrare - automat și manual. Interfața cu utilizatorul – ecran touchscreen și tastieră alfanumerică. Dispozitivul să fie dotat cu un sistem specializat pentru interpretarea, identificarea și măsurarea tuturor parametrilor semnalului ECG. Sensibilitatea de afișare și înscriere - 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV. Viteza de afișare și înscriere – 5, 10, 25, 50 mm/s. Filtre de diagnostic pentru obținerea unui semnal ECG clar, fără zgomote, fără distorsiuni de semnal. Ajustarea automată a izoliniei. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz minim 100dB. Impedanța de intrare minim 10MΩ. Scurgeri de curent spre pacient prin electrozi maxim 10 μA. Detector de pacemaker. Protecție defibrillator minim 400 J. Diapazonul ritmului cardiac 30 – 300 bpm cu acuratețea ± 1 bpm. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului. Indicatori vizuali/sonori: - contact slab sau lipsă de contact cu indicarea electrodului; - deconectare alimentare rețea; - baterie descărcată. Memorie internă minim 200 înregistrări ECG. Display LCD color touchscreen minim 7 inch. Rezoluția display minim 800x480 pix. Monitorizarea pe display – data, ora, statut baterie, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtrele, derivațiile. Numărul de derivații afișate simultan – 12. Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin intermediul Ethernet / USB / SD card. Imprimantă termică încorporată. Să fie indicat numele derivațiilor printate. Densitatea imprimării - 8 dpi/inch (axa amplitudinei) și 40 dpi/mm (axa timpului) la viteza de 25 mm/s. Numărul de derivații înscrise simultan – 3, 6, 12. Hârtie termică tip Z-fold, format A4. Dispozitivul să fie compatibil și cu hârtie produsă de alți producători. Alimentarea rețea electrică 220V, 50Hz. Acumulator intern cu autonomia minim 2 h. Accesorii: Cablu pacient standard IEC cu set de electrozi de tip pară (6 buc.) și de tip clește (4 buc.) – 2 seturi; Hârtie termică – 30 seturi; Gel de contact – minim 400 ml; Troleu pe roțile cu minim 4 roți dintre care minimum 2 roți cu frâna; Troleul să fie dotat cu mâner de transport, coș pentru accesorii, suport pentru gelul de contact și cu sistem de fixare a dispozitivului.	Electrocardiograf cu 12 canale. Destinat pentru utilizarea la pacienți - Adult, pediatric. Da, p.1. Portabil cu troleu. Da. Numărul de canale de procesare – 12. Da, p.1. Tip înregistrare - automat și manual. Da, p.3. Interfața cu utilizatorul – ecran touchscreen și tastieră alfanumerică. Da, p.1. Dispozitivul să fie dotat cu un sistem specializat pentru interpretarea, identificarea și măsurarea tuturor parametrilor semnalului ECG. Da, p.1. Sensibilitatea de afișare și înscriere - 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV. Da, p.2. Viteza de afișare și înscriere – 5, 10, 25, 50 mm/s. Da, p.2. Filtre de diagnostic pentru obținerea unui semnal ECG clar, fără zgomote, fără distorsiuni de semnal. Da, p.2. Ajustarea automată a izoliniei. Da, p.2. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz minim 100dB. Da, 110dB, p.2. Impedanța de intrare minim 10MΩ. Da, p.2. Scurgeri de curent spre pacient prin electrozi maxim 10 μA. Da, p.2. Detector de pacemaker. Da, p.2. Protecție defibrillator minim 400 J. Da, p.2. Diapazonul ritmului cardiac 30 – 300 bpm cu acuratețea ± 1 bpm. Da, p.2. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului. Da, p.2. Indicatori vizuali/sonori: - contact slab sau lipsă de contact cu indicarea electrodului; Da, p.2. - deconectare alimentare rețea; Da, p.2. - baterie descărcată. Da, p.2. Memorie internă minim 200 înregistrări ECG. Da, p.2. Display LCD color touchscreen minim 7 inch. Da, 8,4 inch, p.2. Rezoluția display minim 800x480 pix. Da, 800x600, p.2. Monitorizarea pe display – data, ora, statut baterie, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtrele, derivațiile. Da, p.2. Numărul de derivații afișate simultan – 12. Da, p.2. Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin intermediul Ethernet / USB / SD card. Da, p.2. Imprimantă termică încorporată. Da, p.2. Să fie indicat numele derivațiilor printate. Da, p.2. Densitatea imprimării - 8 dpi/inch (axa amplitudinei) și 40 dpi/mm (axa timpului) la viteza de 25 mm/s. Da, p.2. Numărul de derivații înscrise simultan – 3, 6, 12. Da, p.2. Hârtie termică tip Z-fold, format A4. Da, p.2. Dispozitivul să fie compatibil și cu hârtie produsă de alți producători. Da, p.2. Alimentarea rețea electrică 220V, 50Hz. Da, p.2. Acumulator intern cu autonomia minim 2 h. Da, p.2. Accesorii: Cablu pacient standard IEC cu set de electrozi de tip pară (6 buc.) și de tip clește (4 buc.) – 2 seturi; Da. Hârtie termică – 30 seturi; Da. Gel de contact – minim 400 ml; Da. Troleu pe roțile cu minim 4 roți dintre care minimum 2 roți cu frâna; Da, tip CO150, p.1. Troleul să fie dotat cu mâner de transport, coș pentru accesorii, suport pentru gelul de contact și cu sistem de fixare a dispozitivului. Da.	CE

					Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000499506.	
38	Negatoscop	GIMA 44701 Light box 42x72 cm (BF LED 50.2)	Italia	GIMA (producator BIEFFE ITALIA)	Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X)cu panou dublu. Cu sistem de fixarea filmului pe panou. Cu buton ON/OFF. Luminanța: 1500-6500 cd/m². Lampa LED (minim): 50000 h. Dispersia de lumina mai mare de 90%. Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz. Dimensiuni: -lungime (lățime) 70 - 100 cm; -înălțime maxim 40 - 50 cm. Fixare pe perete cu kitul inclus. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Negatoscop pentru radiografii (Vizualizator de film cu raze X) cu panou dublu. Da, p.1. Cu sistem de fixarea filmului pe panou. Da, p.1. Cu buton ON/OFF. Da, +dimmer suplimentar 30...100%, p.1. Luminanța: 1500-6500 cd/m². Da, 5000cd/m², p.1. Lampa LED (minim): 50000 h. Da, 80 000h, p.1. Dispersia de lumina mai mare de 90%. Da, p.1. Alimentare: 220-230V, 50-60 Hz. Da, p.1. Dimensiuni: -lungime (lățime) 70 - 100 cm; Da, 72cm, p.1. -înălțime maxim 40 - 50 cm. Da, 42cm, p.1. Fixare pe perete cu kitul inclus. Da, p.1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. – Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. – Da. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. – Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. – Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. – Da.Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h– Da.. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
46	Autorefracto-keratometru	PRK-7000 + suport cu inaltimea reglabila electric	Corea de Sud	Potec Co., Ltd	Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; astigmatism : să asigurare măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D; axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (le la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii	Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; Da, p.1. refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, p.1. cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, p.1. axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; Da, p.1. keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; Da, 5-10,2mm cu pasul 0.01mm, p.1. putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, 33.00-67.50, cu pasul 0.12D și 0.25D, p.1. astigmatism : să asigurare măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, p.1. axa 1 - 180°, cu pasul 1°; Da, p.1. măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (le la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). Da, 10-88mm, p.1. deplasarea bazei manevrat de joystic; Da, p.2. reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; Da, p.2. interfețe pentru import/export date: USB, LAN; Da, p.2. imprimantă incorporată; Da, p.2. monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; Da, 5.7 inch, p.2. suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; Da, inclus in oferta, model CT1720, p.3. alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Da, p.1. Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Da, va fi inclus la livrare. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Da, va fi inclus la livrare. Simulator de testare – 1 bucată. Da, va fi inclus la livrare. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	CE

					dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da la toate cerintele. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	
50	Autorefractometru	PRK-7000 + suport cu inaltimea reglabila electric	Corea de Sud	Potec Co., Ltd	"Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 – 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimii bărbiei motorizată minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 – 15 mm; Da, p.1. diametrul minim al pupilei 3 mm; Da, 2mm, p.1. refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, p.1. cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; Da, p.1. axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; Da, p.1. măsurarea distanței interpupilare: automat; Da, p.1. manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). Da, 10-8mm, p.1. deplasarea bazei manevrat de joystic; Da, p.1. reglarea înălțimii bărbiei motorizată minim 50 mm; Da, p.1. interfețe pentru import/export date: USB, LAN; Da, p.2. imprimantă incorporată; Da, p.2. monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; Da, 5,7 inch, p.1. suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; Da, inclus in oferta, model CT1720, p.3. alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Da, p.1. Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Da, va fi inclus la livrare. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți. Da, va fi inclus la livrare. Simulator de testare – 1 bucată. Da, va fi inclus la livrare. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. – Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. – Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. – Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. – Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. – Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h– Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
51	Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	33528 MINISPIR with Winspiro PRO cu statia de lucru si accesorii	Italia	GIMA (prodicator MIR S.R.L. - Medical International Research)	"Stația de lucru de tip laptop cu maus sau PC cu monitor, tastatură și maus. Stația de lucru cu softul necesar preinstalat și minim 3 porturi USB. Tip spirograf – portabil, cu suport de masă, pentru conexiune la stația de lucru. Tip măsurare – bidirecțională. Diapazonul de volum minim necesar: 0 - 8 l. Diapazonul de flux minim necesar: 0 - 16 l/s. Eroarea admisibilă flux minim 5%. Eroarea admisibilă volum minim 5%. Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie. Parametri măsurați: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV25/75. Rezultatul în format PDF. Rezultatul să conțină: datele despre pacient; graficele FVC(volum-flux, timp-volum); tabela cu măsurări (parametru, unitatea, valoarea estimată, valoarea calculată fără medicament, valoarea calculată cu medicament la necesitate, valorile transformată în procente). Comunicare cu stația de lucru prin cablu, port USB, minim 1,5m.. Stocarea rezultatelor într-o bază de date minim 1000 pacienți.	"Stația de lucru de tip laptop cu maus sau PC cu monitor, tastatură și maus. Da. Stația de lucru cu softul necesar preinstalat și minim 3 porturi USB. Da, tip 15,6" Lenovo V15 ADA, vezi specificatia "lot51_Lenovo_V15_ADA_Spec.pdf". Tip spirograf – portabil, cu suport de masă, pentru conexiune la stația de lucru. Da, p.4-5. Tip măsurare – bidirecțională. Da, p.4-5. Diapazonul de volum minim necesar: 0 - 8 l. Da, 0-10L, p.4-5. Diapazonul de flux minim necesar: 0 - 16 l/s. Da, p.4-5. Eroarea admisibilă flux minim 5%. Da, p.4-5. Eroarea admisibilă volum minim 5%. Da, 2.5%, p.4-5. Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie. Da, p.4-5. Parametri măsurați: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV25/75. Da, p.4-5. Rezultatul în format PDF. Da, p.4-5. Rezultatul să conțină: datele despre pacient; graficele FVC(volum-flux, timp-volum); Da, p.4-5. tabela cu măsurări (parametru, unitatea, valoarea estimată, Da, p.4-5. valoarea calculată fără medicament, Da, p.4-5. valoarea calculată cu medicament la necesitate, Da, p.4-5. valorile transformată în procente). Da, p.4-5. Comunicare cu stația de lucru prin cablu, port USB, minim 1,5m. Da, p.4-5.	CE

					Unitatea de stocare în tip SSD. Sistemul de măsurare (de exemplu: turbina, muștiuc cu membrană) să fie autoclavabil. Accesorii: USB flash cu softul necesar inclusiv parolele necesare/licența dacă este cazul; USB flash 3.0 minim 16 GB pentru export; Imprimantă pentru hârtie A4 și cablu de conectare la stația de lucru; Cablu/bloc alimentare pentru PC și imprimantă. Consumabile și accesorii pentru investigații: - În cazul accesoriilor reutilizabile tip muștiuc – 16 bucăți; - În cazul accesoriilor de unică utilizare tip filtre/muștiuc – pentru 500 investigații; Clește pentru nas tip adult – 5 bucăți; Clește pentru nas tip pediatric – 5 bucăți; Seringă de calibrare – doar dacă este cazul. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Stocarea rezultatelor într-o bază de date minim 1000 pacienți. Da, p.4-5. Unitatea de stocare în tip SSD. Da, p.4-5. Sistemul de măsurare (de exemplu: turbina, muștiuc cu membrană) să fie autoclavabil. Da, p.4-5., tip 910002 / GIMA 33526. Accesorii: USB flash cu softul necesar inclusiv parolele necesare/licența dacă este cazul;Da USB flash 3.0 minim 16 GB pentru export; Da. Imprimantă pentru hârtie A4 și cablu de conectare la stația de lucru; Da, tip printer Color tip Canon Pixma G1010 Cablu/bloc alimentare pentru PC și imprimantă.Da Consumabile și accesorii pentru investigații: - În cazul accesoriilor reutilizabile tip muștiuc – 16 bucăți;NU, de unica folosinta mai jos. - În cazul accesoriilor de unică utilizare tip filtre/muștiuc – pentru 500 investigații; Da, code GIMA 33410. Clește pentru nas tip adult – 5 bucăți + Clește pentru nas tip pediatric – 5 bucăți;= Da, universal 500 pcs, code 33476 NEW NOSE CLIP - foam. Seringă de calibrare – doar dacă este cazul - optional. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da la toate cerintele. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in RM cu Nr. DM000323219.	
54	Lampă de examinare	49041 HYRIDIA 7 LEDS LIGHT - metal spring arm - trolley (KS-Q7E)	Italia / China	GIMA (producator Shantou Easywell Technologies Co)	"Alimentarea: 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 140 mm. Temperatura culorii reglabilă: 4000 - 5500 K(diapazon minim necesar). Cu înălțime reglabilă : 1500-1800 mm (diapazon minim necesar). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia de iluminare: LED. Timpul de viață a LED-urilor minim 30 000 h. Braț articulat: da. Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm, minim 40 000 lux. Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da. Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii: da. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	"Alimentarea: 220V, 50Hz. Da, p.1. Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 140 mm. Da, 12-18cm, p.1. Temperatura culorii reglabilă: 4000 - 5500 K(diapazon minim necesar) 4,800-5,500 °K, p1. Cu înălțime reglabilă : 1500-1800 mm (diapazon minim necesar).Da, 98-192cm, p.1. Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Da, p.1. Baza cu acoperire anticorozivă. Da, p.1. Tehnologia de iluminare: LED. Da, p.1. Timpul de viață a LED-urilor minim 30 000 h. Da, p.1. Braț articulat: da. Da, p.1. Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm, minim 40 000 lux. Da, 65000 lux, p.1. Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da. Da, p.1. Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii: da. Da, p.1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da la toate cerintele. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in RM cu Nr. DM000420834.	CE
55	Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator	LD10.02	Turcia / Germania	Inspital	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: o 2 lămpi chirurgicale. o fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Lungimea brațelor :70-95 cm.	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: o 2 lămpi chirurgicale. Da, p.2. o fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Da, p.2. o Lungimea brațelor :70-95 cm. Da, 750-1100mm, p.2.	CE

					o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 90°- vertical. o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 o Diametrul capului luminos: 60-70 cm. o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Lampa 2 o Diametrul capului luminos: 40-50 cm o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil: 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral Da, p.2. o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical. Da, p.2. o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Da, p.2. Lampa 1 o Diametrul capului luminos: 60-70 cm. Da,67cm, p.2. o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. Da, p.2. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Da, p.2. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. Da, 60000h, p.2. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. Da, 1-100%, p.2. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. Da, 3000-5000K, p.2. o Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. Da, 96%, p.2. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm Da, p.2.. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Da, p.2. Lampa 2 o Diametrul capului luminos: 40-50 cm Da, p.2. o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. Da, p.2. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Da, p.2. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. Da, 60000ore, p.2. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași Da, 1-100%, p.2.. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K Da, 3000-5000K, p.2.. o Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95 Da, 96%, p.2.. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Da, p.2. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Da, p.2. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil: 4 buc. Da, p.2. - Kitul de instalare pe tavan. Da, p.2. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Da, p.2. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. – Da la toate cerintele. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in RM cu Nr. DM000285182.	
57	Canapea electrică de examinare	MI370 + suport rola hirtie MIA391	Italia	Moretti	"Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrica pe înălțime. Cu ajustare manuala a secțiunilor cap. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză.	"Destinat pentru examinarea pacienților. Da, p1. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Da, p1. Cu ajustare electrica pe înălțime. Da, p1. Cu ajustare manuala a secțiunilor cap Da, p1.. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Da, p1. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Da, p1. Suport rola cearceaf hârtie. Da, p1. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg. Da, p1. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Da, 184x72cm, p1. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Da, p1. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Da, inclusiv optione MIA391, p1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da.Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da.Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE

59	Fotoliu diagnostic ORL(Electromecanic)	NEW OTO/PV ENT CHAIR with headrest - green Melbourne (GIMA 27546)	Italia	GIMA (producator MEDI-CARE SOLUTIONS s.r.l)	"Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Destinat pentru examinarea pacienților. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon minim necesar: 0-45°. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă sau ambele. Scaunul se poate întoarce la minim 180°. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da.	"Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Da, p1. Destinat pentru examinarea pacienților. Da, p1. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Da, p1. Unghiul reglabil spătar, diapazon minim necesar: 0-45°. Da, -5° to +90°, p1. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Da, p1. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă sau ambele. Da, p1. Scaunul se poate întoarce la minim 180°. Da, 360 grade, p1. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Da, p1. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
60	Combina ORL (cu Negatoscop si aspirator integrat)	OTOPLUS DC	Italia	MEDI-CARE SOLUTIONS SRL	Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL în săli de operație și săli de pansament . Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici, metal inox sau sticlă calită. Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente , nu mai puțin de 1 buc. Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate minim de 45 l/min, presiunea maxima de lucru nu mai mult de 600-680 mm Hg, reglabil Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat: • Vas de bază nu mai mic de 2,5 l, minim 1 buc. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, minim 1 buc. Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37° C. Dotat cu panou de control. Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas incorporat (pentru instrumente, soluții etc.) din inox, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas (flacon) din sticlă pentru medicamente, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu pulverizator (manivela cu reglaj fin a presiunii de lucru), nu mai puțin de 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot). Dotat cu negatoscop cu lumină LED. Livrat cu scaun pentru medic cu rotile si ajustare de înălțime. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL în săli de operație și săli de pansament . Da, p6. Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici, metal inox sau sticlă calită. Da, p Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente , nu mai puțin de 1 buc. Da, p11. Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate minim de 45 l/min, presiunea maxima de lucru nu mai mult de 600-680 mm Hg, reglabil Da, 25-50 l/min, 650mmHg, p24 Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat: Da, p24. • Vas de bază nu mai mic de 2,5 l, minim 1 buc. Da, p24. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, minim 1 buc. Da, 1000ml, p19 Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37° C. Da, p13. Dotat cu panou de control. Da, p11. Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, nu mai puțin de 2 buc. Da, este inclus in oferta. Dotat cu vas incorporat (pentru instrumente, soluții etc.) din inox, nu mai puțin de 2 buc. Da, este inclus in oferta. Dotat cu vas (flacon) din sticlă pentru medicamente, nu mai puțin de 2 buc. Da, va fi instalat suplimentar la fabrica. Dotat cu pulverizator (manivela cu reglaj fin a presiunii de lucru), nu mai puțin de 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot). Da, Da, va fi instalat suplimentar la fabrica. Dotat cu negatoscop cu lumină LED. Da, este inclus in oferta. Livrat cu scaun pentru medic cu rotile si ajustare de înălțime. Da, este inclus in oferta. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in RM cu Nr. DM000152924.	CE
61	Lampa de frunte ORL	30939 GIMA LED HEADLIGHT	Italia	GIMA	"Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Timpul minim de lucru de la acumulator: 5h; Montat pe cap ce permite: - banda de fixare pe cap tip circular - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; Spot luminos reglabil(diapazon minim) 12-80 mm.	"Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL.Da, p1. Timpul minim de lucru de la acumulator: 5h; Da, 7h, p1. Montat pe cap ce permite: Da, p1. - banda de fixare pe cap tip circular Da, p1. - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; Da, p1. Spot luminos reglabil(diapazon minim) 12-80 mm. Da, p1.	CE

					Puterea de iluminare la distanța de 200 mm minim 100.000 lux. Iluminarea tip LED cu puterea minim 3 W. Greutatea maximă 200 g. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. Se solicită obligatoriu prezentarea mostrei . Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Puterea de iluminare la distanța de 200 mm minim 100.000 lux. Da, p1. Iluminarea tip LED cu puterea minim 3 W. Da, 5W, p1. Greutatea maximă 200 g. Da, 69g, p1. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. Da, p1. • Acumulator – 2 bucăți. Da, tip 30941, total 2 buc, p1. Se solicită obligatoriu prezentarea mostrei . Da, posibil. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.Da. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu. Da.Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da.Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da.Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză. Da. * - p# se refera la numarul paginei din file cu specificatii tehnice cu numarul lotului corespunzator. Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	
71	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	LD10.02	Turcia / Germania	Inspital	"Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. - o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. - o Lungimea brațelor : 70-95 cm. - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. - o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. - o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul oferat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător. - o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lampa 1 - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. - o Iluminare de tip LED. - o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux. - o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. - o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. - o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final - o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. - o Index R9> 90. - o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm. - o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. - o Diametrul capului luminous: 50-70 cm. - o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc . Lampa 2 - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. - o Iluminare de tip LED. - o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore. - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux ± 10.000 lux. - o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. - o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. - o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final - o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. - o Index R9> 90. - o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm. - o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. - o Diametrul capului luminos: 40-50 cm. - o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției.	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. Da, p.2. - o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Da, p.2. - o Lungimea brațelor : 70-95 cm. Da, 750-1100mm, p.2 - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral. Da, p.2. - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. Da, p.2. - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Da, p.2. - o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. Da, p.2. - o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul oferat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător. Da, p.2, indicat optional "Additional camera with its adjustable zoom feature, 19” and 24” sized monitors are can beon the line with according the customer’s request etc" - o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Da, p.2. Lampa 1 - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. Da, p.2. - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. Da, p.2. - o Iluminare de tip LED. Da, p.2. - o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. Da, 60000ore p.2. - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux. Da, p.2. - o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. Da, 1-100%, p.2. - o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. Da, 3000-5000K, p.2. - o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final Da, p.2. - o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. Da, Ra=96, p.2. - o Index R9> 90. Da, p.2. - o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm. Da, 13-36cm, p.2. - o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. Da, p.2. - o Diametrul capului luminous: 50-70 cm. Da, 67cm, p.2. - o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc . Da, p.2. Lampa 2 - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. Da, p.2. - o Iluminare de tip LED. Da, p.2. - o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore. Da, 60000ore, p.2. - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux ± 10.000 lux. Da, 160000 lux, p.2. - o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. Da, 1-100%, p.2. - o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. Da, 3000-5000K, p.2. - o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final Da, p.2. - o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. Da, 96, p.2. - o Index R9> 90. Da, p.2. - o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm. Da, tehnic posibil la distanta mai mare, p.2. - o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. Da. - o Diametrul capului luminos: 40-50 cm. Da. - o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc. Da. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Da.	CE

				Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi în incinta instituției pentru a formula oferta comercială finală. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. "	Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi în incinta instituției pentru a formula oferta comercială finală. Da, lampa oferită poate instalată la încăperi indicate în invitație. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Da. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Da. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Da. Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Da. * - p# se referă la numărul paginii din fișe cu specificații tehnice cu numărul lotului corespunzător. Înregistrat în RM cu Nr. DM000285182.
Semnăt: _____ Numele, prenumele: Perepelita Igor În calitate de: Administrator Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3					