

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741177514043 din 05.03.2025
Obiectul achiziției: Utilaj medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 5. Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice	Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice <u>Model</u> <u>HM-KF</u>	R Moldova	Caravan Express SRL	Debitul volumului de aer: 100 litre/min, controlul electronic al vitezei și debitului de aer, - volumul probei ajustabil de la 50 l până la 10m3, - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, exteriorul din metalic plastificat, rezistent la dezinfectanți uzuali și acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosință cu d. 90 -100 mm, două poziție de prelevare a probelor 900 și 1800 , cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcționare minin de 4 ore, indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), încărcător baterie, sursa de aprovizionare – 220v, geantă de transport, certificat de control, manual de operare. Manualul de utilizare tradus în limba română. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final - CSP Hincesti, CSP Chișinău, de către personalul autorizat de producător.. Perioada de garanție min 2 an din momentul	Debitul volumului de aer: 100 litre/min, Controlul electronic al vitezei și debitului de aer, - Volumul probei ajustabil de la 50 l până la 10m3, - Timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, - Timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, - Exteriorul plastificat, rezistent la dezinfectanți uzuali și acid peracetic, - Capul de prelevare are suprafața cu micropori, ceea ce face ca microbii să fie distribuiți uniform pe suprafața AGAR, reducând suprapunerea și eroarea de numărare microbială - Compatibil cu cutii Petri standart cu d. 90 mm, - Baterii litium reîncărcabile cu autonomie de funcționare minin de 6 ore, indicator pentru baterie, - Ecran tactibil, cu selectarea (data, mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), -Tiparire cec dupa prelevarea probelor cu indicarea (data, mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării) - Stocare 500 de probe, -Conectare la calculator	

				instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică .	- încărcător baterie, sursa de aprovizionare – 220v, - Diplomat securizat pentru transport și pastrare, certificat de calitate, manual de operare. Manualul de utilizare tradus în limba română. Instruirea personalului la sediul destinatarului final de catre producător. Perioada de garanție - 2 ani din momentul livrării echipamentului Buletin de verificare metrologică nu necesită (Atașat documentul confirmator).	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Aelo Grup”SRL
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap 3