

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1613742022059 din 19.02.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Pulsoximetru							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Pulsoximetru	Finger pulse oximeter Esperanza OXYGEN ECO001	China	Esperanza	Pulsoximetru pentru măsurarea saturației oxigenului și a ritmului cardiac de la degetul pacientului. Display – LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; Oprire automată; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentație 2 baterii. Termen de garanție un an.	Finger pulse oximeter Esperanza OXYGEN ECO001, Big font OLED Display, SPO2 measuring range: 35-100%, Accuracy: 70% - 100% ± 3%, Pulse rate: Measuring Garantie 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director